3M ESPE

Clinpro™ Glycine Prophy Powder

(en) **Prophy Powder for Gentle Sub and Supragingival Cleaning**

(de) **Prophylaxepulver für schonende sub- und supragingivale Reinigung**

(fr) **Poudre prophylactique pour le nettoyage doux sous et supra-gingival**

(it) **Polvere per profilassi per la pulizia delicata subgengivale e sopragengivale**

(es) **Polvo de profilaxis para la limpieza suave de las áreas sub y supragingival**

(pt) **Pó profilático para limpeza suave subgengival e supragengival**

(nl) **Profylaxe poeder voor de zorgvuldige sub- en supragingivale reiniging**

(el) **Σκόνη Prophy για ήπιο υποουλικό και υπερουλικό καθαρισμό**

(sv) **Profylaxpulver för skonsam sub- och supragingival rengöring**

(fi) **Puhdistusjauhe hellävaraiseen sub- ja supragingivaaliseen puhdistukseen**

(da) **Profylakespulver til skånsom sub- og supragingival rensning**

(no) **Profylakespulver for skånsom sub- og supragingival rengjøring**

Instructions for Use
Gebrauchsinformation
Mode d'emploi
Istruzioni d'uso
Instrucciones de uso
Instruções de Utilização
Gebruiksinformatie
Οδηγίες Χρήσεως
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Brugsanvisning
Bruksinformasjon

CE 0123

3M Deutschland GmbH
Dental Products
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss – Germany

3M ESPE Customer Care/MSDS Information:
U.S.A. 1-800-634-2249 and Canada 1-888-363-3685.

3M, ESPE and Clinpro are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH. Used under license in Canada. © 2016, 3M. All rights reserved.

(en) ENGLISH

Product Description
Clinpro™ Glycine Prophy Powder is a prophylactic powder for gentle and professional sub- and supragingival cleaning of teeth, including the removal of plaque-biofilm and stains, using commercially available air polishing devices. When applied subgingivally, it may be used as an adjunct to support periodontitis and periimplantitis therapy.

This symbol on the bottle label means:
Shake bottle before use.

☞ These instructions for Use should not be discarded for the duration of product use.

Indications
- Professional cleaning of teeth. Removal of subgingival and supragingival plaque-biofilm and stains
- Can also be used in the presence of fixed orthodontic devices (brackets), restorative and prosthetic materials, and implants
- For maintenance in periodontitis therapy after completion of initial treatment – when using standard devices – for gingival pockets up to 5 mm in depth
- For maintenance in periimplantitis therapy after completion of initial treatment – when using standard devices – for gingival pockets up to 5 mm in depth

Precautionary Measures
- Calculus and tartar cannot be removed with Clinpro Glycine Prophy Powder.
- Caution should be exercised when using Clinpro Glycine Prophy Powder for treatment of patients suffering from chronic bronchitis or asthma because the fine spray of air and powder can cause respiratory problems.
- When using an air polishing device, both operator and patient must wear protective eyewear during use. Powder accidentally sprayed into the eyes can cause severe eye injury. The fine powder dust can cause irritation if it gets under contact lenses. Patients wearing eyeglasses should wear protective eyewear over their eyeglasses to avoid getting them soiled during treatment.
- You may wear a mask as protection from dust particles (e.g. when filling the device).
- Do not aim the nozzle directly at the gum tissue during treatment. Proper positioning of the nozzle is described under 'Treating the Patient'. As with all prophy powders, there is a risk of provoking a subcutaneous emphysema when compressed air is used intraorally.
- Please pay attention to possible restrictions when treating high-risk patients (general weakened immunity, endocarditis) because bacteremia may occur when treating deep periodontal pockets.
- Always use a suction device during treatment.
- Never use the air polishing device without water as this makes it more difficult to suction the air-powder mixture, causing injuries in the area to be treated.

3M MSDSs can be obtained at www.mmm.com or from your local subsidiary.

Use
Clinpro Glycine Prophy Powder is intended for use in commercially available air polishing devices. Please follow the Operating Instructions to operate the specific device.

Fill with powder
- Completely remove any residue of other cleaning powders by blowing air through the device; never use bicarbonate or carbonate powder for subgingival cleaning!
  – Do **not** use water or damp air to clean the device because damp powder can cause blockage of the nozzle.
- Shake the bottle before filling powder into the powder chamber of the device.
- Screw the spout of the bottle upward.
- Add prophylactic powder into the powder chamber of the device until it reaches the maximum level (see marking on the device). Fill slowly in order to avoid dust.

Settings on air polishing device
The cleaning efficiency of the prophylactic powder is dependent on a number of factors, including the air polishing device being used and the settings for air pressure and water flow.
- Follow the Operating Instructions of the device and test the settings to determine what is optimal for your use before beginning treatment. Contact the manufacturer of the air polishing device or dental chair if you have any questions about the settings.
- Aim the spray nozzle, e.g. into a damp washcloth and spray for approximately 10 seconds until the powder-water mixture becomes homogeneous.

Prepare the patient
- Spread petroleum jelly on the corners of the patient's mouth to avoid drying and cracking.
- Place a saliva ejector in the corner of the patient's mouth so that the area under the tongue is suctioned clean.
- To suction the water-powder mixture deflected by the teeth, use the large suction cannula.

Treating the patient
- **Supragingival treatment or exposed root surfaces:** Hold the nozzle near the tooth surface at a maximum distance of 4 mm and an angle of 30° to 60° to the tooth surface; spray each side of the tooth for a maximum of 5 sec., constantly moving the nozzle in a circular motion.
- **Subgingival treatment:** Hold the nozzle near the gingival margin at a maximum distance of 4 mm and an angle of 30° to 60° to the tooth surface. Spray directly on the tooth along the gingival margin in a smooth, steady motion to have the powder clean subgingivally. The smaller the angle, the deeper the powder stream will penetrate the sulcus and the less deflected the water-powder spray will be.
- Avoid aiming the spray continuously at one spot. Spray along the surface to create an even cleaning effect.
- Keep the suction cannula near the tooth being sprayed during treatment.

Prepare the Device for the Next Treatment
- Empty the powder chamber of the device at the end of the day and remove the powder residue completely with dry air. Subsequently re-fill the powder chamber and start the device for approx. 5 sec to remove all powder residue from the device and its lines.
- If you use a variety of powders, empty the powder chamber of the device and blow dry air through it to remove any powder residue before every powder change. Do not allow the prophylactic powder to come into contact with moisture; moist powder can cause blockage of the nozzle.
- Clean the device according to its Operating Instructions.

Storage and Stability
Always store Clinpro Glycine Prophy Powder in a tightly closed, dry, clean container. Store the product at 15–25°C/59–77°F.
Do not use after the expiration date.

Customer Information
No person is authorized to provide any information that deviates from the information provided in this instruction sheet.

Warranty
3M Deutschland GmbH warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M Deutschland GmbH MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M Deutschland GmbH's sole obligation shall be repair or replacement at the 3M Deutschland GmbH product.

Limitation of Liability
Except where prohibited by law, 3M Deutschland GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence, or strict liability.

Information valid as of April 2016

(de) DEUTSCH

Produktbeschreibung
Clinpro™ Glycine Prophy Powder ist ein Prophylaxepulver für die schonende sub- und supragingivale professionelle Zahnreinigung zur Entfernung von Plaque-Biofilm und Verfärbungen mit handelsüblichen Pulverwasserstrahlgeräten. Bei subgingivaler Anwendung kann es die Parodontitistherapie und Periimplantitis-therapie unterstützen.

Dieses Symbol auf dem Flaschenetikett bedeutet:
Flasche vor Gebrauch schütteln.

☞ Diese Gebrauchsinformation ist für die Dauer der Verwendung des Produktes zu Aufbewahren.

Anwendungsgebiete
- Professionelle Zahnreinigung: Entfernung von sub- und supragingivaler Plaque-Biofilm und Verfärbungen
- Verwendung auch in Gegenwart von festsitzenden kieferorthopädischen Apparaturen (Brackets), restaurativen und prothetischen Materialien, sowie Implantaten möglich
- Zur Nachsorge in der Parodontitistherapie nach erfolgter Initialtherapie – bei Verwendung von Standardgriffen – für taschentiefen nicht über 5 mm
- Zur Nachsorge in der Periimplantitistherapie, nach erfolgter Initialtherapie – bei Verwendung von Standardgriffen – für taschentiefen nicht über 5 mm

Vorsichtsmaßnahmen
- Konkremente wie Zahnstein können mit Clinpro Glycine Prophy Powder nicht entfernt werden.
- Patienten, die unter chronischen Bronchitis oder Asthma leiden, sollten mit Vorsicht mit Clinpro Glycine Prophy Powder behandelt werden, da das feine Spray aus Luft und Pulver Atembeschwerden verursachen kann.
- Bei der Verwendung eines Pulverwasserstrahlgerätes müssen Behandler und Patient eine geeignete Schutzbrille tragen. Ein unabsichtlich auf die Augen gerichteter Pulverwasserstrahl kann zu schweren Verletzungen an den Augen führen. Bei Kontaktlinsen kann der feine Pulverstaub Reizungen verursachen, sollen er unter die Kontaktlinse gerät. Brillenträger sollten in jedem Fall eine Schutzbrille über ihrer eigenen Brille tragen, um Verunreinigungen der Brille während der Behandlung zu vermeiden.
- Zum Schutz vor der Staubentwicklung, z.B. beim Einfüllen ins Gerät, können Sie einen Mundschutz tragen.
- Richten Sie die Strahldüse während der Behandlung nicht direkt auf das Zahnfleisch. Die korrekte Positionierung der Düse ist unter „Den Patienten behandeln" beschrieben. Wie bei allen Prophylaxepulvern besteht bei Anwendung von intraoralen Behandlung mit Druckluft das Risiko ein Emphysem zu verursachen.
- Bitte beachten Sie mögliche Behandlungseinschränkungen bei Risikopatienten (allgemeine Immunschwäche, Endokarditis), da bei der Behandlung von tiefen parodontalen Taschen eine Bakteriämie entstehen könnte.
- Verwenden Sie bei der Behandlung immer eine Absaugvorrichtung.
- Verwenden Sie das Pulverwasserstrahlgerät niemals ohne Wasser, das Absaugen des Luft-Pulvergemisches wird dadurch erschwert und es kann zu Verletzungen im Behandlungsgebiet kommen.

3M Sicherheitsdatenblätter sind unter www.mmm.com oder bei Ihrer lokalen Niederlassung erhältlich.

Anwendung
Clinpro Glycine Prophy Powder ist zur Verwendung in handelsüblichen Pulver-wasserstrahlgeräten bestimmt. Bei der Bedienung des Geräteshalten Sie bitte die jeweilige Bedienungsanleitung.

Pulver einfüllen
- Entfernen Sie die Reste anderer Reinigungspulver durch Ausblasen mit Luft vollständig aus dem Gerät. Bikarbonat- und Carbonat-Pulver dürfen nicht für die subgingivale Reinigung verwendet werden!
  – Reinigen Sie das Gerät **nicht** mit Wasser oder feuchter Luft, da feuchtes Pulver die Strahldüse verstopfen würde.
- Schütteln Sie die Flasche vor dem Einfüllen des Pulvers in die Pulverkammer des Gerätes.
- Klappen Sie den Ausgießer der Flasche hoch.
- Füllen Sie Prophylaxepulver bis zur maximalen Füllhöhe in die Pulverkammer des Gerätes ein (siehe Markierung im Gerät). Füllen Sie das Pulver langsam ein, um Staubentwicklung zu vermeiden.

Einstellungen am Pulverwasserstrahlgerät
Die Reinigungseffizienz des Prophylaxepulvers hängt u.a. vom verwendeten Pulverwasserstrahlgerät und dem eingestellten Luft/Druck und Wasserfluss ab.
- Folgen Sie der Geräte-Bedienungsanleitung und testen Sie die für Sie optimalen Einstellungen vor der Behandlung. Für Fragen zu den Einstellungen an Pulverwasserstrahlgerät oder Behandlungseinheit wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller.
- Richten Sie die Strahldüse z.B. in ein feuchtes Waschtuchen und strahlen Sie ca. 10 sec. bis ein gleichmäßiges Pulver-Wassergemisch entsteht.

Den Patienten vorbereiten
- Cremen Sie die Mundwinkel des Patienten mit Vaseline ein, Sie verhindern so die Austrocknen und rissig werden der Mundwinkel.
- Den Absauger bequem hängen Sie so in den Mundwinkel des Patienten, dass unter der Zunge freigesaugt wird.
- Zum Absaugen des Wasser-Pulvergemisches, das vom Zahn abprallt, verwenden Sie große Absaugkanüle.

Den Patienten behandeln
- **Bei supragingivaler Behandlung oder freiliegenden Zahnhälsen:** Führen Sie die Düse an der Zahnoberfläche und strahlen Sie in einem Abstand von max. 4 mm, in einem Winkel von 30 – 90° zur Zahnoberfläche. Strahlen Sie pro Zahnseite max. 5 sec in kreisenden Bewegungen.
- **Bei subgingivaler Behandlung:** führen Sie die Düse an den Gingivalrand und strahlen Sie in einem Abstand von max. 4 mm, in einem Winkel von 30 – 60° zur Zahnoberfläche. Strahlen Sie direkt auf den Zahn in gleichmäßigen Bewegungen entlang der Saliusnähte, um einen subgingivalen Reinigungseffekt zu erzielen. Je kleiner der Winkel, umso tiefer wird der Pulverstaß in den Sulkus eindringen und umso weniger verspritzt das Wasser-Pulvergemisch.
- Vermeiden Sie punktuell zu strahlen, Strahlen Sie an der Oberfläche entlang, um einen gleichmäßigen Reinigungseffekt zu erzielen.
- Während der Behandlung halten Sie die Absaugkanüle in die Nähe des behandelten Zahnes.

Das Gerät für die nächste Behandlung vorbereiten
- Leeren Sie die Pulverkammer des Gerätes jeden Abend aus und entfernen Sie alle Pulverreste mit trockener Luft. Anschließend die Pulverkammer wieder verschließen und das Gerät für ca. 5 sec. betreiben, damit alle Pulverreste aus dem Gerät und den Leitungen entfernt sind.
- Wenn Sie verschiedene Pulver verwenden, leeren Sie die Pulverkammer des Gerätes bei jedem Pulverwechsel aus und entfernen Sie Pulverreste durch Ausblasen mit trockener Luft. Das Prophylaxepulver darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen, da feuchtes Pulver die Strahldüse verstopfen würde.
- Reinigen Sie das Gerät gemäß Bedienungsanleitung.

Lagerung und Haltbarkeit
Clinpro Glycine Prophy Powder immer in einem geschlossenen, trockenen und sauberen Gefäß aufbewahren.
Das Produkt bei 15–25°C/59–77°F lagern.
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Kundeninformation
Niemand ist berechtigt, Informationen bekannt zu geben, die von den Angaben in diesen Anweisungen abweichen.

Garantie
3M Deutschland GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. 3M Deutschland GmbH ÜBERNIMMT KEINE WEITERE HAFTUNG, AUCH KEINE IMPLIZIT GARANTIE HINSICHTLICH VERKAUFBARKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von 3M Deutschland GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des 3M Deutschland GmbH Produkts.

Haftungsbeschränkung
Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für 3M Deutschland GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, zufällige oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Verstoß, handelt.

Stand der Information: April 2016

(fr) FRANÇAIS

Description du produit
La poudre Clinpro™ Glycine Prophy Powder (poudre prophylactique à base de glycine) est une poudre prophylactique permettant un nettoyage doux et professionnel sous et supra-gingival des dents, y compris l'élimination du biofilm de la plaque et des taches, à l'aide d'aéropolisseurs disponibles sur le marché. En application sous-gingivale, elle peut être utilisée comme un complément dans la thérapie des cas de parodontites et de péri-mucosites.

Ce pictogramme présent sur l'étiquette du flacon signifie:
agiter le flacon avant emploi.

☞ Ce mode d'emploi doit être conservé pendant toute la durée d'utilisation du produit.

Indications
- Nettoyage professionnel des dents : élimination du biofilm de la plaque et des taches sous et supra-gingivaux
- Peut également être utilisé en présence d'un appareil orthodontique fixe (brackets), de matériaux de restauration et prothétiques et d'implants
- Pour la maintenance, en cas de parodontite, une fois le traitement initial terminé, lors de l'utilisation de dispositifs standard, pour des poches gingivales jusqu'à une profondeur de 5 mm
- Pour la maintenance, en cas de péri-implantite, une fois le traitement initial terminé, lors de l'utilisation de dispositifs standard, pour des poches gingivales jusqu'à une profondeur de 5 mm

Mesures de précaution
- La poudre Clinpro Glycine Prophy Powder ne permet pas d'enlever les calculs et le tartre.
- Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation de la poudre Clinpro Glycine Prophy Powder pour le traitement de patients souffrant de bronchite chronique ou d'asthme, car le jet d'air et d'eau pulvérisé peut donner lieu à des troubles respiratoires.
- Toute personne impliquée dans un traitement utilisant un aéropolisseur (opérateur comme le patient) doit porter des lunettes de protection pendant son utilisation. Si la poudre venait à être pulvérisée dans les yeux, elle peut donner lieu à des blessures graves. La fine poussière de poudre peut causer des irritations si elle pénètre sous les lentilles de contact. Les patients portant des lunettes de vue doivent toujours porter des lunettes de protection par-dessus celles-ci afin d'éviter qu'elles ne soient salies pendant le traitement.
- Afin de ne pas inhaler les particules de poussière (par exemple lors du remplissage de l'appareil), nous recommandons le port d'un masque.
- Ne pas diriger la buse directement sur la gencive pendant le traitement. Veuillez consulter la rubrique « Traitement du patient » pour une description de la position correcte de la buse. Comme pour toutes les poudres prophylactiques, il existe un risque d'emphysème sous-cutané lorsque l'air comprimé est utilisé de manière intra-orale.
- Veillez aux éventuelles restrictions lorsque vous traitez des patients à risque élevé (système immunitaire affaibli, endocardite), car le traitement de poches parodontales profondes peut donner lieu à une bactériémie.
- Toujours utiliser un dispositif d'aspiration pendant le traitement.
- Ne jamais utiliser l'aéropolisseur sans eau, ceci rendant plus difficile l'aspiration du mélange air/poudre et causant des blessures dans la région traitée.

Vous pouvez vous procurer les fiches de sécurité 3M (MSDS) sur le site web www.mmm.com ou auprès de votre filiale locale.

Utilisation
La poudre Clinpro Glycine Prophy Powder est destinée à être utilisée avec les aéropolisseurs disponibles sur le marché. Veuillez suivre le mode d'emploi spécifique de l'appareil.

Remplir de poudre l'aéropolisseur
- Nettoyer l'appareil afin de retirer tous les résidus d'autres poudres de nettoyage en y insufflant de l'air ; ne jamais utiliser de poudre de bicarbonate ou carbonate pour le nettoyage sous-gingival.
  – **Ne pas** utiliser d'eau ni d'air humide pour nettoyer l'appareil, car une fois humidifiée, la poudre peut s'accumuler au niveau de la buse et l'obstruer.
- Agiter le flacon avant de remplir de poudre le godet de poudre de l'appareil.
- Relever le bec verseur du flacon.
- Verser la poudre prophylactique dans le godet de poudre de l'appareil jusqu'au niveau maximum (trait de l'appareil). Remplir lentement afin d'éviter les poussières.

Régler l'aéropolisseur
L'efficacité du nettoyage de la poudre prophylactique dépend de plusieurs facteurs, y compris de l'aéropolisseur utilisé et du paramétrage de la pression d'air et du débit d'eau.
- Se conformer au mode d'emploi de l'appareil et tester les paramètres afin de définir les réglages optimaux pour votre utilisation avant de commencer le traitement. Pour toute question concernant le paramétrage, contacter le fabricant de l'aéropolisseur ou du fauteuil dentaire.
- Diriger la buse de pulvérisation par exemple vers le linge à main humide et pulvériser pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le mélange poudre/eau devienne homogène.

Préparer le patient
- Enduire de vaseline les commissures labiales du patient pour éviter qu'elles ne se dessèchent et ne se fissurent.
- Placer une canule d'aspiration salivaire dans le coin de la bouche du patient pour garder propre la zone située sous la langue.
- Pour aspirer le mélange d'eau/poudre réfléchi par les dents, utiliser une canule d'aspiration chirurgicale.

Traiter le patient
- **Traitement supra-gingival ou surfaces exposées de la racine:** maintenir la buse à proximité de la surface de la dent à une distance maximale de 4 mm et inclinée de 30 à 90° par rapport à la surface de la dent. Vaporiser chaque face de la dent pendant 5 secondes maximum, en effectuant sans cesse des corrélés avec la buse.
- **Traitement sous-gingival :** maintenir la buse à proximité de la limite gingivale à une distance maximale de 4 mm et inclinée de 30 à 60° par rapport à la surface de la dent. Vaporiser directement sur la dent le long de la limite gingivale de manière homogène et régulière pour que la poudre effectue un nettoyage sous-gingival. Plus l'angle est petit, plus la poudre va pouvoir pénétrer profondément dans le sulcus et moins le jet dévoera de la club.
- Ne pas diriger le jet sur un seul et même point. Vaporiser le long de la surface afin de garantir un nettoyage efficace.
- Pendant le traitement, maintenir la canule d'aspiration près de la dent que vous être en train de pulvériser.

Préparer l'appareil pour le prochain traitement
- Vider le godet de poudre de l'appareil en fin de journée et ôter tout résidu de poudre à l'aide d'un jet d'air sec. Refermer ensuite le godet de poudre et faire fonctionner l'appareil pendant environ 5 secondes afin de retirer tout résidu de poudre de l'appareil et des conduits.
- Si vous utilisez plusieurs poudres différentes, vider le godet de poudre de l'appareil et y insuffler un jet d'air sec pour ôter tout résidu avant chaque changement de poudre. Protéger la poudre prophylactique de l'humidité, une fois humidifiée, la poudre peut s'accumuler au niveau de la buse et l'obstruer.
- Nettoyer l'appareil en vous conformant au mode d'emploi de l'appareil.

Conservation et stabilité
Conserver toujours la poudre Clinpro Glycine Prophy Powder dans un récipient fermé, sec et propre.
Stocker le produit à une température comprise entre 15 et 25 °C/59 et 77 °F.
Ne plus l'utiliser après la date de péremption.

Information de l'utilisateur
Nul n'est autorisé à divulguer des informations non conformes aux informations données dans le présent mode d'emploi.

Garantie
3M Deutschland GmbH garantit ce produit contre tous défauts de matière et de fabrication. 3M Deutschland GmbH NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, NI AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN EMPLOI PARTICULIER. L'utilisateur est responsable de la détermination de l'adaptation du produit à son application utilisateur. Dans le cas où ce produit s'avèrerait défectueux durant la période de garantie, la seule obligation de 3M Deutschland GmbH se limite à remplacer ou à réparer le produit 3M Deutschland GmbH.

Responsabilité limitée
À l'exception des lieux où la loi l'interdit, 3M Deutschland GmbH ne sera tenu responsable d'aucune perte ou dommage découlant de ce produit, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs, quels que soient les arguments avancés, y compris le garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité.

Mise à jour de l'information : avr. 2016

(it) ITALIANO

Descrizione del prodotto
Clinpro™ Glycine Prophy Powder è una polvere per profilassi per la pulizia delicata e professionale dentale subgengivale e sopragengivale e per la rimozione del biofilm della placca e delle decolorazioni con apparecchi per sabbiatura a getto d'acqua disponibili in commercio. Nell'applicazione subgengivale può servire da supporto nella terapia della parodontite e periimplantite.

Questo simbolo sull'etichetta del flacone significa:
scuotere il flacone prima dell'uso.

☞ Conservare queste informazioni per l'uso per l'intera durata di utilizzo del prodotto.

Indicazioni
- Pulizia professionale dentale: rimozione di biofilm della placca sottogengivale e sopragengivale e di decolorazioni
- Uso possibile anche in presenza di apparecchi ortodontici fissi (brackets), materiali di restauro e per protesi e impianti
- Terapia di mantenimento al termine della terapia iniziale della parodontite – con l'uso di apparecchi standard – per profondità delle tasche non maggiore di 5 mm
- Terapia di mantenimento al termine della terapia iniziale della periimplantite – con l'uso di apparecchi standard – per profondità delle tasche non maggiore di 5 mm

Avvertenze
- Con Clinpro Glycine Prophy Powder non si possono rimuovere calcoli e tartaro.
- Fare attenzione quando si tratta pazienti che soffrono di bronchite cronica o di asma con Clinpro Glycine Prophy Powder perché la fine miscela di aria e polvere può essere causa di disturbi della respirazione.
- Durante l'trattamento con un apparecchio per sabbiatura a getto d'acqua e di polvere, l'operatore e il paziente dovranno indossare gli appositi occhiali di protezione. Se polvere di polvere diretta accidentalmente negli occhi può provocare gravi lesioni degli organi della vista. Il contatto di lenti a contatto possono essere soggetti ad irritazioni dovute alla penetrazione della sottile polvere sotto le lenti a contatto stesse. Le persone che portano occhiali devono indossare occhiali di protezione sopra propri occhiali, in modo da evitare di sporcarli durante il trattamento.
- Per proteggersi dalla formazione di polvere, per esempio quando la si inserisce nell'apparecchio, si può indossare una protezione per le bocca.
- Durante l'trattamento non dirigere l'ugello direttamente sulla gengiva. Il posizionamento corretto dell'ugello è descritto nella sezione «Trattamento del paziente». Come per tutte le polveri per profilassi, nel trattamento intraorale con aria compressa si è soggetti al rischio di causare enfisema.
- Si prega di verificare la presenza di eventuali limitazioni del trattamento nei pazienti a rischio (deficienza immunitaria generale, endocardite), perché nel trattamento di tasche profonde periodontali si può verificare un'infezione batterica.
- Per l'trattamento usare sempre un dispositivo di aspirazione.
- Non usare mai l'apparecchio a getto d'acqua e di polvere senza acqua; l'estrazione della miscela di aria e polvere viene resa più difficile e si possono produrre ferite nell'area del trattamento.

Le schede dati di sicurezza 3M si possono ordinare all'indirizzo www.mmm.com oppure rivolgersi al concessionario locale.

Uso
Clinpro Glycine Prophy Powder è risevato all'uso negli apparecchi per sabbiatura a getto d'acqua e di polvere normalmente in commercio. Per l'uso del singolo apparecchio, si prega di rispettare le relative istruzioni d'uso.

Riformento della polvere
- Rimuovere completamente i residui di altre polveri di pulizia dall'apparecchio servendosi dell'getto d'aria – la polvere di bicarbonato e di carbonato non devono essere usate per la pulizia sottogengivale!
  – **Non** pulire l'apparecchio con acqua o aria umida perché la polvere umidita impedirebbe l'uscita.
- Scuotere il flacone prima di versare la polvere nel vano della polvere dell'apparecchio.
- Sollevare l'beccuccio del flacone.
- Riempire l'apparecchio con la polvere per profilassi versandola fino al livello di riempimento massimo nel vano della polvere dell'apparecchio (vedi tacca nell'apparecchio). Introdurre lentamente il prodotto per evitare la formazione di polvere.

Impostazioni dell'apparecchio a getto d'acqua e di polvere
L'efficacia detergente della polvere per profilassi dipende da diversi fattori, tra cui l'apparecchio utilizzato e dalla pressione dell'aria e dal getto d'acqua impostati.
- Seguire le istruzioni d'uso dell'apparecchio e provare prima del trattamento le impostazioni ottimali per l'uso personale. Per domande relative alle impostazioni dell'apparecchio a getto d'acqua e di polvere o alla poltrona per il trattamento rivolgersi al rispettivo produttore.
- Dirigere l'ugello per esempio in un tovagliolino umido, ed erogare per circa 10 secondi fino ad ottenere una miscela omogenea di polvere ed acqua.

Preparazione del paziente al trattamento
- Applicare uno strato di vaselina sugli angoli della bocca del paziente. Così impedisce la loro essiccazione e screpolatura.
- Agganciare l'aspiratore piccolo nell'angolo della bocca in modo che aspiri sotto la lingua.
- Utilizzare l'cannula di aspirazione grande per aspirare la miscela di acqua e polvere che rimbalza dai denti.

Trattamento del paziente
- **In caso di trattamento sopragengivale o di colletti scoperti:** dirigere l'ugello sulla superficie del dente e sabbiare a distanza di max. 4 mm con un angolo del 30 – 90° rispetto alla superficie del dente. Sabbiare per massimo 5 secondi per ogni lato del dente con movimenti circolari.
- **In caso di trattamento subgengivale:** portare l'ugello sul bordo del solco e sabbiare ad una distanza di max. 4 mm e con un angolo di 30 – 60° rispetto alla superficie del dente. Sabbiare direttamente sul dente con movimenti uniformi lungo la linea del solco per ottenere un effetto di pulizia sottogengivale. Più piccolo è l'angolo, più l'getto di polvere penetrerà nel solco e meno si sprizza della zona adiacente la miscela di acqua e polvere.
- Evitare di effettuare una sabbiatura su un unico punto e sabbiare lungo la superficie, in modo da ottenere un effetto di pulizia uniforme.
- Durante l'trattamento tenere la cannula di aspirazione vicino al dente sabbiato.

Preparazione dell'apparecchio per il trattamento successivo
- Svuotare il vano della polvere dell'apparecchio ogni sera e rimuovere tutti i residui di polvere con aria asciutta. Richiudere quindi il vano e azionare l'apparecchio per circa 5 secondi, in modo da rimuovere tutti i residui di polvere dall'apparecchio e dai condotti.
- Se si usano polveri diverse, svuotare il vano della polvere dell'apparecchio prima di ogni cambio di polvere e rimuovere i residui di polvere servendosi di un getto di aria asciutta. La polvere per profilassi non deve entrare in contatto con umidità perché la polvere umida intaserebbe l'ugello.
- Pulire l'apparecchio seguendo le istruzioni fornite nell'manuale d'istruzioni.

Conservazione e durata
Conservare sempre Clinpro Glycine Prophy Powder in un contenitore chiuso, asciutto e pulito.
Conservare il prodotto a temperature comprese tra 15 – 25 °C/59 – 77 °F.
Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza.

Informazioni per i clienti
Nessuna persona è autorizzata a fornire informazioni diverse da quelle indicate in questo foglio di istruzioni.

Garanzia
3M Deutschland GmbH garantisce che questo prodotto è privo di difetti per quanto riguarda materiali e manifattura. 3M Deutschland GmbH NON OFFRE ULTERIORI GARANZIE, COMPRESE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER PARTICOLARI SCOPI. L'utente è responsabile di determinare l'idoneità del prodotto nelle singole applicazioni. Se questo prodotto risulta difettoso nell'ambito del periodo di garanzia, l'esclusivo rimedio e unico obbligo da parte di 3M Deutschland GmbH sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto 3M Deutschland GmbH.

Limitazione di responsabilità
Eccetto ove direttamente indicato dalla legge, 3M Deutschland GmbH non si riterrà responsabile per eventuali perdite o danni derivati da questo prodotto, diretti o indiretti, speciali, incidentali o consequenziali, qualunque sia la teoria addotta, compresa garanzia, contratto, negligenza o diretta responsabilità.

Ultima revisione del le informazioni aprile 2016

(es) ESPAÑOL

Descripción del producto
Clinpro™ Glycine Prophy Powder es un polvo de profilaxis para una limpieza suave y profesional de las áreas sub y supragingivales de los dientes y la eliminación de biofilm de placa y manchas, mediante los dispositivos de pulido por aire disponibles en el mercado. En aplicación subgingival puede emplearse como complemento para el tratamiento de la periodontitis y la periimplantitis.

Este símbolo en la etiqueta del frasco significa:
agitar el frasco antes del uso.

☞ Las instrucciones de utilización deben conservarse durante todo el tiempo de uso del producto.

Indicaciones
- Limpieza profesional del diente: eliminación de biofilm de placa y manchas de las áreas sub y supragingivales
- También puede utilizarse con aparatos ortodóncicos fijos (brackets), sobre materiales restauradores y protésicos e implantes.
- Tratamiento de mantenimiento de la periodontitis una vez finalizado el tratamiento inicial – cuando se usan dispositivos estándar – con profundidad de bolsa gingival inferior a 5 mm.
- Tratamiento de mantenimiento de la periimplantitis una vez finalizado el tratamiento inicial – cuando se usan dispositivos estándar – con profundidad de bolsa gingival inferior a 5 mm.

Medidas de precaución
- Los cálculos dentales o sarro no pueden eliminarse con Clinpro Glycine Prophy Powder.
- En pacientes con bronquitis crónica o asma debe extremarse la precaución al usar Clinpro Glycine Prophy Powder, ya que la fina pulverización de aire y polvo puede provocar trastornos respiratorios.
- Durante el uso del dispositivo de pulido por aire, tanto el profesional como el paciente deben llevar protección ocular. La pulverización accidental de polvo en los ojos puede provocar lesiones oculares graves. El polvo fino puede generar irritaciones si penetra debajo de las lentillas. Las pacientes que llevan gafas deben ponerse la protección ocular sobre ellas para evitar que se ensucien durante el tratamiento.
- Puede utilizarse una mascarilla como protección para evitar las partículas de polvo (por ejemplo durante el llenado del dispositivo).
- No dirigir la boquilla directamente a la encía durante el tratamiento. En la sección «Tratamiento del paciente» se describe la posición correcta de la boquilla. Como con todos los polvos de profilaxis, existe el riesgo de provocar enfisema subcutáneo cuando se utiliza aire comprimido intraoralmente.
- Deben tenerse presentes las posibles restricciones de tratamiento en pacientes de alto riesgo (sistema inmune debilitado en general), ya que el tratamiento de bolsas periodontales profundas puede producir bacteriemia.
- Durante el tratamiento debe utilizarse siempre un aspirador.
- No utilizar nunca el dispositivo de pulido por aire sin agua ya que, de lo contrario, se dificulta la aspiración de la mezcla de aire/polvo y se pueden producir lesiones en la zona tratada.

Puede obtener las fichas de datos de seguridad (FDS) de 3M en www.mmm.com o poniéndose en contacto con la subsidiaria correspondiente.

Uso
Clinpro Glycine Prophy Powder está concebido para su utilización con dispositivos de pulido por aire disponibles en el mercado. Deben respetarse las instrucciones de uso del dispositivo específico.

Llenado del polvo
- Eliminar completamente cualquier residuo de otros polvos de limpieza mediante aire a través del dispositivo; ¡no usar nunca polvo de bicarbonato o carbonato para la limpieza subgingival!
  – **No** usar agua ni aire húmedo para limpiar el dispositivo, ya que el polvo húmedo puede bloquear la boquilla.
- Agitar el frasco antes de introducir el polvo en el reservorio de polvo del dispositivo.
- Levantar el dispensador del frasco.
- Añadir el polvo de profilaxis en el reservorio de polvo del dispositivo hasta alcanzar el nivel máximo (ver la marca en el dispositivo). Rellenar lentamente para evitar la formación de polvo.

Ajustes del dispositivo de pulido por aire
La eficacia de limpieza del polvo de profilaxis depende de varios factores, entre los cuales se incluyen el tipo de dispositivo de pulido por aire que se esté utilizando y los ajustes de presión de aire y flujo de agua.
- Seguir las instrucciones de uso del dispositivo y probar los ajustes para determinar el ajuste óptimo para su uso antes de empezar el tratamiento. Contactar con el fabricante del dispositivo de pulido por aire o con el fabricante del sillón del paciente en caso de tener alguna pregunta sobre los ajustes.
-

responsável por determinar a adequação do produto à aplicação em causa. Se este produto se apresentar defeituoso dentro do período de garantia, a sua única solução e única obrigação da 3M Deutschland GmbH será a reparação ou substituição do produto da 3M Deutschland GmbH.

Limitação de responsabilidade
Exceptio quando proibido por lei, a 3M Deutschland GmbH não será responsável por quaisquer perdas ou danos resultantes deste produto, sejam directos, indirectos, especiais, incidentais ou consequenciais, independentemente da teoria defendida, incluindo garantia, contrato, negligência ou responsabilidade estrita.

Informação actualizada em Abril de 2016

nl NEDERLANDS

Beschrijving van het product
Clinpro™ Glycine Prophy Powder (Glycine Prophylaxe poeder) is een profylaxe poeder voor een zorgvuldige sub- en supragingivale preventieve reiniging van de tanden, inclusief voor het verwijderen van plaque-biofilm en vestigingen, met in de handel verkrijgbare poeder-waterstraalapparaten. Bij een suboptimale toepassing kan het de behandeling van parodontitis en peri-implantitis ondersteunen.

Dit symbool op het etiket van de fles betekent: lees voor gebruik scheiden.

☞ Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u dit product gebruikt.

Indicaties
- Professionele tandreiniging verwijderen van subgingivale en supragingivale plaque-biofilm en vestigingen
- Gebruik ook in aanwezigheid van aangebrachte orthodontische apparatuur (beugels), restauraties en prothetisch materiaal, evenals implantaten mogelijk
- Voor de nabehandeling van parodontitis- na een geslaagde initiële behandeling – bij gebruik van standaardapparaten – bij pockets van minder dan 5 mm diep
- Voor de nabehandeling van peri-implantitis, na een geslaagde initiële behandeling – bij gebruik van standaardapparaten – bij pockets van minder dan 5 mm diep

Voorzorgsmaatregelen
- landsanleg en landsteen kunnen niet worden vervijderd met Clinpro Glycine Prophy Powder.
- Patiënten, die aan chronische bronchitis of astma lijden, moeten uiterst voorzichtig met Clinpro Prophy Powder behandeld worden, omdat de fijne spray van lucht en poeder de ademhaling kan bemoeilijken.
- Bij het gebruik van een poeder-waterstraalapparaat moeten behandelaar en patiënt beide een geschikte veiligheidsbril dragen. Een absorberende oc de oogen gedekte patiëntenkap kan het ernstig redelijkheid laden. Bij contactlenzen kan het fijne poederstof irritatie veroorzaken, als het onder de contactlens terechtkomt. Brildragers moeten in ieder geval een veiligheidsbril over hun eigen bril dragen, om verontreiniging van de bril tijdens de behandeling te vermijden.
- In verband met de stofontwikkeling kunt u bijv. bij het vullen van het apparaat een mondmasker dragen.
- Richt de spuitbijs tijdens de behandeling niet direct op het landtjes. De correcte positionering van de spuitbijs wordt beschreven onder "De patiënt behandelen". Niet alle tandvleesbijs resistant bij de intraorale behandeling met perslucht het risico emfyseem te veroorzaken.
- Houd a.u.b. rekening met mogelijke behandelingsbeperkingen bij i sisoptatiënten (algemene immunodepressie, immunosuppressie), medicatie die de behandeling van diepe parodontale pockets tot bacteriëmie kan leiden.
- Gebruik bij de behandeling altijd een afzuigapparaat.
- Gebruik het poeder-waterstraalapparaat nooit zonder water: het afzuigen van het poeder-luchtmengsel wordt daardoor bemoeilijkt en kan tot verwondingen in het te behandelen gebied leiden.

3M veiligheidsbladen kunnen via www.mmm.com worden besteld, of neem contact op met uw plaatselijke vestiging.

Toepassing
Clinpro Glycine Prophy Powder is bedoeld voor gebruik in poeder-waterstraalapparaten die normaal in de handel verkrijgbaar zijn. Zie voor de bediening a.u.b. de gebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat.

Poeder vullen
- Blaas de resten van het vorige reinigingspoeder volledig uit het apparaat, want bicarbonaat- en carbonaatpoeder mogen niet voor de subgingivale reiniging worden gebruikt!
  – Reinig het apparaat **niet** met water of vochtige lucht, omdat de spuitbijs door het poeder verstopt kan raken.
- Schud de fles eerst enkele malen om het poeder in het poederreservoir van het apparaat vul.
- Klap de gleufluit van de fles omhoog.
- Vul het prophylaxe poeder tot de maximale vulhoogte in het poederreservoir van het apparaat (zie de markering op het apparaat). Vul het apparaat langzaam met poeder, om stofvorming te vermijden.

Instellingen van het poeder-waterstraalapparaat
Het effect van de reiniging met prophylaxe poeder hangt o.a. af van het gebruikte poeder-waterstraalapparaat, evenals de respectijdelijke hoeveelheid water en lucht.
- Volg de gebruiksaanwijzing van het apparaat en test het apparaat eerst uit om de optimale instellingen voor de behandeling te bepalen. Voor vragen over de instellingen van het poeder-waterstraalapparaat of de behandeldtijd kunt u contact opnemen met de desbetreffende fabrikant.
- Richt de spuitbijs bij, naar een vochtige wasbeer en straal gedurende ca. 10 seconden bij een gelijkmatig poeder-/watermengsel verschijnt.

De patiënt voorbereiden
- Smeer de mondhoeken van de patiënt in met vaseline. Zo voorkomt u uitdroging en scheurtjes bij de mondhoek.
- Hang de kleine speeksauger zo in de mondhoek van de patiënt, dat het gebied onder de tong wordt schoon gezogen.
- Gebruik de grote afzuiger voor het water-/poedermengsel, dat van de elementen glijdt.

De patiënt behandelen
- **Bij de supragingivale behandeling of vrijliggende tandhalzen:** breng de spuitbijs naar het elementoppervlak en sputt van een afstand van max. 4 mm, onder een hoek van 30 – 60° op het elementoppervlak. Straal per elementoppervlak max. 5 seconden in cirkelende beweging.
- **Bij de subgingivale behandeling:** breng de spuitbijs naar de sulcusrand en sputt van een afstand van max. 4 mm, onder een hoek van 30 – 60° op het elementoppervlak. Straal cirkelbewegingen op het element met gelijkmatige bewegingen langs de sulcus/tj. om een subgingivaal reinigingseffect te bereiken. Hoe kleiner de hoek, hoe dieper de poederstraal in de sulcus dring. Zo sport het vaste-/poedermengsel het beste.
- Vermijd punctuatie. Straal langs het oppervlak om een zo gelijkmatig mogelijk reinigingseffect te realiseren.
- Houd de afzuiger tijdens de behandeling zo dicht mogelijk bij het bestraalde element.

Het apparaat voorbereiden voor de volgende behandeling
- Maak het poederreservoir van het apparaat iedere avond leeg en verwijder alle poederresten met behulp van droog lucht. Daarna het poederreservoir weer afsluiten en het apparaat gedurende ca. 5 seconden laten draaien, zodat alle poederresten uit het apparaat en de leidingen zijn verwijderd.
- Indien u dezelfde soorten poeder gebruikt, hoeft het poederreservoir van het apparaat dat bij iedere poederwisseling, vervolgd poederresten altijd door middel van uitblazen met droge lucht. Het prophylaxe poeder mag niet met vocht in aanraking komen, omdat de spuitbijs door het vochtige poeder verstopt kan raken.
- Reinig het apparaat in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

Bewaren en houdbaarheid
Clinpro Glycine Prophy Powder altijd in een gesloten, droge en schone fles bewaren.
Het product bij 15 – 25°C/59 – 77°F bewaren.
Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum mag het product niet meer worden gebruikt.

Informatie voor de klant
Geen enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van hetgeen beschreven is in deze gebruiksaanwijzing.

Garantie
3M Deutschland GmbH garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M Deutschland GmbH BIEDT GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE, INCLUSIEF ST.L.ZWIGGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het door de gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M Deutschland GmbH reparatie of vervanging van het product van 3M Deutschland GmbH.

Beperkte aansprakelijkheid
Tenzij dit is verboden door de wet, is 3M Deutschland GmbH niet aansprakelijk voor welkes of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of dit nu direct of indirect, speciaal, incidenteel of resulterend is, ongeacht de verklaarde theorie, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

Stand van de informatie: april 2016

el ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή του προϊόντος
Το υλικό Clinpro™ Glycine Prophy Powder είναι μία σκόνη προφύλαξης για πίτιο και επαγγελματικό υποουλικό και υπερουλικό καθαρισμό οδόντων, συμπεριλαμβανομένου της απομάκρυνσης βιομιγμεβράνων της πλάκας και κηλίδων, χρησιμοποιώντας συσκευές λείανσης που διατίθενται στο εμπόριο. Σε περίπτωση υποουλικής χρήσης μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην θεραπεία της περιοδοντίτιδας και της περιεμφυτευματίτιδας.

Αυτό το συμβολο στην ετικέτα της φιάλης σημαίνει: Ανακινήστε τη φιάλη πριν τη χρήση.

☞ Οι παρούσες οδηγίες χρήσης πρέπει να φυλάσσονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος.

Ενδείξεις
- Επαγγελματικός καθαρισμός οδόντων: Απομάκρυνση υποουλικής και υπερουλικής βιομεμβράνης της πλάκας και κηλίδων
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και παρουσία μονίμων ορθοδοντικών μηχανισμών (υποστηριγμάτα), αποκαταστατικών και προσθετικών υλικών και εμφυτευμάτων.
- Στην θεραπεία της περιοδοντίτιδας για την διατήρηση του αποτελέσματος μετά την ολοκλήρωση της αρχικής – κατά τη χρήση συνήθων συσκευών – για ουλικούς θύλακες βάθους όχι άνω των 5 mm
- Στην θεραπεία της περιεμφυτευματίτιδας για την διατήρηση του αποτελέσματος μετά την ολοκλήρωση της αρχικής – κατά τη χρήση συνήθων συσκευών – για ουλικούς θύλακες βάθους όχι άνω των 5 mm

Προστατευτικά μέτρα
- Λιθίαση και τραγίο δεν είναι δυνατόν να απομακρυνθούν με τη σκόνη Clinpro Glycine Prophy Powder.
- Θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή κατά τη χρήση του υλικού Clinpro Glycine Prophy Powder στη θεραπεία ασθενών που πασχίζεται ή έχουν βρογχίτιδα ή άσθμα. Διότι ο λεπτός ψεκασμός από αέρα και σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσχέρεια στην αναπνοή.
- Όταν χρησιμοποιείται μια συσκευή αιωρικής σκόνης πρέπει και ο οδοντίατρος και ο ασθενής να φορούν προστατευτικά γυαλιά κατά τη διάρκεια της χρήσης. Κατά λάθος κατευθυνόμενη από δέσμης της σκόνης προς τους οφθαλμούς μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό των οφθαλμών. Η λεπτόκοκκη σκόνη μπορεί να προκαλέσει επίσης ερεθισμό, εάν καταλήξει κάτω από τους φακούς επαφής. Ασθενείς, που φορούν γυαλιά θα πρέπει να φορούν πάνω από αυτά προστατευτικά γυαλιά, για να μη λερωθούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
- Θα πρέπει να φοράτε μάσκα για προστασία από σωματίδια σκόνης π.χ. όταν γεμίζετε την συσκευή.
- Κατά την διάρκεια της θεραπείας μην κατευθύνετε το ακροφύσιο της δέσμης απευθείας προς τα ούλα. Η σωστή τοποθέτηση του ακροφυσίου περιγράφεται στην παράγραφο «Θεραπεία του Ασθενούς». Όπως με όλες τις συσκευές ψεκτής υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υποδόριου εμφυσήματος, όταν χρησιμοποιείτε ενδοστοματικά πιεσιεσμένο αέρα.
- Παρακολουθείτε βαρύ προσοχή σε πιθανούς περιορισμούς όταν θεραπεύετε ασθενείς ανοσηλού κινδύνου (γενική ανοσολογική ανεπάρκεια, ενδοκαρδίτιδα), διότι μπορεί να εμφανιστεί βακτηριαιμία κατά την θεραπεία βαθέων περιοδοντικών θυλάκων.
- Κατά τη θεραπεία να χρησιμοποιείτε πάντοτε συσκευή αναρρόφησης.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την λειαντική συσκευή αέρος χωρίς νερό, διότι κατ' αυτό τον τρόπο δυσχεραίνεται η αποχώρηση του μίγματος αέρος/σκόνης και μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί στον χώρο της θεραπευτικής αγωγής.

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας της 3M μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τον δικτυακό τόπο www.mmm.com ή ερχόμενοι σε επαφή με την τοπική θυγατρική εταιρεία.

Εφαρμογή/Χρήση
Το υλικό Clinpro Glycine Prophy Powder προορίζεται για χρήση σε λειαντικές συσκευές αέρος που διατίθενται στο εμπόριο. Παρακαλούμε να ανατρέξετε υπόψη, στις Οδηγίες Χρήσεως για τη λειτουργία της συγκεκριμένης συσκευής.

Πλήρωση της συσκευής με σκόνη
- Απομακρύνετε εντελώς κάθε κατάλοιπο άλλων σκονών καθαρισμού διαλύσεως από τον δοχείο της συσκευής μη χρησιμοποιείτε ποτέ διττανθρακικό ή διττανθρακικό χρώμα για υποουλικό καθαρισμό!
  – Μη χρησιμοποιείτε νερό ή υγρό αέρα για να καθαρίσετε τη συσκευή, διότι η υγρή σκόνη μπορεί να προκαλέσει έμφραξη του ακροφυσίου.
- Ανακινήστε τη φιάλη πριν γεμίσετε σκόνη στο θάλαμο σκόνης της συσκευής.
- Σπικώστε προς τα πάνω το στόμιο της φιάλης.
- Προσθέστε στον προορισμό της σκόνη στην συσκευής, μέχρι να φτάσει στην ανώτατη στάθμη (βλέπε ένδειξη στην συσκευή). Γεμίστε τη σκόνη αργά, για να αποφύγετε την δημιουργία νέφους σκόνης.

Ρύθμιση στη λειαντική συσκευή αέρος
Η αποτελεσματικότητα καθαρισμού της σκόνης προφύλαξης εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου της λειαντικής συσκευής αέρος που χρησιμοποιείτε καθώς και των ρυθμίσεων για τον ποσοστό νερού και τη ροή ύδατος.
- Να ακολουθείτε τις Οδηγίες Χρήσεως της συσκευής και δοκιμάστε τις ρυθμίσεις, για να προσδιορίσετε τι είναι το βέλτιστο για τη χρήση σας, προτού ξεκινήσετε τη θεραπεία. Εάν σε έποχή με τον κατασκευαστή της λειαντικής συσκευής αέρος ή του οδοντιατρικού καθίσματος, εάν έχετε απορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις.
- Κατεύθυνετε το ακροφύσιο ψεκασμού π.χ. σε έναν υγρό νιπτήρα και ψεκάστε επί περίπου 10 δευτερόλεπτα, έως ότου επιτευχθεί ένα ομοιογενές μείγμα σκόνης/νερού.

Προετοιμασία του ασθενούς
- Επαλείψτε τις γωνίες του στόματος του ασθενούς με βαζελίνη, για να αποτρέψετε την ξήρανση και την απόσχιση των γωνιών του στοματόστομα.
- Τοποθετήστε μια σιελαντλία στη γωνία του στόματος του ασθενούς, με τρόπο ώστε να πραγματοποιείται με αναρρόφηση ο καθαρισμός του χώρου κάτω από την γλώσσα.
- Για την αποφυγή του μίγματος νερού/σκόνης, το οποίο εκτρέπεται από το δόντι, χρησιμοποιήστε τον μεγάλο σωλήνα αναρρόφησης.

Θεραπεία του ασθενούς
- **Υπερουλική θεραπεία ή εκτεθειμένες ριζικές επιφάνειες:** Κρατήστε το ακροφύσιο πλησίον της οδοντικές επιφανειες σε μέγιστη απόσταση 4 mm και γωνία 30° έως 90° προς την οδοντική επιφάνεια ψεκάστε κάθε πλευρά του οδόντος το ανώτερο επί 5 δευτερόλεπτα, κινοντας με το ακροφύσιο σταθερές κυκλικές κινήσεις.
- **Υποουλική θεραπεία:** Κρατήστε το ακροφύσιο πλησίον του ορίου των ούλων σε μέγιστη απόσταση 4 mm και γωνία 30° έως 60° προς την οδοντική επιφάνεια. Ψεκάστε επεισέλιες στο δόντι κατά μήκος του ορίου των ούλων σε απαλή, συνεχή κίνηση, ώστε η σκόνη να καθαρίζει υποουλικα. Όσο μικρότερη η γωνία, τόσο βαθύτερα θα εισχωρήσει η δέσμη σκόνης στην ουλοδοντική σχισμή και τόσο λιγότερο θα εκτραπεί ο ψεκασμός νερού/σκόνης.
- Να απομακρύνετε την συνεχή ψεκασμό σε ένα σημείο. Ψεκάστε κατά μήκος της επιφάνειας, για να έχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα καθαρισμού.
- Κατά την διάρκεια της θεραπείας κρατότε το ρύγχος αναρρόφησης πλησίον του δοντιού, το οποίο επεξεργάζεστε.

Προετοιμασία της συσκευής για την επόμενη θεραπεία
- Αδειάστε τον θάλαμο σκόνης της συσκευής στο τέλος της ημέρας και απομακρύνετε εντελώς τα κατάλοιπα σκόνης με ξηρο αερα. Ακολούθως κλείστε ξανά τον θάλαμο σκόνης και θέστε τη συσκευή σε λειτουργία επί περίπου 5 δευτερόλεπτα, για να απομακρύνετε κάθε κατάλοιπο σκόνης από τη συσκευή και τις γραμμές της.
- Εάν χρησιμοποιείτε πουκιλία σκονών, αδειάστε τον θάλαμο σκόνης της συσκευής φυσήξτε μέσα αερα για να απομακρύνετε κάθε κατάλοιπο σκόνης, πριν από κάθε αλλαγή σκόνης. Μην αφήνετε τη σκόνη προφύλαξης για κάθε σε επαφή με μονάδα» (μη σκόνη μπορεί να προκαλέσει έμφραξη του ακροφυσίου.
- Καθαρίστε την συσκευή σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσεως.

Αποθήκευση και λήξη
Φυλάσσετε τη σκόνη Clinpro Glycine Prophy Powder πάντοτε σε ένα κλειστό, στεγνό και καθαρό μπουκάλι.
Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασίες από 15–25°C/59–77°F.
Μη μην χρησιμοποιείται μετά την παρόδο της ημερομηνίας λήξης.

Πληροφόρηση πελατών
Κανένα άτομο δεν εξουσιοδοτείται να παρέχει πληροφορίες, οι οποίες παρεκλίνουν από αυτές, που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο οδηγιών.

Εγγύηση
Η 3M Deutschland GmbH εγγυάται ότι το παρόν προϊόν δεν έχει ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Η 3M Deutschland GmbH ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και τη συνολική χρησιμοποίηση του προϊόντος. Σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν βρεθεί ελαττωματικό κατά τη διάρκεια της ισχύος της εγγύησης, η αποκλειστική αξίωση έναντι της 3M Deutschland GmbH και η μοναδική της υποχρέωση είναι η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος της 3M Deutschland GmbH.

Περιορισμός ευθύνης
Εκτος από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από το νόμο, η 3M Deutschland GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκύπτει από το παρόν προϊόν, είτε αυτή είναι άμεση, έμμεση, ειδική, τυχαία ή συνεπτόμενων, ανεξάρτητα από τη διεκδικούμενη υποθεση, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, του συμβολαίου, της αμέλειας ή αντικειμενικής ευθύνης.

Κατάσταση ισχύος αυτών των πληροφοριών: Απρίλιος 2016

sv SVENSKA

Produktbeskrivning
Clinpro™ Glycine Prophy Powder är ett profylaxpulver för skonsam och professionell sub- och supragingival rengöring av tänder, inklusive avlägsnande av plack-biofilm och fläckar, med vanliga luftpolleringsapparater. Vid suboptimal användning kan det understödja behandlingen av parodontit och periimplantit.

Denna symbol på flaskans etikett betyder: Skaka flaskan före användning.

☞ Spara bruksanvisningen under produktens hela användningstid.

Indikationer
- Professionell tandrengöring: Borttagning av sub- och supragingival plack-biofilm och fläckar
- Kan även användas vid fastsittande ortodontisk apparatur (brackets), restaurationer och protetikmaterial och implantat
- Vid eftervård i samband med behandlingen efter genomförd initialbehandling – vid användning av standardapparater – vid fickdjup ej överstigande 5 mm
- För eftervård i periimplantitbehandlingen efter genomförd inledande behandling – vid användning av standardapparater – vid fickdjup ej överstigande 5 mm

Försiktighetsåtgärder
- Tandsten kan inte tas bort med Clinpro Glycine Prophy Powder.
- Var försiktig vid användning av Clinpro Glycine Prophy Powder för behandling av patienter som lider av kronisk bronkit eller astma, eftersom den fina sprayen av luft och pulver kan försvåra andningsbesvär.
- Vid användning av en luftpolleringsapparat ska både operatör och patient bära skyddsglasögon (eller ansiktsskydd). Ett absorberande sido- ar mässkydd hindras mot ögonen kan orsaka allvarliga ögonskador. Om det lilla pulvret råkar hamna under kontaktlinser kan irritation förekomma. Patienter som bär glasögon bör bära skyddsglasögon över sina glasögon för att undvika att få dem nedsmutsade under behandlingen.
- Du kan bära munskydd som skydd mot damm (t.ex. vid påfyllning apparaten).
- Rikta under behandlingen inte munstycket direkt mot tandköttet. Korrekt inriktning av munstycket beskrivs under avsnittet "Behandling av patienten". Som med alla profylaxenheter, finns det en risk för att provocera ett subkutant emfysem när tryckluft används intraoralt.
- Överväg att begränsa behandlingen av riskpatienter (Försvagat immunförsvar, antikoagulering), eftersom bakteriemi kan uppträda vid behandling av djupa parodontala fickor.
- Använd alltid sug under behandlingen.
- Använd skyddsglasögon och ansiktsskydd, när vattnet, då suspensionen av luft-pulverpartiklarna i sig är frätande.

Det går att hämta säkerhetsdatablad från 3M på www.mmm.com eller genom att kontakta din lokala filial.

Användning
Clinpro Glycine Prophy Powder är avsett att användas i vanliga luftpolleringsapparater. Följ den aktuella bruksanvisningen vid användningen av apparaten.

Påfyllning av pulver
- Avlägsna helt eventuella rester av andra rengöringspulver genom att blåsa luft genom apparaten använd aldrig bikarbonat- eller karbonatpulver för subgingival rengöring!
  – Använd **inte** vatten eller fuktig luft för att rengöra apparaten, eftersom fuktigt pulver kan täppa till munstycket.
- Skaka flaskan innan pulvret fylls på i apparatens pulverkammare.
- Fäll upp ritsen på flaskan.
- Fyll på profylaxpulver i apparatens pulverkammare till det når den högsta nivån (se markering i apparaten). Fyll på pulvret sakta för att undvika damm-bildning.

Inställningar på luftpoleringsapparaten
Hemgiftsaktiviteten hos profylaxpulvret beror på ett antal faktorer, däribland typen av luftpoleringsapparat som används och inställningarna för luft/vatt och pulverflöde.
- Följ bruksanvisningen för apparaten och testa installningarna för att avgöra vad som är optimalt för dig innan du påbörjar behandlingen. Kontakta tillverkaren av luftpoleringsapparaten eller tandbehandlaren, om du har några frågor om inställningarna.
- Rikta spraymunstycket t.ex. i ett fuktigt handfat och spraya i cirka 10 sekunder tills en jämn puder/vattenblandning erhålls.

Förbereda patienten
- Smörj in patientens mungipor med vaselin. Detta förhindrar uttorkning och sprickor i mungiporna.
- Häng den lilla sugen så att den sugar rent under tungan.
- För att suga bort vatten/pulverblandning som skuttar bort från området används den stora sugen.

Behandling av patienten
- **Supragingival behandling eller exponerade rotytor:** Håll munstycket nära tandytan med ett avstånd på högst 4 mm och en vinkel på 30° till 90° mot tandytan; spraya varje sida av tanden i högst 5 sekunder, flytta kontinuerligt hela tiden i en cirkelrörelse.
- **Subgingival behandling:** Håll munstycket nära tandköttskanten med ett avstånd på högst 4 mm och en vinkel på 30° till 60° mot tandytan. Spraya med jämna, kontinuerliga rörelser längs tandköttssulcen i en mjuk, jämn rörelse för att få pulvret att rengöra subgingivalt. Ju mindre vinkel är, desto djupare kommer pulverstrålmen att tränga in i sulcus och desto mindre avleds vatten-pulver flödet.
- Undvik att rikta sprayen kontinuerligt på samma ställe. Spraya längs ytan för att säkerställa en jämn rengöringseffekt.
- Under behandlingen ska sugmunstycket hållas i närheten av den behandlade tanden.

Förberedelse av apparaten för nästa behandling
- Töm apparatens pulverkammare vid slutet av arbetsdagen och avlägsna pulverrester helt med torrluft. Därefter ska pulverkammaren förslutas och apparaten slutas cirka 5 sekunder för att avlägsna alla pulverrester från apparaten och dess ledningar.
- Om du använder flera olika pulver, töm apparatens pulverkammare och blås torr luft genom den för att avlägsna eventuella pulverrester före varje byte av pulver. Låt inte profylaxpulver komma i kontakt med fukt; fuktigt pulver kan täppa till munstycket.
- Rengör apparaten enligt bruksanvisningen.

Förvaring och hållbarhet
Clinpro Glycine Prophy Powder ska alltid förvaras i ett tillslutet, torrt och rent kärl.
Förvara produkten vid 15 – 25 °C/59 – 77 °F.
Använd den inte när förfallodatumet har gått ut.

Kundinformation
Ingen person har tillstånd att ge information som avviker från denna bruksanvisning.

Garanti
3M Deutschland GmbH garanterar att denna produkt är fri från material- och tillverkningsfel. 3M Deutschland GmbH UTFÄSTER INGA ANDRA GARANTIER INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE. Användaren är ansvarig för att avgöra produktens lämplighet i en specifik applikation. Om denna produkt visar vara defekt inom garantitiden är kundens enda krav och 3M Deutschland GmbH:s enda åtagande att reparera eller byta ut produkten.

Begränsning av ansvarsskyldighet
I annat fall än då lag så föreskriver är 3M Deutschland GmbH inte ansvarigt för förlust eller skada som orsakas av denna produkt, oavsett om det rör sig om direkt, indirekt, speciell eller oförutsägbar skada eller följdskada, vilka gäller oavsett rättsligt anspråk, garanti, kontrakt, vårdslöshet eller uppsåt.

Informationsutgåva: april 2016

fi SUOMI

Tuotekuvaus
Clinpro™ Glycine Prophy Powder on puhdistusauhe hellävaraiseen ja ammattimaiseen kampaheen yläkosketuksessa sekä sub- ja supragingivaaliseen plakkibiokalvon ja värjäytymien poistoon. Sitä käytetään tavallisissa jauhesuihkulaitteissa. Suboptimaalisesti annosteltaessa sitä voidaan käyttää parodontaalihoidossa ja periimplantiitin apuna.

Tämä pullon etiketissä oleva symboli tarkoittaa: Ravista pulloa ennen käyttöä.

☞ Nämä käyttöohjeet on säilytettävä koko tuotteen käytön ajan.

Indikaatiot
- Ammattimainen hampaiden puhdistus: Sub- ja supragingivaalisen plakkibiokalvon ja värjäytymien poisto
- Voidaan käyttää potilailla, jolla on suussaan kiinteitä oikomiskojeita (brakettejä), korjauksia tai protetiikkamateriaaleja sekä implantteja.
- Parodontaalisessa hoidossa alkuhoidon varsinaisen hoidon päätyttyä – standardiliittelä käytettäessä – kun lentiskuljen syvyys ei ylitä 5 mm
- Periimplantiitin alkuhoidon varsinaisen hoidon päätyttyä – standardiliittelä käytettäessä – kun lentiskuljen syvyys ei ylitä 5 mm

Varotoimenpiteet
- Hammaskiveä ei voi poistaa Clinpro Glycine Prophy Powder -jauhella.
- Clinpro Glycine Prophy Powder-valmistetta ei saa käyttää potilailla, jolla on kroonisen keuhkoputkentulehduksen tai astmia. Jos ilmeistä ja juhoesta koostuva hieno sumu voi aiheuttaa hengityksvaikeuksia.
- Jauhe-vesipuhdistimen käsittelyn aikana on kalkkien, sekä hoitajan että potilaan, käytettävä asianmukaisia, Valmoossa silmiin suunsattu suhosuirkku saattaa aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Pölyhiusten ajo joutunut hiono jauhe voi saattaa aiheuttaa ärsytystä. Silmälaseja käyttävän tenkilön tulisi lisäksi käyttää suojalaseja tai suojalasien päällä suojalaseja.
- Pölyseuraa vei käytettä hengityssuojaista, esim. ainetta läitteeseen täytettäessä.
- Älä voidusta suurinta käsittelyä aikana suurtaan kenesn, Suuttimen aikana kondoitus selostetaan kohdassa "Potilaan käsittely". Kuten kaikilla puhdistusauhoilla, vaarana on emfyseemien muodostuminen suun sisäisessä jauhehuuhdeltessa.
- Huomio määräet käsittelyaikaan hoitorajoituksiet (yleinen vastustuskyvyn heikkous, endokarditti), sillä syvien periodontaalisten lentaskujen hoidossa voi ilmetä bakteremiaa.
- Käytä käsittelyn yhteydessä aina imulaitetta.
- Jauhe-vesipuhdistinta ei saa milloinkaan kayttää ilman vettä, ilma-/jauhevaiheen imu vaikeutuu, mikä voi aiheuttaa vammoja käsiteltävälle alueelle.

3M käyttöturvatiedotteet (KTT) saa osoitteesta www.mmm.com tai Suomen työsyhtyksestä.

Käyttö
Clinpro Glycine Prophy Powder on tarkoitettu käytettäväksi tavanomaisissa jauhe-vesipuhdistimissa. Noudata käytettävän jauhe-vesipuhdistimen käyttöohjetta.

Jauheen lisääminen
- Poista ilmalla (puhdistusnestille muiden puhdistusjauheiden jäänteet huolellisesti jatkossa, sillä bikarbonaatti- ja karbonaattijauhetta ei saa käyttää subgingivaaliseen puhdistukseen!
  – **Älä** puhdista laitetta vedellä tai kostealla ilmalla, sillä kostea jauhe tukkii suuttimen.
- Ravista pullua ennen jauheen lisäämistä.
- Käännä pullon kärki ylöspäin.
- Täytä puhdistusjauheella jauhesäiliön maksimitäyttökorkeuteen asti (katso laitteen merkintä). Täytä jauhetta hitaasti pölymuodostumisen ehkäisemiseksi.

Jauhe-vesipuhdistimen säädöt
Puhdistusjauheen puhdistusteho riippuu mm. käytettävästä jauhevesipuhdistimesta ja säädetystä ilmanpaineesta sekä vesimäärästä.
- Noudata laitteen käyttöohjetta ja testaa laitteen optimaaliset asetukset ennen käyttöä, jos jauhe-vesipuhdistimen tai hoitotuolin säädöistä on kysyttävää, ota yhteyttä kyseiseen valmistajaan.
- Suuntaa suihin esim. kostean pyyhkeen tai pöydän, n. 10 sekunnin, kunnes syntyy tasainen jauhe-vesiseos.

Potilaan esivalmistelut
- Voitele potilaan suunpielet vaseliinilla. Näin vältetään suunpielien kuivuminen ja rohtuminen.
- Ripusta pieni syki-imuri potilaan suunpieleen siten, että kielen alusta imetään puhtaaksi.
- Käytä hampaalla sirkkavan vesi-/jauheseoksen imuun isoa imukanyylia.

Potilaan käsittely
- **Supragingivaalisessa käsittelyssä tai paljailla hammaskauloilla:** Vie suutin hampaan pinnalle ja suihkuta hampaan pintaa korkeintaan 4 mm:n päästä 30 – 60° kulmassa. Suihkuta pyörivin liikkein korkeintaan 5 sekuntia per hammaspinta.
- **Subgingivaalisessa käsittelyssä:** Vie suutin lentaskin rounaan ja suihkuta korkeintaan 4 mm:n päästä hampaan pintaa 30 – 60°:n kulmassa. Suihkuta tasaisin liikkein kunnes hampaaseen lentaskun reunaa pitkin, jotta saavutat subgingivaalisen puhdistusteho. Mitä pienemmän kulman valitset, sitä syvemmälle jauhe tunkeutuu lentaskuun ja sitä vähemmän vesi-/jauheseos roiskuu.
- Vältä pistemäistä suihkutusta. Suihkuta pintoja pitkin, jotta saavutat tasaisen puhdistusteho.
- Pidä imukanyylia käsittelyn aikana suihkutettavan hampaan lähellä.

Laitteen valmistelu seuraavaa hoitoa varten
- Tyhjennä laitteen jauhesäiliö jokaisen työpäivän päätyttyä ja poista kaikki jauheen jäänteet kuivalla ilmalla. Sulje sen jälkeen jauhesäiliö ja käytä laitetta n. 5 sekuntia, jotta kaikki jauheen jäänteet poistuu laitteesta ja letkuista. Jos käytät eri lajia jauhella, täytä laitteen jauhesäiliö jokaisen jauheen vaihdon yhteydessä ja poista jauheen jäänteet puhaltamalla kuivaa ilmaa. Puhdistusaineita ei saa joutua kosketuksiin kosteuden kanssa, sillä kostea jauhe tukkii suuttimen.
- Puhdista laite käyttöohjeen mukaisesti.

Säilytys ja käyttöikä
Säilytä Clinpro Glycine Prophy Powder -jauhetta aina suljetussa, kuivassa ja puhtaassa säiliyssäsäsäsä.
Säilytä tuotetta 15–25 °C lämpötilassa.
Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Asiakastiedote
Kenelläkään ei ole oikeutta muuttaa niissä ohjeissa annettuja tietoja.

Takuu
3M Deutschland GmbH takaa, että tuotteossa ei ole materiaali- tai valmistusvikoja. 3M Deutschland GmbH EI ANNA MITÄÄN MUITA TAKUUMUOTOJA, JOTKA SISÄLTÄVÄT TAI VALLIESSÄ TESTEISSÄ TAI TASA MAINITUN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ. Käyttäjän tulee arvioida ennen tuotteen käyttöönottoa sen soveltuvuus käyttötar