help:ex plaque p

Plaque Remover + Neutralizer | Ref. 6700 0000

DEUTSCH

- Nach beendetem Reinigungsprozess, einen Beutel Neutralisationspulver öffnen und in den Becher mit der gebrauchten Reinigungslösung geben.
- Deckel verschließen und im SYMPRO platzieren.
- Neutralisationsvorgang mit einer Laufzeit von 1 Minute (Stufe III oder 2000 U/min) starten.
- Deckel öffnen und Reinigungsnadeln mit Hilfe des Magneten an der Unterseite des SYMPRO Bechers halten.
- Unter Beachtung der nationalen Bestimmungen entsorgen.

Hinweis:
Ein Farbumschlag der Flüssigkeit nach Neutralisation ist Teil des chemischen Prozesses. Die Hinweise zur hygienischen Aufbereitung und Lagerung der Systemkomponenten (z.B. des Reinigungsbechers) sind der Bedienungsanleitung des SYMPRO Prothesenreinigungsgerätes zu entnehmen.

Anwendung im Easyclean Ultraschallgerät:
Vor der Anwendung ist unbedingt die Bedienungsanleitung des Easyclean Ultraschallgerätes zu beachten!

- Becherglas mit 200 ml Wasser füllen.
- Einen Beutel Reinigungspulver öffnen und Pulver behutsam hinzu geben (evtl. Staubentwicklung ist zu vermeiden).
- Mithilfe eines geeigneten Instrumentes das Pulver für min 30 Sekunden rühren (ein Bodensatz bleibt vorhanden).
- Zu reinigende Restauration in das Becherglas legen und dieses dann im Gerät platzieren (Verwendung des nötigen Einsatzes beachten).
  Hinweis: Um Schäden am Gerät zu vermeiden, dürfen keine Gegenstände direkt in die Wanne gelegt werden.
- Reinigungsvorgang starten (Temperatur max. 45° C).
  Hinweis: die Reinigungsdauer ist abhängig vom Verschmutzungsgrad der Restauration und beträgt ca. 30 Minuten.
- Restauration nach beendetem Vorgang dem Becherglas entnehmen.
- Anschließend muss die Restauration gründlich und intensiv (min. 6 Sekunden) unter fließendem Wasser abgespült werden.
- Falls notwendig, kann der Reinigungsvorgang wiederholt werden.
- Vor der Wiedereingliederung der Restauration, ist diese auf mögliche Beschädigungen zu kontrollieren und nach den nationalen Hygienevorschriften zu behandeln.
- Unter Beachtung der nationalen Bestimmungen entsorgen.

Hinweis:
Eine Neutralisation ist bei der Anwendung im Ultraschall nicht möglich!
Zur Reinigung der Gerätekomponenten sind die Hinweise in der Bedienungsanleitung zu beachten.

Entsorgung:
Innerhalb DE können neutrale Abwässer in die Kanalisation entsorgt werden (WHG – §55). Nicht neutralisierte, verbrauchte Reinigungsflüssigkeit muss der Problemstoffentsorgung zugeführt werden. Unverbrauchter Neutralisator kann über den Siedlungsabfall entsorgt werden (nicht gefährlicher Abfall). Die nationalen Bestimmungen zur Entsorgung sind zu beachten.

Lagerung:
Vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und trocken lagern. Lagertemperatur von 5° C bis 40° C. Angebrochene Sachets dürfen nicht gelagert werden.

Haltbarkeit:
Haltbarkeit siehe Produktkennzeichnung. Nach Ablauf nicht mehr verwenden.

Inhaltsstoffe:
Reiniger (Pulver): Sulfaminsäure, anionische Tenside <5%, Füllstoff
Neutralisator (Pulver): Mischung aus mineralischen Salzen, Füllstoff

Haftungsausschluss:
Dieses Produkt ist ausschließlich für die professionelle Anwendung durch geschultes, dentales Fachpersonal bestimmt und entwickelt worden. Es ist gemäß den in dieser Anleitung gemachten Angaben zu verarbeiten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben.

Im Falle von Reklamationen und Vorfällen im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt, informieren Sie bitte Renfert umgehend. Renfert wird den Vorgang prüfen und schwerwiegende Vorkommnisse den Behörden in den betroffenen Mitgliedsstaaten melden.

UDI	Einmalige Produktkennung
Rx only	Nur für den gewerblichen Gebrauch
	Bedienungsanweisung beachten*
CE	EG-Konformität
	Herstellerangaben
	Nicht zur Wiederverwendung bestimmt
LOT	Chargenbezeichnung
	Achtung, Begleitdokument beachten*
	Lagertemperatur
	Haltbarkeit
	Augenschutz benutzen
	Schutzhandschuhe tragen
	Nicht im Mund anwenden
	Achtung
MD	Medizinprodukt

*elFU: www.renfert.com/downloads

Renfert GmbH
Untere Giesswiesen 2
78247 Hilzingen/Germany
Tel. +49 7731 8208-0
www.renfert.com
Made in Germany

67000000 220B web 521A