3M ESPE

Photac™ Fil Quick Aplicap™

(en) **Light-Curing Glass Ionomer Dental Restorative – Radiopaque**
(de) **Lichthärtendes Glasionomer Füllungsmaterial – Röntgensichtbar**
(fr) **Verre ionomère durcissant à la lumière Matériau d'obturation – Radiopaque**
(es) **Material de obturación de vidrio ionómero fotopolimerizable – Radiopaque**
(pt) **Ionómero vítreo fotopolimerizante, material de obturação – Radiopaco**
(it) **Lichthardend glasionomeer vulmateriaal – Radiopaak**
(el) **Φωτοπολυμεριζόμενο γαλοϊνομερές υαλικό εμφράξεων – Ακτινοσκιερό**
(sv) **Ljushärdande glasjonomer fyllningsmaterial – Röntgenopak**
(fi) **Valokovettuinen lasi-ionomeerityömateriaali – Röntgenopaakki**
(da) **Lysopmeriserende glasionomer-fyldnings-materiale – Radiopaque**
(no) **Lysherdende glassionomer fyllingsmateriale – Med røntgenkontrast**

Instructions for Use
Gebrauchsinformation
Mode d'emploi
Información de uso
Instruções de uso

Οδηγίες χρήσης
Bruksanvisning
Käyttöinfo
Brugsanvisning
Bruksinformasjon

CE 0123

3M Deutschland GmbH
Health Products
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss – Germany

3M ESPE Customer Service/MSDS Information:
USA: 1-800-634-2249 and Canada: 1-800-363-3663.

3M, ESPE, Aplicap, CapMix, Ketac, Photac and RelyMix are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH.
Used under license in Canada, © 2018, 3M. All rights reserved.

3010009651 01

ENGLISH

Product description
Photac™ Fil Quick Aplicap™ is a light curing glass ionomer cement in a capsule according to ISO 9917-2, Class 2. Since it bonds chemically to enamel and dentin, it permits gentle preparation. It is available in eight shades. The material can be applied without curing if only a few layers (bonding lutes and to radiuscase). The applicable quantity of a capsule amounts to at least 0.13 ml.
For details of all products mentioned below please refer to the corresponding Instructions for Use.
The product may only be used when the product labeling is clearly readable.

Symbol Glossary

Reference Number & Symbol* Title	Symbol	Description of Symbol
5.1.1 Manufacturer		Indicates the medical device manufacturer as defined in EU Directives 90/385/EEC, 93/42/EEC and 98/79/EC.
5.1.4 Use-by date		Indicates the date after which the medical device is not to be used.
5.1.5 Batch code	LOT	Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified.
5.1.6 Catalogue number	REF	Indicates the manufacturer's catalogue number so that the medical device can be identified.
5.3.7 Temperature limit		Indicates the temperature limits to which the medical device can be safely exposed.
5.4.2 Do not re-use		Indicates a medical device that is intended for the use or for use on a single patient during a single procedure.
5.4.4 Caution		Indicates the need for the user to consult the instructions for use for important cautionary information such as warnings and precautions that cannot, for a variety of reasons, be presented on the medical device itself.

*Symbols from ISO 15223-1 Medical devices – Symbols to be used with medical devices, labeling and information to be supplied – Part 1: General Requirements

☞ Instructions for Use should not be discarded for the duration of the product use.

Indications
- Fillings in Black's class II and V
- Small fillings in Black's class I
  Wedge-shaped defects
- Fillings in deciduous teeth
- Fissure sealing
- Temporary restorations in Black's class I and II

Precautionary Measures
For Patients
Photac Fil Quick Aplicap liquid contains substances that may cause allergic reactions by skin contact in certain individuals. Avoid use of this product in patients with known acrylate allergies.
If prolonged contact with oral tissue occurs, flush with large amounts of water. If an allergic reaction occurs, remove the product, and discontinue future use; seek medical attention as needed.

For Dental Personnel
Photac Fil Quick Aplicap liquid contains substances that may cause allergic reactions by skin contact in certain individuals. To reduce the risk of allergic reactions, avoid exposure to these materials; in particular, avoid exposure to uncured materials. If skin contact occurs, wash skin with soap and water.
The use of protective gloves and a rubber dam technique is recommended. Allergic reactions may occur with commonly used gloves. If the liquid contacts the glove, remove and discard the gloves. Wash the hands immediately with soap and water and re-glove.
If an allergic reaction occurs, seek medical attention as needed.
3M SMDSs can be obtained at www.mmm.com or from your local subsidiary.

Preparation
- Remove carious dentin only. Undercuts are not required.
- Use water spray to remove debris.
- Dry the cavity dry in only 2–3 short intervals with water and oil-free air or dab dry with cotton pellets. Do not over-dry! **The cavity should be just so dry that the surface has a matt appearance.** Excessive drying can result in post-operative sensitivity after filling.
- Avoid any contamination by saliva.

Pulp Protection
- To prevent pulpal irritation, the areas around the pulp should be covered by dabbing them with a hardsetting calcium hydroxide preparation.

Conditioning
- No further preparatory procedures are required; in case of an unfavorable cavity geometry, the use of Ketac™ Conditioner can further improve the adhesive stability obtainable.

Activation
- Place the Aplicap™ Activator on a sturdy surface and insert the Aplicap capsule in the activator.
- Using the ball of your hands, depress the activator lever firmly and completely to the stop and hold it down for 2 to 4 seconds.
  Firmly and completely depressing the lever to the stop and holding it in this position is the only way to ensure that all of the liquid is pressed into the powder. If inadequate pressure is applied or if the lever is not depressed completely, it is possible that not all the liquid will be mixed with the powder, increasing the viscosity and changing the product characteristics.

Mixing
- Mix the capsules at approx. 4,300 rpm, in a high frequency mixing device such as CapMix™ (for 15 sec) or the RotoMix™ rotating mixer (for 10 sec), and apply with the Aplicap™ Applier, both the Aplicap Activator and the Aplicap Applier are color-coded in red.

Warning!
It is imperative to avoid waiting times between activation, mixing, and application as the onset of the curing process or renders the extrusion of the material difficult.

Application
- Use Aplicap™ applier **to apply layers of up to 2 mm maximum.** Avoid all types of contamination during application!.
- Use halogen or LED light for curing.
  - Place the light source as closely as possible to the filling.
  - The maximum layer thickness (without intermediate curing) may not exceed 2 mm.
  - In case of cavities of more than 2 mm in depth, several layers have to be applied.
  - The self-curing mechanism ensures that the material also cures in areas sheltered from the light. In order to attain its optimum physical properties and to ensure immediate preparation, the material has to be light-cured carefully.
  - It is possible to add layers on material already cured if the surface is clean and dry.
- The material adheres to metal instruments and thus has to be washed off in cold water before it sets.

Times
The following times apply at a room temperature of 23°C/73°F.

	min:sec
Activation	0:02
Mixing in RotoMix	0:10
Mixing in a high-frequency mixer, such as CapMix	0:15
Manipulation from the beginning of the mixture	2:00
Light curing	0:20 (OBO 0:40)

At room temperatures of over 23°C/73°F the curing is accelerated. Shorter mixing times prolong the manipulation and curing time, whereas longer mixing times shorten the manipulation and curing time. In rotating time in high-frequency mixers can be selected at between 8 and 15 seconds, and the mixing time in RotoMix can be set to between 7 and 12 seconds. If the manipulation time is prolonged, bonding to the enamel and dentin is lost.

Finishing
Finishing can be started directly after light curing.
- Use a sharp instrument to remove excess material.
- Use rotary instruments (such as polishing discs or silicone polishers) to finish under cold water.

Note
- Humidity in the cavity prevents bonding significantly.
- Photac Fil Quick Aplicap polymerizes in daylight or artificial lighting. Therefore, the material should not be dispensed from the capsule until immediately prior to manipulation. **The working time is reduced drastically in case of application under the operating light!**

Storage and shelf-life
Store the product at 15–25°C/59–77°F.
Do not use after the expiration date.

Customer Information
No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

Warranty
3M Deutschland GmbH warrants this product will be free from defects in material and workmanship. 3M Deutschland GmbH MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If the product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M Deutschland GmbH's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M Deutschland GmbH product.

Limitation of Liability
Except where prohibited by law, 3M Deutschland GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

Information valid as of June 2018

DEUTSCH

Produktbeschreibung
Photac™ Fil Quick Aplicap™ ist ein lichthärtender Glasionomerzement in der Kapsel gemäß ISO 9917-2, Klasse 2. Durch seine chemische Haftung am Schmelz und Dentin ermöglicht er eine schonende Präparation. Es stehen 8 Farben zur Verfügung. Das Material kann ohne Unterfüllung appliziert werden, wenn es sich um dünne Lagen handelt (Befestigungsspalt). Die auszubringende Menge einer Kapsel beträgt mindestens 0,13 ml.
Details zu allen nachfolgend erwähnten Produkten bitte der jeweiligen Gebrauchsinformation entnehmen.
Das Produkt darf nur angewendet werden, wenn die Produktkennzeichnung eindeutig lesbar ist.

Symbol Glossar

Referenznummer & Symbolstil*	Symbol	Symbolbeschreibung
5.1.1 Hersteller		Zeigt den Hersteller des Medizinprodukteswie definiert in EU-Direktiven 90/385/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EG an.
5.1.4 Verwen dbar bis		Zeigt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf.
5.1.5 Chargennummer	LOT	Zeigt die Chargenbezeichnung des Herstellers an, sodass die Charge oder das Los identifiziert werden kann.
5.1.6 Artikelnummer	REF	Zeigt die Artikelnummer des Herstellers an, sodass das Medizinprodukt identifiziert werden kann.
5.3.7 Temperaturlimit		Bereichnet werden die Temperaturgrenzwerte, denen das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann.
5.4.2 Keine Wieder-verwendung		Verweist auf ein Medizinprodukt, das für eine Anwendung am Patienten oder den Gebrauch an einem einzelnen Patienten während einer einzelnen Behandlung vorgesehen ist.
5.4.4 Achtung		Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung auf wichtige sicherheitsbezogene Angaben, wie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen durchzusehen, die aus einer Vielzahl von Gründen nicht auf dem Medizinprodukt selbst angebracht werden können.

*Symbole aus DIN EN ISO 15223-1 Medizinprodukte – Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten und bereitzustellen Informationen – Teil 1: Grundlegende Anforderungen

☞ Diese Gebrauchsinformation ist für die Dauer der Verwendung des Produktes aufzubewahren.

Anwendungsgebiete
- Füllungen der Klasse II und V nach Black
- Kleine Füllungen der Klasse I nach Black
  Keilförmige Defekte
- Milchzahnfüllungen
- Fissuren-versiegelung
- Temporäre Füllungender Klasse I und II nach Black

Vorsichtsmaßnahmen
Für Patienten
Photac Fil Quick Aplicap Flüssigkeit enthält Substanzen, die bei empfindlichen Personen bei Hautkontakt allergische Reaktionen hervorrufen können.
Die Verwendung bei Patienten mit bekannter Acrylatallergie ist zu vermeiden.
Bei längerem Kontakt mit der Mundschleimhaut mit reichlich Wasser spülen.
Bei auftretenden allergischen Reaktionen das Produkt entfernen und nicht wieder verwenden, ggf. einen Arzt konsultieren.

Für Dental-Personal
Photac Fil Quick Aplicap Flüssigkeit enthält Substanzen, die bei empfindlichen Personen bei Hautkontakt allergische Reaktionen hervorrufen können.
Um das Risiko allergischer Reaktionen zu reduzieren, den Kontakt mit diesen Materialien vermeiden, insbesondere den Kontakt mit unausgehärteten Materialien. Bei versehentlichem Kontakt mit der Haut sofort mit Wasser und Seife abwaschen.
Die Verwendung von Schutzhandschuhen und eine Kofferdamtechnik werden empfohlen. Allergische Reaktionen können handelsüblichen Schutzhandschuhe auftreten. Bei Kontakt mit der Flüssigkeit die Schutzhandschuhe ausziehen und verwerfen. Die Hände sofort mit Wasser und Seife waschen und neue Schutzhandschuhe anziehen.
Bei Auftreten einer allergischen Reaktion ggf. einen Arzt konsultieren.
3M Sicherheitsdatenblätter sind unter www.mmm.com oder bei Ihrer lokalen Niederlassung erhältlich.

Präparation
- Nur kariöses Zahnhartgewebe entfernen, Unterschnitte sind nicht notwendig.
- Losen Präparationsschmutz mit Wasserspray entfernen.
- Die Kavität in nur 2–3 kurzen Intervallen mit wasser- und ölfreier Luft trocken blasen oder mit Wattepellets trocken tupfen. Nicht übertrocknen! **Die Kavität soll gerade eben so trocken sein, dass die Oberfläche matt glänzend erscheint.** Zu starkes Trocknen kann nach der Platzierung der Füllung zu postoperativen Sensitivitäten führen.
- Jegliche Kontamination durch Speichel vermeiden.

Pulpenschutz
- Um Irritationen der Pulpa vorzubeugen, sollten pulpennahe Stellen zuvor mit einem fest abbindenden Calciumhydroxid-Präparat abgedeckt werden.

Konditionierung
- Eine weitere Präparationsbehandlung ist nicht erforderlich. Bei ungünstiger Kavitätengeometrie kann durch die Verwendung von Ketac™ Conditioner die erzielbare Haftfestigkeit jedoch noch gesteigert werden.

Aktivierung
- Den Aplicap™ Aktivator auf eine stabile Arbeitsfläche stellen und die Aplicap Kapsel in den Aktivator einlegen.
- Den Aktivierungshebel mit dem Handballen kräftig und vollständig bis zum Anschlag herunterdrücken und 2–4 Sekunden heruntergedrückt halten.
  - Nur durch kräftiges und vollständiges Herunterdrücken des Hebels bis zum Anschlag und halten in dieser Position wird die Flüssigkeit vollständig in das Pulver gepresst. Bei zu geringer Kraftanwendung oder unvollständigem Herunterdrücken kann es passieren, dass nicht die gesamte Flüssigkeit durch Abrieb an der Erhöhung der Viskosität und Veränderungen der Produkteigenschaften kommt.

Mischen
- Die Kapsel in einem Hochfrequenzmischgerät mit ca. 4300 Umdrehungen/Minute, z.B. CapMix™ 15 sec, oder im Rotationsmischer RotoMix™ 10 sec mischen und mit dem Aplicap™ Applier applizieren. Aplicap Aktivator und Applier sind rot markiert.

Achtung:
Wartezeiten zwischen Aktivieren, Mischen und Applizieren unbedingt vermeiden, da der beginnende Abbindung des Materials das Ausbringen erschwert oder verhindert.

Applikation
- **Mit Aplicap™ Applier in Schichten von max. 2 mm appizieren,** Während der Applikation jegliche Kontamination vermeiden.
- Mit Halogen- oder LED-Licht aushärten.
  - Das Licht so nah wie möglich an der Füllung positionieren.
  - Die maximale Schichtdicke (ohne zwischenzeitliches Aushärten) darf 2 mm nicht überschreiten.
  - Bei Kavitäten von mehr als 2 mm Tiefe muss in mehreren Schichten gearbeitet werden.
  - Der Selbsthärtungsmechanismus stellt sicher, dass das Material auch in Schattenbereichen aushärtet. Um die optimalen physikalischen Eigenschaften zu erreichen und die sofortige Weiterbehandlung zu ermöglichen, ist der Kontakt zu Licht sorgfältig durchzuführen.
  - Nachtragen auf bereits ausgehärtetes Material ist bei sauberer und trockener Oberfläche möglich.
- Das Material haftet an Metallinstrumenten, daher vor dem Abbinden mit kaltem Wasser abwaschen.

Zeiten
Bei 23 °C/73 °F Raumtemperatur gelten folgende Zeiten:

	min:sec
Aktivieren	0:02
Mischen im RotoMix	0:10
Mischen in Hochfrequenzmischer, z.B. CapMix	0:15
Verarbeiten ab Mischbeginn	2:00
Lichthärten	0:20 (OBO 0:40)

Bei Raumtemperaturen über 23 °C/73 °F wird die Abbindung beschleunigt. Kürzere Mischzeiten verlängern, längere verkürzen die Verarbeitungs- und Aushärtezeit. Die Mischzeit kann im Bereich von 8–15 sec in Hochfrequenzmischgeräten und 7–12 sec im RotoMix gewählt werden. Bei Überschreiten der Verarbeitungszeit führt zum Verlust der Haftung an Schmelz und Dentin.

Ausarbeitung
Direkt nach der Lichthärtung kann mit der Ausarbeitung begonnen werden.
- Überschüsse mit scharfem Instrument entfernen.
- Mit rotierenden Instrumenten (z.B. Schleifscheiben oder Silikonpolierer) unter Wasserkühlung ausarbeiten.

Hinweise
- Feuchtigkeit in der Kavität vermindert die Haftung signifikant.
- Photac Fil Quick Aplicap polymerisiert auch unter der Einwirkung von Tageslicht oder künstlicher Beleuchtung. Die Applikation aus der Kapsel soll daher erst unmittelbar zur Verarbeitung erfolgen. **Die Verarbeitungszeit verkürzt sich drastisch bei Applikation unter der OP-Leuchte!**

Lagerung und Haltbarkeit
Das Produkt bei 15–25 °C/59–77 °F lagern.
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Kundeninformation
Niemand ist befugt, Informationen bekannt zu geben, die von den Angaben in diesen Anweisungen abweichen.

Garantie
3M Deutschland GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. 3M Deutschland GmbH LEHNT IM ÜBRIGEN KEINE WEITERE HAFTUNG, AUCH KEINE IMPLIZITE GARANTIE BEZÜGLICH VERKAUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ab. Verwender ist einzig verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts. Wenn innerhalb der Garantiefrist Fehlern im Produkt auftreten, besteht der einzige Anspruch und die einzige Verpflichtung von 3M Deutschland GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des 3M Deutschland GmbH Produkts.

Haftungsbeschränkung
Soweit gesetzlich zulässig ist, besteht für 3M Deutschland GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, einschließlich der Nichtzugänglichkeit, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Verlust, handelt.

Stand der Informationen: Juni 2018

FRANÇAIS

Description du produit
Photac™ Fil Quick Aplicap™ est un ciment à ionomère de verre à durcissement à la lumière présenté en capsules et conforme à la norme ISO 9917-2, Classe 2. Comme il adhère chimiquement à l'émail et à la dentine, il permet une préparation soigneuse. Il est disponible en 8 teintes différentes. Ce matériau peut être appliqué sans fond de cavité, il émet des ions de fluorure et il est radiopaque. La quantité minimale d'une capsule est de 0,13 ml.
Si vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur tous les produits mentionnés ci-après, voir leur notice d'utilisation respective.
N'utilisez pas le produit si l'étiquette du conditionnement est illisible.

Symboles – glossaire

Numéro de référence et titre du symbole*	Symbole	Description du symbole
5.1.1 Fabricant		Indique le fabricant du dispositif médical tel que les directives UE 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.
5.1.4 À utiliser avant		Indique la date après laquelle le dispositif médical ne peut plus être utilisé.
5.1.5 Batch code	LOT	Indique la désignation de lot du fabricant de façon que le lot puisse être identifié.

Numéro de référence et titre du symbole*	Symbole	Description du symbole
5.1.6 Numéro de référence	REF	Indique le numéro de référence du produit de façon à identifier le dispositif médical.
5.3.7 Limite de température		Indique les limites de température auxquelles le dispositif médical peut être soumis.
5.4.2 Pas de réutilisation		Indique à un dispositif médical qui est prévu pour une seule utilisation ou dont l'utilisation ne peut se faire que sur un seul patient pendant un seul traitement.
5.4.4 Attention		Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi finalement des données importantes liées à la sécurité comme les consignes d'avertissement et les mesures de précaution qui, pour un grand nombre de raisons, ne peuvent pas être apposés sur le dispositif médical même.

*Symboles d'ISO 15223-1 Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les dispositifs médicaux, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux – Partie 1 : exigences générales

☞ Ce mode d'emploi doit être conservé pendant toute la durée d'utilisation du produit.

Domaines d'utilisation
- Obturations des classes II et V selon Black
- Petites obturations de la classe I selon Black
  Défauts cunéiformes
- Obturations des dents de lait
- Scellement de fissures
- Obturations temporaires des classes I et II selon Black

Mesures de précaution
Pour les patients
Le fluide Photac Fil Quick Aplicap contient des substances pouvant provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles en cas de contact avec la peau. Éviter d'utiliser ce produit chez les patients dont on sait qu'ils sont sensibles aux acrylates.
En cas de contact prolongé avec les muqueuses, rincer abondamment à l'eau. En cas de réaction allergique, enlever le produit et ne plus le réutiliser. Consulter un médecin si nécessaire.

Pour le personnel
Le fluide Photac Fil Quick Aplicap contient des substances pouvant provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles en cas de contact avec la peau. Pour réduire le risque de réactions allergiques, éviter le contact avec ces matériaux, en particulier avec les matériaux non polymérisés. En cas de contact involontaire avec la peau, laver immédiatement la peau avec de l'eau et du savon.
L'utilisation de gants de protection et une technique de travail sans contact sont recommandées. Les acrylates peuvent transpercer les gants de protection conventionnels. En cas de contact avec le fluide, enlever les gants de protection et les jeter. Laver les mains immédiatement avec de l'eau et du savon et mettre des nouveaux gants.
En cas de réaction allergique, consulter un médecin si nécessaire.
Les fiches de données de sécurité (MSDS) 3M se trouvent sur le site Internet www.mmm.com ou contacter votre filiale locale.

Préparation
- N'éliminer que la dentine cariée. Des contre-dépouilles ne sont pas nécessaires.
- Enlever les débris amoindentenaires avec un spray d'eau.
- Sécher la cavité avec 2 à 3 courtes pulvérisations d'air exempts d'eau et d'huile ou tamponnez avec des boulettes de coton, veillez à ne pas sécher excessivement! **La cavité doit être juste assez sèche pour que la surface soit semi-brillante.** Un séchage excessif peut contribuer à l'apparition de sensibilités post-opératoires après obturation de la cavité.
- Eviter toute contamination par la salive.

Protection pulpaire
- Afin de prévenir des irritations pulpaires, il est conseillé de recouvrir particulièrement les zones juxtapulpaires d'une préparation à base d'hydroxyde de calcium.

Conditionnement
- Un traitement préparatoire plus poussé n'est pas nécessaire. Si les cavités présentent une géométrie défavorable, la stabilité de l'adhérence peuvent être atteinte peut toutefois être encore augmentée grâce à l'emploi du Ketac™ Conditioner.

Activation
- Placer l'Activateur Aplicap™ sur un plan de travail stable et placer la capsule Aplicap dans l'activateur.
- Avec la paume de la main appuyer fermement sur le levier de l'activateur, l'abaisser complètement jusqu'à la butée et le maintenir dans cette position durant 2 à 4 secondes.
  - Abaisser fermement et complètement le levier jusqu'à la butée et le maintenir dans cette position est la seule façon de s'assurer que tout le liquide soit pressé dans la poudre. Si une pression inadéquate est appliquée ou si le levier n'est pas abaissé complètement, il est possible qu'une quantité insuffisante de liquide soit mélangée avec la poudre, augmentant ainsi la viscosité et modifiant les caractéristiques du produit.

Malaxage
- Mélanger les capsules dans un malaxeur à haute fréquence à env. 4300 oscillations/minute, par ex. CapMix™, pendant 15 sec, ou dans le malaxeur rotatif RotoMix™ pendant 10 sec., puis appliquer avec l'applicateur Aplicap™. L'activateur et l'applicateur Aplicap sont référencés en rouge.

Attention :
Eviter absolument des délais d'attente entre l'activation, le mélange et l'application, dans la mesure où il devient difficile ou impossible de mettre le matériau en place dès que la prise a commencé.

Application
- Appliquer en couches de 2 mm max. à l'aide de l'applicateur Aplicap™. Pendant l'application, éviter toute contamination.
- Photopolymériser avec une lampe halogène ou avec une lampe à photopolymériser à LED.
  - Positionner la lumière aussi près que possible de l'obturation.
  - Attention : L'épaisseur maximale de la couche (sans durcissement intermédiaire) ne doit pas dépasser 2 mm.
  - En cas de cavités de plus de 2 mm de profondeur, il convient de travailler par couches successives.
  - Le mécanisme d'autodurcissement garantit le durcissement du matériau y compris dans les zones d'ombre. Pour obtenir les meilleures propriétés physiques et pour garantir la possibilité d'un traitement immédiat, il convient cependant de veiller à ce que l'exposition à la lumière soit de bonne qualité.
  - Si la surface est propre et sèche, il est possible de rajouter du ciment sur une couche déjà durcie.
- Le matériau adhère aux instruments métalliques ; veiller par conséquent à les rincer à l'eau froide avant la prise du matériau.

Temps
A une température ambiante de 23 °C (73 °F), il convient d'appliquer les durées suivantes :

	min:sec
Activation	0:02
Mélange dans le RotoMix	0:10
Mélange dans le malaxeur à haute fréquence p.ex. CapMix	0:15
Traitement à partir du début du mélange	2:00
Photopolymérisation	0:20 (OBO 0:40)

En cas de températures ambiantes supérieures à 23 °C (73 °F), la prise est plus rapide. Les temps de traitement et de prise sont allongés par la réduction de la durée de mélange et raccourcis par l'augmentation de celle-ci. On peut choisir une durée de mélange de 8 à 15 sec avec un malaxeur à haute fréquence et de 7 à 12 sec avec le RotoMix. Si l'on dépasse le temps de traitement, le mélange perd de son pouvoir d'adhérence à l'émail et à la dentine.

Finition
La finition peut être effectuée juste après le durcissement à la lumière.
- Eliminer les excédents à l'aide d'instruments rotatifs (par exemple des disques abrasifs ou des polissoirs au silicone) avec refroidissement par l'eau.

Conseils
- La présence d'humidité dans la cavité réduit l'adhérence de manière significative.
- Photac Fil Quick Aplicap se polymérise également sous l'action de plein-même de jour ou d'un éclairage artificiel, par conséquent, le préélément dans la capsule ne doit avoir lieu qu'immédiatement avant la manipulation. **Attention : la durée disponible pour la manipulation est considérablement réduite en cas d'application sous une lampe scialytique.**

Stockage et conservation
Stocker le produit à 15–25 °C/59–77 °F.
Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

Information clients
Toute personne dans l'obligation de communiquer des informations différent conformes à celles données dans ce document.

Garantie
3M Deutschland GmbH garantit que ce produit est dépourvu de défauts matériels et de fabrication. 3M Deutschland GmbH NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, NI AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN EMPLOI PARTICULIER. L'utilisateur est responsable de la détermination de l'adéquation du produit à son utilisation. Si ce produit présente un défaut durant la période de garantie, votre seul recours et l'unique obligation de 3M Deutschland GmbH sera la réparation ou le remplacement du produit 3M Deutschland GmbH.

Limitation de responsabilité
A l'exception des lieux où la loi l'interdit, 3M Deutschland GmbH ne sera tenue responsable d'aucune perte ou dommage découlant de ce produit, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soient les arguments avancés, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité.

Validité des informations : juin 2018

ITALIANO

Descrizione del prodotto
Photac™ Fil Quick Aplicap™ è un cemento vetroionomero indurente alla luce in capsule conforme alla ISO 9917-2, classe 2. Grazie alla sua adesione chimica a smalto e a dentina rende possibile una preparazione delicata. Sono disponibili 8 tonalità cromatiche. Il materiale può applicato senza fondo cavità (luting e to radiuscase). La quantità applicabile di una capsula è di almeno 0,13 ml.
Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti menzionati qui di seguito consultare le rispettive istruzioni per l'uso.
Il prodotto può essere usato solo se il contrassegno del prodotto è chiaramente leggibile.

Glossario dei simboli

Numero di riferimento o titolo del simbolo*	Simbolo	Descrizione del simbolo
5.1.1 Produttore		Mostra il produttore del dispositivo medico ai sensi delle direttive UE 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE.
5.1.4 Utilizzabile fino al		Mostra la data dopo la quale il dispositivo medico non può più essere usato.
5.1.5 Numero di lotto	LOT	Mostra la denominazione del lotto del produttore, in modo da potere identificare il lotto o la partita.
5.1.6 Numero di articolo	REF	Mostra il numero di articolo del produttore, in modo da potere identificare il dispositivo medico.
5.3.7 Limite di temperatura		Sono definiti i valori limite della temperatura ai quali si può esporre il dispositivo medico in tutta sicurezza.
5.4.2 Non riutilizzo		Rimanda a un dispositivo medico il cui uso è previsto per un unico paziente durante un unico trattamento.
5.4.4 Attenzione		Rimanda alla necessità per l'utilizzatore di leggere le istruzioni d'uso per individuare indicazioni importanti relative alla sicurezza come avvertenze e precauzioni che per una serie di motivi non è possibile stampare sul dispositivo medico stesso.

*Simboli da ISO 15223-1 Dispositivi medici – Simboli da utilizzare nelle etichette dei dispositivi medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite – Parte 1: Requisiti generali

☞ Queste informazioni d'uso devono essere conservate per tutta la durata d'utilizzo del prodotto.

Campi d'impiego
- Otturazioni di Black classe II e V secondo Black
  Piccole otturazioni della classe I secondo Black
  Difetti cuneiformi
  Otturazioni di bambini
  Sigillatura delle fessure
  Otturazioni provvisorie della classe I e II secondo Black

Precauzioni
Per pazienti
Il liquido di Photac Fil Quick Aplicap contiene sostanze che possono causare reazioni allergiche nelle persone sensibili in caso di contatto con la pelle.
Evitare l'uso di questo prodotto nei pazienti affetti da nota allergia agli acrilati.
In caso di contatto prolungato con la mucosa orale, sciacquare con acqua abbondante. Se si presentano reazioni allergiche, sospendere l'uso del prodotto e consultare eventualmente un medico.

Per il personale dello studio
Il liquido di Photac Fil Quick Aplicap contiene sostanze che possono causare reazioni allergiche nelle persone sensibili in caso di contatto con la pelle.
Per ridurre il rischio di reazioni allergiche, evitare il contatto con questi materiali, soprattutto quelli non polimerizzati. In caso di contatto non intenzionale con la pelle, sciacquare subito la pelle con acqua e sapone.
Si consiglia di usare guanti protettivi e una tecnica di lavoro che non provochi il contatto con la pelle. Gli acrilati possono penetrare nei guanti protettivi normalmente in commercio. In caso di contatto con il liquido, togliere i guanti e disfarsene. Sciacquare subito le mani con acqua e sapone ed indossare nuovi guanti.
Se si presenta una reazione allergica consultare eventualmente un medico.
Le schede dati di sicurezza 3M sono reperibili all'indirizzo internet www.mmm.com o presso il rivenditore locale.

Preparazione
- Rimuovere solo la dentina cariata. Non sono necessarie sottosquadri.
- Usare spray d'acqua per rimuovere i residui.
- Asciugare la cavità con aria priva di olio in sol 2–3 intervalli brevi e tamponandola con pellet di cotone, fino asciugare leggermente **La cavità dovrebbe essere asciutta solo fino al punto in cui la superficie è lucida.** Un asciugatura eccessiva può determinare sensibilità post-operative dopo l'otturazione.
- Evitare di contaminare l'area con la saliva.

Protezione della polpa
- Per evitare irritazione della polpa, coprire le zone in prossimità della polpa con applicazioni puntiformi di un preparato a base di idrossido di calcio a presa rapida.

Condizionamento
- Non è necessario un ulteriore pretrattamento. In caso di una geometria della cavità sfavorevole è può aumentare ancora l'aderenza ottenibile con l'uso di Ketac™ Conditioner.

Attivazione
- Collocare l'attivatore Aplicap™ su un piano di lavoro stabile e collocare la capsula Aplicap nell'attivatore.
- Abbassare la leva dell'attivatore con forza e completamente con il palmo della mano fino in fondo e tenerla premuta in questa posizione per 2–4 secondi.
  - Solo abbassando la leva fino in fondo con forza completamente fino al punto d'arresto e tenendola premuta in questa posizione il liquido viene premuto completamente nella polvere. Se si esercita forza insufficiente o se non si preme completamente la leva fino in fondo è possibile che rimanga liquido insufficiente nella polvere, con conseguente aumento della viscosità e modifiche delle caratteristiche del prodotto.

Miscelazione
- Miscelare le capsule in un miscelatore ad alta frequenza a circa 4300 vibrazioni/minuto, per es. nel CapMix™ per 15 sec o nel miscelatore a rotazione RotoMix™ per 10 sec e applicare mediante l'applicatore Aplicap™. L'attivatore e l'applicatore Aplicap sono contrassegnati con il colore rosso.

Attenzione:
Evitare assolutamente tempi di attesa tra l'attivazione, la miscelazione e l'applicazione, necessari l'inizio della presa del materiale rende difficile o impedisce la resa.

Applicazione
- Applicare con Aplicap™ Applier **in strati di max. 2 mm.** Durante l'applicazione evitare qualsiasi contaminazione di varia.
- Polimerizzare con luce alogena o LED.
  - Posizionare la luce quanto più possibile vicino all'otturazione.
  - Lo spessore dello strato non deve superare i 2 mm (senza indurimento intermedio!)
  - Con cavità di più di 2 mm di profondità si deve lavorare in più strati.
  - Il meccanismo di autoindurimento garantisce che il materiale indurisca anche in settori all'ombra. Per ottenere le caratteristiche fisiche ottimali e garantire la lavorazione immediata va però osservata una illuminazione accurata.
  - È possibile aggiungere su materiale già indurito con una superficie pulita e asciutta.
- I materiale aderisce a strumenti in metallo, sciacquare quindi prima della presa con acqua fredda.

Tempi
A temperatura ambiente di 23 °C/73 °F valgono i tempi seguenti:

	min:sec
Attivazione	0:02
Miscelatura nel RotoMix	0:10
Miscelatura nel vibratore ad alta frequenza p.es. CapMix	0:15
Lavorazione dall'inizio della miscelatura	2:00
Indurimento alla luce	0:20 (OBO 0:40)

A temperature ambiente superiori a 23 °C/73 °F la presa accelera. Tempi di miscelatura più brevi aumentano più lunghi abbreviano il tempo di lavorazione e di presa. I tempi di miscelatura può essere scelto nel settore che va da 8 a 15 secondi in vibratori ad alta frequenza e da 7 a 12 secondi nel RotoMix. Un superamento del tempo di lavorazione causa la perdita dell'aderenza a smalto e dentina.

Rifinitura
Si può iniziare con la rifinitura direttamente dopo l'indurimento alla luce.
- Rimuovere le eccedenze con uno strumento tagliente.
- Rifinire con strumenti rotanti (p.es. dischi abrasivi, punte in silicone) sotto irrigazione.

Avvertenze
- L'umidità nella cavità diminuisce in modo significativo l'adesione.
- Photac Fil Quick Aplicap polimerizza anche sotto l'effetto della luce diurna o artificiale, l'applicazione dalla capsula va

Referenznummer oder Text	Symbol	Beschriftung von Text
5.1.5 Lotnummer	LOT	Geeft het lotnummer van de fabrikant aan, zodat het lot of partij gedentificeerd kan worden.
5.1.6 Artikelnummer	REF	Geeft het artikelnummer van de fabrikant aan, zodat het medische product kan worden geïdentificeerd.
5.3.7 Temperatuurlimiet		Geeft de temperatuurgrens aan, waarnaar het medische product veilig kan worden blootgesteld.
5.4.2 Geen hergebruik		Vertelt u dat een medisch product dat voor eenmalig gebruik of gebruik bij een enkelvoudig patiënt bijtoes een behandeling is bedoeld.
5.4.4 Let op		Vertelt u dat de noodzaak voor de gebruiker om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en verband met belangrijke informatie, zoals waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, die op grond van veiligheid anders niet op het medische product zelf kunnen worden aangebracht.

* Symbolen uit ISO 15223-1 Medische producten – Symbolen voor het aangeven van medische producten en bijbehorende documentatie – deel 1: Fundamentele eisen

☞ Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en druk product gebruikt.

Toepassingsgebieden
- Klasse II- en I-wijzigen volgens Black
- Kleine klasse I-wijzigen volgens Black
- Vlekverwijder dolecen
- Wijzigen in het medgebeit
- Fissuurverzegeling
- Tijdelijke klasse I- en II-wijzigen volgens Black

Voorzorgsmaatregelen

Voor patiënten
Photac Fil Quick Aplicap vloeistof bevat sterilen, die bij huidcontact bij sommige personen allergische reacties kunnen veroorzaken. Dit gebeurt als het product bij patiënten met een allergie voor acrylaat moet worden vermeden. Nahangduring contact met het mondslijmvlies met veel water spoelen. Bij oplrekende allergische reacties, het product verwijderen en met arts overleggen.

Voor tandheelkundig personeel
Photac Fil Quick Aplicap vloeistof bevat sterilen, die bij huidcontact bij sommige personen allergische reacties kunnen veroorzaken. Om het risico op allergische reacties te minimaliseren, contact met dit materiaal vermijden, met name het contact met nog niet uitgeharde materialen. Bij gebruik van dit product draagt u geschikte handschoenen. Bij contact met de huid, direct met water en zeep schoonwassen,
Het gebruik van beschermende handschoenen en een contactvrije techniek wordt aanbevolen. Aanvullen kunnen door in de handel verkrijgbare beschermende handschoenen heen dringen. Bij contact met de huid, de handschoenen direct uittrekken en reinigen. De handen meteen grondig met water en zeep wassen en nieuwe handschoenen aantrekken.
Bij het optreden van allergische reacties eet, een arts consulteren.

SM veiligheidsbladen kunnen zijn onder www.rxmm.com of bij uw plaatselijke vestiging verkrijgbaar.

Voorbereiding
- Verwijder alleen de carieuze dentine. Ondersnijdingen zijn niet noodzakelijk.
- Gebruik waterspray om het debris te verwijderen.
- Blaas de caviteit in slechts 2–3 korte intervallen droog met water- en olievrije lucht of dep hem droog met een wattenstaafje. Niet teveel drogen! **De caviteit moet zo droog zijn dat het oppervlak een matglanzend uiterlijk heeft.** Wanneer de caviteit te droog is, kan dit na het aanbrengen van de vulling tot postoperatieve gevoeligheid leiden.
- Voorkomen dat andere contaminatie optreedt.

Bescherming van de pulpa
- Om mogelijke irritatie van de pulpa te voorkomen moet de directe aanwezing daarvan aanbevolen worden afgeraden met een goed uitharden calciumhydroxide-preparaat.

Conditionering
- Verdere voorbehandeling is niet nodig. Bij een ongunstige vorm van de cavitetspreparatie aan de hier het gebruik van Ketac™ Conditioner de te bereiden hechtstabiele echter nog worden verhoogd.

Activeren
- De Aplicap™ activator op een stabiele ondergrond plaatsen en de Aplicap capsule in de activator plaatsen.
- De capsule in de activator met de hand kracht in volledig tot aan de weerstand naar beneden drukken en 2 tot 4 seconden in deze positie houden.
  - Alleen door de hendel krachtig en volledig tot aan de weerstand naar beneden te drukken en in deze positie te houden, wordt de vloeistof volledig in het poeder gedrukt. Bij te weinig kracht of indien de hendel tot de stopper niet volledig wordt gedrukt, komt er slechts te weinig vloeistof in het poeder. Dit kan een verbinding van de vloeistof en een verandering van de productgebruikseigenschappen tot gevolg hebben.

Mengen
- De capsule in een hoog-frequent mengapparaat (bv. 4.200 omw/min, bijv. CapMix™ (TS sec), of het roterende mengapparaat RotoMix™ (10 sec) mengen en met de Aplicap™ applicator, De Aplicap activator en applicator zijn rood gemarkeerd,

Attentie:
Wachtijden tussen activeren, mengen en appliceren bedient vermijden, aangezien de beginnende uitharding van het materiaal het uitspuiten moeilijk of onmogelijk maakt.

Applicatie
- Applicaren met de Aplicap™ Applicator **in lagen van max. 2 mm.** Tijdens de applicatie iedere contaminatie vermijden.
- Met halogeen- resp. LED-licht laten uitharden.
  - Het lichtmengsel dient minstens de in de tabel vermelde tijden te bestralen.
  - De maximale laagdikte (zonder lassen) dijs uitharden) mag niet meer zijn dan 2 mm!
  - Bij caviteiten van meer dan 2 mm diepte moet in meerdere lagen worden gewerkt.
  - Het proces van aanbrengen/laser garandeert dat het materiaal ook in onbereikte gebieden uitharrdt. Om de optimale fysische eigenschappen te bereiken en te garanderen dat de vulling direct kan worden afgewerkt, dient desondanks op een zorgvuldige belichting te worden gelet.
  - Het laten aanbrengen van valmaterial op reeds uitgehard materiaal is bij een schoon en droog oppervlak mogelijk.
- Het materiaal met het aanbrengen aanmerken en dient daarom over het uitharden met koud water te worden afgewassen.

Tijden
Bij een kamertemperatuur van 23 °C/73 °F gelden de volgende tijden:

	min:sec
activeren	0:02
mengen in de RotoMix	0:10
mengen in een hoge-frequentie mengapparaat	
bijv. CapMix	0:15
verwerken vanaf het begin van het mengen	2:00
lichtuitharding	0:20 (DBO 0:40)

Bij kamertemperaturen boven de 23 °C/73 °F wordt het uitharden versneld. Kortere mengtijden verlangen. Langere verkorten de verwerkings- en uithardingstijd. De mengtijd kan worden verkort door het breken van 7–8 sec in hoogfrequente mengapparaten en 4–12 sec in de RotoMix. Overschrijding van de verwerkingstijd of het te vroeg van belasting aan gaan van de vulling.

Afwerking
Direct na de lichtuitharding kan met de afwerking worden begonnen.
- Overtollig materiaal met een scherp instrument verwijderen.
- Met roterende instrumenten (bijv. polijstborstels of rubberen polijstpoints) onder waterkoeling afwerken.

Opmerkingen
- Vocht in de cavitiet vermindert de hechtsterkte significant.
- Photac Fil Quick Aplicap polymeriseert ook onder inwerking van daglicht of kunstlicht, applicatie uit de capsule dient daarom pas direct voor verwerking van het materiaal te gebeuren. **Bij applicatie onder de operatielamp wordt de verwerkingstijd drastisch verkort!**

Bewaren en houdbaarheid
Het product bij 15–25 °C/59–77 °F bewaren.
Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum mag het product niet meer worden gebruikt.

Consumenteninformatie
Geen vaste pasvorm heeft het recht informatie te verschaffen die arbeid van helgeen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Garantie
3M Deutschland GmbH garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M Deutschland GmbH HEEFT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZWIJGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het door de gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M Deutschland GmbH reparatie of vervanging van het product van 3M Deutschland GmbH.

Beperkte aansprakelijkheid
Tenzij dit is verboden door de wet, is 3M Deutschland GmbH niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of dit nu direct of indirect, speciaal, incidenteel of resultierend is, ongeacht de vorderde theorie, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

Stand van informatie juni 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή προϊόντος
Το Photac™ Fil Quick Aplicap™ είναι μια φωτοπολυμεριζόμενη υαλοϊονομερική γαλάζια σε κάψουλα συμβύλωμα με το πρόγραμμα ISO 9917-2, Κατηγορία 2. Η ιδιότητά της να συγκολλάται χημικά στην οδοντική ουσία και την οδοντική επιφάνεια χωρίς προηγούμενη παρασκευή, η κοιλά διατίθεται σε μια μονοδοσική μορφή και εφαρμοστεί χωρίς σωβέτερα στόμια, απελευθερώνει ιόντα φθορίου και είναι ακτινοσκιερή. Η ελάχιστη ποσότητα απόδοσης μιας κάψουλας είναι 0,13 ml.
Για λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα αναφερόμενα ποσόστα παρακαλείσθε να συμβουλεύεστε στις σχετικές πληροφορίες προϊόντος.

Το παρόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο όπως έναι η ετικέτα του προϊόντος είναι ευανάγνωστη.

Γλωσσάριο συμβόλων

Αριθμός αναφοράς και τίτλος συμβόλου*	Σύμβολο	Περιγραφή συμβόλου
5.1.1 Κατασκευαστής		Υποδεικνύει τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, όπως ορίζεται στην Οδηγία της ΕΕ 90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ και 98/79/ΕΚ.
5.3.4 Ημερομηνία ανάλυσης		Υποδεικνύει την ημερομηνία, μετά από την οποία δεν πρέπεια χρησιμοποιείται η ιατρική συσκευή.
5.1.5 Κωδικός παρτίδας	LOT	Αναφέρει τον κωδικό παρτίδας του κατασκευαστή, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η παρτίδα ή η μερίδα.
5.1.6 Αριθμός καταλόγου	REF	Δείχνει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η ιατρική συσκευή.
5.3.7 Όριο θερμοκρασίας		Αναφέρει το όριο θερμοκρασίας, στα οποία μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια η ιατρική συσκευή.
5.4.2 Μην επαναχρησιμοποιείτε		Επισημαίνει ότι η ιατρική συσκευή προορίζεται για μία μόνη χρήση, ή για χρήση σε μόνο έναν ασθενή κατά την διάρκεια μιας ενιαίας διαδικασίας.
5.4.4 Προσοχή		Επισημαίνει ότι ο χρήστης πρέπει να συμβουλεύεται τις οδηγίες χρήσεως για την εμφάνιση σημαντικών πληροφοριών, όπως προειδοποιήσεις και προφυλάξεις οι οποίες για παλλους λογους, δεν μπορούν να προσαρτηθούν επάνω στην ίδια την ιατρική συσκευή.

* Σύμβολα από το πρότυπο ISO 15223-1 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, παρασκευών από τα προϊόντα που παρέχονται στο παρόν φύλλο οδηγιών.

Ένγγηση
Η 3M Deutschland GmbH εγγυάται ότι το παρόν προϊόν δεν έχει ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Η 3M Deutschland GmbH ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προσδιορισμό του εάν το προϊόν είναι κατάλληλο για τον σκοπό που προτίθεται να χρησιμοποιήσει. Η χρήση αυτού του προϊόντος σε αισθενείς με εγγυομένη αλλεργία σε ακρυλικές ρητίνες πρέπει να αποφεύγεται.

Επίλλεκτε με άφθονο νερό σε περίπτωση εκτενούς επαφής με τους βλεννογόνους του στόματος. Εαν εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις, απομακρύνετε το προϊόν και απαφύγετε μελλοντική χρήση στον ίδιο ασθενή. Ζητήστε ενδεχομένως την συμβουλή ενός γιατρού.

Για οδοντικό προσωπικό
Το υγρό Photac Fil Quick Aplicap περιέχει ουσίες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις, όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα ευαίσθητων ατόμων. Για να μειωθεί ο κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων, αποφύγετε την επαφή με αυτά τα υλικά και ιδιαίτερα την έκθεση σε απολυμασμένα υλικά. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τον βλεννογόνο, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών και η εφαρμογή της τεχνικής «μη-επαφής». Οι ακολουθες φτίνες μπορούν να διαπεράσουν τα γάντια μέσα σε λίγα λεπτά. Σε περίπτωση επαφής του υγρού με τα προστατευτικά γάντια, βγάλτε τα και πετάξτε τα. Χρησιμοποιήστε νέα γάντια μόνο και αποφύγετε να φορέσετε κανόνιρια προστατευτικά γάντια.
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί αλλεργική αντίδραση, ζητήστε εν ανάγκη τη συμβουλή γιατρού.

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας της 3M μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τον δικτυακό τόπο www.rxmm.com ή εχχώμενοι σε επαφή με την τοπική θυγατρική εταιρεία.

Προετοιμασία
- Αφαιρέστε μονάχα τους τερηδονιζμένους οδοντικούς ιστούς. Η δημιουργία υποκοπών δεν κρίνεται απαραίτητη.
- Απομακρύνετε την απορρύπη με ψεκασμό νερού.
- Στεγνώστε την κοιλότητα σε μόνο 2–3 σύντομα διαστήματα φυσώντας με αέρα που δεν περιέχει νερό και λάδι ή στεγνώστε με τολύπια βαμβακιού. Μην παρέρετε σε υπέρμετρο στέγνωμα! **Η κοιλότητα θα πρέπει να είναι μόλις τόσο ξηρή, ώστε η επιφάνεια να εμφανίζει μια γυαλιστερή,** Υπέρμετρο στέγνωμα μπορεί να οδηγήσει μετά την τοποθέτηση της έμφραξης σε μετεγχειρητικές ευαισθησίες.
- Απορρύνετε επιμελώς μακριά με σάλιο.

Προστασία πολφού
- Προς τόλθηση ερεθισμού του πολφού πρέπει να καλυφθούν σημειακά περιοχές πλησίον του πολφού με ένα σταύερά σκληρυνόμενο σκεύασμα υδροξειδίου του ασβεστίου.

Προετοιμασία
- Δεν είναι απαραίτητη καμία προεργασία. Αν οι γεωμετρικές διαστάσεις της κοιλότητας δεν είναι ευνοϊκες, με τη χρήση του Ketac™ Conditioner μπορεί να αυξηθεί η σταθερότητα του δεσμού ακόμα του πολύ.

Ενεργοποίηση
- Τοποθετήστε τον ενεργοποιητή (activator) Aplicap™ επάνω σε μία σταθερή επιφάνεια εργασίας, και τοποθετήστε την κάψουλα Aplicap στον ενεργοποιητή (activator).
- Πιέστε με τη χειρολαβή της πλάψης αργά προς τα κάτω τον μοχλό του ενεργοποιητή, εντελώς μέχρι το τέρμα του, και κρατήστε την πιεσμένη σε αυτή τη θέση για χρονικό διάστημα 2 μέχρι 4 δευτερολέπτων.
  - Μόνο όταν πιέσετε τον μοχλό δυνατά και εντελώς προς τα κάτω μέχρι το τέρμα του και τον κρατήσετε σε αυτή τη θέση, προωθείται εξ ολοκλήρου το υγρό στην κονίς. Σε περίπτωση που δεν ασκήσετε αρκετή πίεση ή δεν πιέσετε τον μοχλό εντελώς προς τα κάτω, τότε πιθανώς να αναμιχθεί πολύ λίγο υγρό με την κονίς. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ιξώδους και μεταβολές στις ιδιότητες του προϊόντος.

Ανάμιξη
- Αναμίξτε την κάψουλα σε μία συσκευή μηχανικής ανάμιξης, συχνότητας (π.χ.CapMix™) με περίπου 4300 περλανήσεις/λεπτό για διάστημα 15 δευτερολέπτων ή σε μία συσκευή περιστροφικής ανάμιξης RotoMix™ για διάστημα 10 δευτερολέπτων και το τοποθετήστε το υλικό στην κοιλότητα με το εργαλείο στοιβαγμού Aplicap φέρουν κόκκινη ένδειξη.

Για ασθενοφόρους
Photac Fil Quick Aplicap υάλινο ιονομερές τσιμέντο σε μορφή κάψουλας ISO 9917-2 τύπος 2, Τack και κινητικό σκλήρυνσης με φως από ορατό φως και σε σκοπιμη ενεργοποίηση με φως μόλυνση κατά την εφαρμογή.
Απλούστατε με φως αλογόνου ή LED.
- Πληρώστε το φως όσο το δυνατό περισσότερο στην έμφραξη.
- Το μέγιστο πάχος του στρώματος χωρίς ενδιάμεσο φωτοπολυμερισμό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2 χιλιοστά!
- Αν το βάθος της κοιλότητας είναι μεγαλύτερο από 2 χιλιοστά η εφαρμογή πρέπει να γίνει σε πολλαπλά στρώματα.
- Ο μηχανισμός αυτολληλουχίας εγγυάται την πήξη του υλικού ακόμα και σε σημεία προφυλ. Ο φωτοπολυμερισμός πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή, για να εξασφαλισθούν οι άριστες φυσικές ιδιότητες και η συντήρηση της άμεσης επεξεργασίας του υλικού.
- Αν η επιφάνεια είναι καθαρή και στεγνή, μπορεί να εφαρμοσθεί και ένα επιπλέον στρώμα πάνω σε υλικό που έχει ήδη σκληρύνει.

▶ Το υλικό κολλά σε μεταλλικά εργαλεία και πρέπει να διπλένεται με χαρτί νεφρό πριν πήξει.

Χρόνοι
Σε θερμοκρασία δωματίου στους 23 °C/73 °F βαθμούς κελσίου οι εξής χρόνοι:

	Λεπτά δευτερόλεπτα
Ενεργοποίηση	0 02
Ανάμιξη στο RotoMix	0 10
Ανάμιξη στη συσκευή υψηλών συχνοτήτων λχ. CapMix	0 15
Χρόνος εργασίας από την αρχή της ανάμιξης	2 00
Πολυμερισμός με φως αλογόνου	0 20 (για το DBO 0 40)

Σε θερμοκρασίες δωματίου άνω των 23 °C/73 °F βαθμών επιταχύνεται η πήξη.
Συντομότερος χρόνος ανάμιξης παρατείνει και μακρύτερος χρόνος εργασίας. Το χρόνο εργασίας και πήξης. Ο χρόνος ανάμιξης μπορεί να επιλεχθεί από 8 ως 15 δευτερόλεπτα στις συσκευές υψηλών συχνοτήτων και από 7 ως 12 δευτερολέπτα στον RotoMix. Η υπέρβαση του χρόνου εργασίας προκαλεί την απώλεια δεσμού σε αδαμαντίνη και οδοντίνη.

Επεξεργασία
- Αφαιρέστε τις περίσσειες με ένα αιχμηρό εργαλείο.
- Κάντε το τελικό φινίρισμα χρησιμοποιώντας περιστρεφόμενα εργαλεία (π.χ. δίσκους λειάνσεως ή ελαστικά σπλάκωτα συλλογής) κάτω από ψυχή νερού.

Παρατηρήσεις
- Η υπαρξη υγρασίας στην κοιλότητα μειώνει σημαντικά το δεσμό.
- Το Photac Fil Quick Aplicap πολυμερίζεται και κάτω από την επίδραση φυσικού ή τεχνητού φωτός. Για αυτό τον λόγο, η εξαγωγή από την κάψουλα πρέπει να γίνεται λίγο πριν από την επεξεργασία. **Ο χρόνος εργασίας μειώνεται δραστικά όταν η εφαρμογή γίνεται κάτω από οδοντιατρικό προβολέα!**

Αποθήκευση και διατήρηση
Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία 15–25 °C/59–77 °F.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης.

Πληροφόρηση πελατών
Κανένας δεν επιτρέπεται να παρέχει πληροφορίες, που παρεκκλίνουν από τις πληροφορίες, που παρέχονται στο παρόν φύλλο οδηγιών.

Εγγύηση
Η 3M Deutschland GmbH εγγυάται ότι το παρόν προϊόν δεν έχει ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Η 3M Deutschland GmbH ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προσδιορισμό του εάν το προϊόν είναι κατάλληλο για τον σκοπό που προτίθεται να χρησιμοποιήσει. Η χρήση αυτού του προϊόντος σε ασθενείς με εγγυομένη αλλεργία σε ακρυλικές ρητίνες πρέπει να αποφεύγεται.

Επίλλεκτε με άφθονο νερό σε περίπτωση εκτενούς επαφής με τους βλεννογόνους του στόματος. Εαν εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις, απομακρύνετε το προϊόν και απαφύγετε μελλοντική χρήση στον ίδιο ασθενή. Ζητήστε ενδεχομένως την συμβουλή ενός γιατρού.

Για οδοντικό προσωπικό
Το υγρό Photac Fil Quick Aplicap περιέχει ουσίες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις, όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα ευαίσθητων ατόμων. Για να μειωθεί ο κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων, αποφύγετε την επαφή με αυτά τα υλικά και ιδιαίτερα την έκθεση σε απολυμασμένα υλικά. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τον βλεννογόνο, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών και η εφαρμογή της τεχνικής «μη-επαφής». Οι ακολουθες φτίνες μπορούν να διαπεράσουν τα γάντια μέσα σε λίγα λεπτά. Σε περίπτωση επαφής του υγρού με τα προστατευτικά γάντια, βγάλτε τα και πετάξτε τα. Χρησιμοποιήστε νέα γάντια μόνο και αποφύγετε να φορέσετε κανόνιρια προστατευτικά γάντια.
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί αλλεργική αντίδραση, ζητήστε εν ανάγκη τη συμβουλή γιατρού.

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας της 3M μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τον δικτυακό τόπο www.rxmm.com ή εχχώμενοι σε επαφή με την τοπική θυγατρική εταιρεία.

Προετοιμασία
- Αφαιρέστε μονάχα τους τερηδονιζμένους οδοντικούς ιστούς. Η δημιουργία υποκοπών δεν κρίνεται απαραίτητη.
- Απομακρύνετε την απορρύπη με ψεκασμό νερού.
- Στεγνώστε την κοιλότητα σε μόνο 2–3 σύντομα διαστήματα φυσώντας με αέρα που δεν περιέχει νερό και λάδι ή στεγνώστε με τολύπια βαμβακιού. Μην παρέρετε σε υπέρμετρο στέγνωμα! **Η κοιλότητα θα πρέπει να είναι μόλις τόσο ξηρή, ώστε η επιφάνεια να εμφανίζει μια γυαλιστερή,** Υπέρμετρο στέγνωμα μπορεί να οδηγήσει μετά την τοποθέτηση της έμφραξης σε μετεγχειρητικές ευαισθησίες.
- Απορρύνετε επιμελώς μακριά με σάλο.

Προστασία πολφού
- Προς τόλθηση ερεθισμού του πολφού πρέπει να καλυφθούν σημειακά περιοχές πλησίον του πολφού με ένα σταύερά σκληρυνόμενο σκεύασμα υδροξειδίου του ασβεστίου.

Προετοιμασία
- Δεν είναι απαραίτητη καμία προεργασία. Αν οι γεωμετρικές διαστάσεις της κοιλότητας δεν είναι ευνοϊκες, με τη χρήση του Ketac™ Conditioner μπορεί να αυξηθεί η σταθερότητα του δεσμού ακόμα του πολύ.

Ενεργοποίηση
- Τοποθετήστε τον ενεργοποιητή (activator) Aplicap™ επάνω σε μία σταθερή επιφάνεια εργασίας, και τοποθετήστε την κάψουλα Aplicap στον ενεργοποιητή (activator).
- Πιέστε με τη χειρολαβή της πλάψης αργά προς τα κάτω τον μοχλό του ενεργοποιητή, εντελώς μέχρι το τέρμα του, και κρατήστε την πιεσμένη σε αυτή τη θέση για χρονικό διάστημα 2 μέχρι 4 δευτερολέπτων.
  - Μόνο όταν πιέσετε τον μοχλό δυνατά και εντελώς προς τα κάτω μέχρι το τέρμα του και τον κρατήσετε σε αυτή τη θέση, προωθείται εξ ολοκλήρου το υγρό στην κονίς. Σε περίπτωση που δεν ασκήσετε αρκετή πίεση ή δεν πιέσετε τον μοχλό εντελώς προς τα κάτω, τότε πιθανώς να αναμιχθεί πολύ λίγο υγρό με την κονίς. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ιξώδους και μεταβολές στις ιδιότητες του προϊόντος.

Ανάμιξη
- Αναμίξτε την κάψουλα σε μία συσκευή μηχανικής ανάμιξης, συχνότητας (π.χ.CapMix™) με περίπου 4300 περλανήσεις/λεπτό

Soda med mycket vatten om den har kommit i kontakt med mannens slemhinna. Magsena produkten om det skulle uppstå allergiska reaktioner och använd den sedan aldrig igen, Följ en läkare vid behov.

För dentalpersonalen
Photac Fil Quick Aplicap vätskan innehåller ämnen som vid hudkontakt kan förorsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer. Undvik kontakt med dessa material, särskilt med oherdat material för att minska risken för allergiska reaktioner. Tvätta genast med tvål och vatten om oavsiktlig kontakt har skett med huden.
Vi rekommenderar att använda skyddshandskar och en beröringsfri arbetsteknik. Använder kan tränga igenom vanliga skyddshandskar. Ta av skyddshandskarna och tvaska dem direkt, om de har varit i kontakt med vätskan. Tvätta genast händerna med tvål och vatten och ta sedan på nya skyddshandskar.
Följa vid behov en läkare om det uppstår allergiska reaktioner.

SM-säkerhetsdatablad finns att hämta på www.rxmm.com eller på din lokala filial.

Förberedelser
- Avlägsna endast karierat dentin. Underskär krävs ej.
- Använd vattenspolning för att avlägsna skräp.
- Torrblås kaviteten (2–3 korta blåsintervall) med vatten- och oljefritt luft eller torka med bomullspellets. Dehydrera inte! **Kaviteten skall inte vara torrare än att ytan är mattglänsande.** Overdriven torkning kan orsaka postoperativ känslighet efter fyllningen.
- Undvik all kontaminering med saliv.

Pulpaskydd
- Det att undvika pulpairritation bör pulpanära områden punktvist täckas med fast dikalciumhydroxidpreparat.

Konditionering
- Ytterligare förbehandling är inte nödvändig. Vid ogynnsam kaviteiggenemtet kan vidhäftningshållfastheten dock ökas ytterligare genom användning av Ketac™ Conditioner.

Aktivering
- 3M Aplicap™ Activator på ett stadigt underlag och placera Aplicapkapseln i aktivatorn.
- Tryck ned aktiveringsspaken kraftigt och hållstadigt med handflatan tills det tar emot och håll den nedtryckt i 2 till 4 sekunder.
  - Endast om man trycker ned aktiveringsspaken kraftigt och håll stadigt tills det tar emot och håller fast den i den här positionen, trycks vätskan helt in i pulvret. Om handen används för lätt eller inte trycker ned spaken helt, kommer det eventuellt in för litet vätska i pulvret. Detkgenom kan förändringar av produktens användningsegenskaper.

Blandning
- Blanda kapslarna i maskin i 15 sekunder i en högfrekvensblandare med ca 4300 rpm per minut, t.ex. CapMix™ eller i 10 sekunder i rotationsblandaren RotoMix™ och applicera med hjälp av Aplicap™ Applier. Aplicap Aktivator och Applier har röda markeringar.

Observera:
Undvik under alla omständigheter väntetider mellan aktivering, blandning och applicering, eftersom det är svårt eller omöjligt att pressa ut materialet när det börjar stelna.

Appliçering
- **Appliçera i skikt på max. 2 mm** medelst Aplicap™ Applier. Undvik varje form av förorening under appliceringen.
- Härda med halogen- eller LED-ljus.
  - Preciserar ljuset så måste tillämpas som miljö.
  - Den maximala skiktjockleken (utan sammanfogning) får under inga omständigheter överstiga 2 mm!
  - Vid kaviteter på mer än 2 mm djup måste flera skikt påföras.
  - Den självhärdande mekanismen säkerställer att materialet härdar även i isolerade områden. För effektiv användning av optimala fysikaliska egenskaper och för säkerställande av omedelbar bearbetbarhet skall man dock vinnlägga sig om en noggrann belysning.
  - Vid ren och torr yta är en efterappliceringen möjlig.
- Materialet fastnar på metallinstrument och bör därför blötas bort med kallt vatten innan det stelnar.

Tider
Vid 23 °C/73 °F rumstemperatur gäller följande tider:

	min:sec
Aktivering	0:02
Blandning i RotoMix	0:10
Blandning i högfrekvensblandare, t.ex. CapMix	0:15
Bearbetning efter blandningsstart	2:00
Ljushärdning	0:20 (DBO 0:40)

Vid rumstemperaturer över 23 °C/73 °F förkortas skåpsnacks. Kortare blandningstider ger längre. Längre tider ger kortare bearbetning- och stelningstider. Blandningstiden kan sålas ned till 7–8 sekunder i högfrekvensblandare och medan 7–12 sekunder i RotoMix. Vid ett överskridande av bearbetningstiden går vidhäftningsformagan på emalj och dentin förlorad.

Efterbearbetning
Efterbearbetning kan startas direkt efter ljushärdning.
- Avlägsna överskott med ett vasst instrument.
- Efterarbeta med roterande instrument (t. ex. diamanter eller slitkompolerare) under vattenkylning.

Anvisningar
- Fukt i kaviteten minskar vidhäftningen avsevärt.
- Photac Fil Quick Aplicap polymeriserar även i dagsljus eller konstgjord belysning, därför skall materialet tillämpas ur kapseln först omedelbart vid appliceringen. **Bearbetningstiden förkortas drastiskt vid appliceringen under inverkan av OP-lampan!**

Förvaring och hållbarhet
Förvara produkten vid 15–25 °C.
Bör inte användas efter förfallodatum.

Information till patienter
Ingen har tillåtelse att lämna ut någon information som avviker från den information som ges i detta instruktionsblad.

Garanti
3M Deutschland GmbH garanterar att denna produkt är fri från material- och tillverkningsfel. 3M Deutschland GMBH GER INGA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA SÄLJBARHETS- ELLER LÄMPLIGHETS-GARANTIER FÖR EN SPECIELL ANVÄNDNING. Användaren är ansvarig för att avgöra produktens lämplighet i en specifik applikation. Om denna produkt under garantitiden visar sig vara felaktig är kundens enda och 3M Deutschland GmbH accepterade ansvar och 3M Deutschland GmbHs enda åtagande reparation eller utbyte av produkten.

Ansvarsbegränsning
Så långt gällande lagstiftning medger friskriver sig 3M Deutschland GmbH för alla typer av skador oavsiktas av direkta, indirekta, speciella, tillfälliga eller följdskador, oavsett om skadeståndsanspråket grundar sig på kontraktsbrott, garanti, vårdslöshet eller uppsåt.

Informationsstyåkva juni 2018

SUOMI

Tuotekuvaus
Photac™ Fil Quick Aplicap™ on valokovettuvan lasi-ionomeerisementti kapseleissa ISO 9917-2, luokka 2 mukaisesti. Sen kemiallinen tartuntuus kiiltoeveen ja dentiinin mahdollisesta säätöstälän preparoinnin. Käytettävissä on 8 eri värisä, RotoMix-sekoitin tai Aplicap™ Applier -annostelin, se reagoittaa fluoria ja on röntgenpaskki. Kapselista annostellaan määrä on vähintään 0,13 ml.
Katso kaikkien mainittujen tuotteiden yksityiskohtaiset vastaavista käyttöohjeista. Tuotetta saa käyttää vain, jos tuotemerkintä on selkeästi luettavissa.

Symbolit

Viitenumero ja symboli* otsikko	Symboli	Symbolin kuvaus
5.1.1 Valmistaja		Ilmaisee EU-direktiiveissä 90/385/ETY, 93/42/ETY ja 98/79/EY tarkoitetun lääkinnällisen laitteen valmistajan.
5.1.4 Viimeinen käyttöpäivä		Ilmaisee päivän, jonka jälkeen lääkinnällistä laitetta ei saa käyttää.
5.1.5 Erätunnus	LOT	Ilmaisee valmistajan tuotenumeron, jonka perusteella lääkinnällinen laite voidaan tunnistaa.
5.1.6 Tuotenumero	REF	Ilmaisee lääkinnällisen, jotten mukaisella lämpötilalla lääkinnällinen laite voidaan altistaa turvallisesti.
5.3.7 Lämpötilaraja		Ilmaisee, että lääkinnällinen laite on kertakäyttöinen tai sarjoitettu käyttötiheiksi yhdellä potilaalla yhtäaikaisi toimenpiteessä.
5.4.2 Ei saa käyttää uudelleen		Ilmaisee, että käyttäjän tietyy katsoo käyttöohjeista tärkeitä huomautuksia, kuten varoituksia ja varotoimia, jotka ei ehkäistä näiden vuoksi oikeita tiettyä itse lääkinnällisessä laitteessa.
5.4.4 Huomio		

* Symbolit perustu