3M ESPE

Dimension™ Penta™ H Quick
Dimension™ Garant™ L Quick

(en) **Vinyl Polysiloxane Impression Material**
(de) **Vinyl Polysiloxan Abformmasse**
(fr) **Matériau pour empreintes à base de vinyl polysiloxane**
(it) **Materiale per impronte a base di vinilpolisilossano**
(es) **Material de impresión a base de vinil polisiloxano**
(pt) **Material de polissiloxano de vinilo para impressões**
(nl) **Vinyl polysiloxane afdrukmateriaal**
(el) **Αποτυπωτικό υλικό από βινυλοπολυσιλοξάνη**
(sv) **Vinylpolysiloxan-avtrycksmassa**
(fi) **Vinyyli-polysiloksaani-jäljennösmassa**
(da) **Vinylpolysiloxan aftrykksmateriale**
(no) **Vinylpolysiloksan avtrykksmaterialer**

Instructions for Use
Gebrauchsinformation
Mode d'emploi
Informazioni per l'uso
Información de uso
Instruções de uso
Gebruiksinformatie
Οδηγίες χρήσης
Bruksanvisning
Käyttöinfo
Brugsanvisning
Bruksinformasjon

3M
ESPE
Dental Products
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany

CE

3M ESPE Customer Care/WSDS Information:
U.S.A.: 1-800-634-2249 and Canada: 1-888-363-3685.

3M, ESPE, Dimension, Garant, Penta, PentaMatic and Pentamix are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH.
Used under license in Canada. © 2015, 3M. All rights reserved.

44-01-7006339-03

(en) ENGLISH

Product Description
Dimension Penta H Quick is a heavy-bodied consistency silicone addition polymerization material to be used with the Pentamix™ mixing device. The mixing ratio is 5 volumes base paste: 1 volume catalyst.
Dimension Garant L Quick is a hydrophilic light-bodied consistency addition polymerization silicone material that is supplied in the Garant cartridge. The mixing ratio is 1 volume base paste: 1 volume catalyst.
For detailed cut products mentioned below please refer to the corresponding Instructions for Use.
Not all products are available in all countries.

☞ These Instructions for Use should not be discarded for the duration of product use.

Indications
- Impression of inlay, onlay, crown, and bridge preparations.
- Orthodontic impressions.

Precautionary Measures
3M MSDSs can be obtained from www.mmm.com or contact your local subsidiary.

Preparation
Impression trays:
Particularly suitable are rigid, non-perforated metal trays or custom plastic trays. Perforated trays may also be used. Blocking of the distal edge of the tray with a mixture of impression material provides for controlled flow properties affording beneficial effects especially in the distal molar area.
- For sufficient adhesion, apply VPS Tray Adhesive on the tray and allow it to dry completely, whereby the (clear) drying time is 5–45 minutes.

Penta cartridge/poly bag:
- Place Dimension Penta H Quick in the designated light-green cartridge only.
- PVC bags equipped with a **PentaMatic** sealing cap must only be used with Penta™ Mixing Tips 963.
- Discard the first 3 cm of paste extruded from newly filled cartridges prior to the first use for impression taking. The color of the dispensed paste must be uniform.
- If a new mixing tip is inserted when the cartridge is inserted, prior to mixing check whether the drive shaft is engaged.

Garant dispenser/cartridge:
- Place Dimension Garant L Quick in the dispenser. Shortly before application, ensure that the cartridge content is homogeneous.
- To avoid mixing, extrude a small amount of paste until both base and catalyst paste emerge uniformly, then attach a new Garant™ Mixing Tip 963.
- If required, widen the orifice of the Garant™ Intraoral Tip 963 by shortening the notch with a scissor.
- If desired, fill a separate Dispenser syringe directly from the mixing tip without using the application nozzle.
- Material that has made the mixing tip should not be extruded by force as this may damage the cartridge and mixing tip and result in the formation of holes.

Retraction
Suitable retraction agents are e.g., aluminum hydroxide chloride- and aluminum sulfate-based solutions.
- Keep the area dry from which an impression is to be taken.
- Hemostatic threads or rings may be used for subgingival preparations.
- Thoroughly remove the residue of the retraction agent by rinsing and drying.

Dosing and Mixing
- Dimension Penta H Quick is dosed and mixed automatically in the Pentamix device.
- Dimension Garant L Quick is dosed and mixed statically in the Garant™ dispenser.

Times

	Working Time from start of mixing*	Intraoral Syringe Time from start of mixing*	Intraoral Setting Time
	min:sec	min:sec	min:sec
Symbols on product	1:30	4:00	2:30
Dimension Penta H Quick	1:30	4:00	2:30
Dimension Garant L Quick	1:30	4:00	2:30

These are the processing times at 23°C/74°F. Higher temperatures shorten, and lower temperatures prolong, total processing times.
* Start of mixing = entry of paste into the mixing tip

Impression Taking
Two-step impression
- Load the impression tray prepared with adhesive with Dimension Penta H Quick and take a preliminary impression.
- Clean and dry the preliminary impression thoroughly, trim out any undercuts and coil up (Blue Relief).
- Apply Dimension Garant L Quick in the appropriate spaces of the preliminary impression and, if necessary, apply around the preparations.
- Replace the preliminary impression in the mouth.

One-step technique
- Insert the Dimension Penta H Quick cartridge into the Pentamix mixing device and install a new mixing tip. Use the hand-wheel to turn the plungers down to the stop.
- Load the impression tray prepared with adhesive with Dimension Penta H Quick.
- Prepare the cartridges nozzle-first until the paste emerges uniformly, then attach a new Garant™ Mixing Tip 963.
- Start the impression taking procedure immediately.
- Inject Dimension Garant L Quick around the preparations and, if necessary, apply around the preparations.
- Take the impression.

Caution
At the onset of mixing Dimension Penta H Quick closely monitor the entry of paste into the mixing tip and ensure that both the light-green base paste and the dark-green catalyst paste flow into the mixing tip.
- While the assistant loads the tray, the dentist may begin to apply material around the preparation. **Depending on the number of cavities, initiate application such that tray loading and application of material around the preparation are completed at the same time.**
  - Premature exposure of the light-green material to the higher temperature of the mouth causes this material to set more rapidly than the tray material. This may distort the impression.
  - During application, the tip of the application nozzle should be immersed in the material at all times to avoid inducing air bubbles.
- Slowly place the loaded tray in the mouth parallel to the center lines of the prepared teeth, and take the impression without pressure.
- Once the setting time has elapsed, remove the impression from the mouth.

After Impression Taking
- Thoroughly examine and explore the sulcus of the prepared teeth and surrounding dentition. Remove any residual cured impression material from the mouth.

Hygiene
- Place the impression in a standard disinfectant solution for the period of time recommended by the manufacturer. Excessive disinfection may damage the impression.
- After disinfection, rinse the impression under running water for approx. 15 sec.

Model Preparation
- Prepare a cast from the impression using a commercial specialized stone plaster no earlier than 30 min after impression taking. There are no other limitations on time.
- To avoid introducing bubbles in the model, briefly pre-rinse with water and dry or use a silicone surfactant before pouring.
- The impressions can be filled- or copper-coated.

Cleaning
- **Garant Dispenser:** Remove paste that has not set using an alcohol-soaked cloth. The dispenser handle can be unscrewed up to a temperature of 135 °C/275 °F. Disassemble the dispenser before autoclaving. Glutaraldehyde-based solutions can be used for disinfection.
- **Impression Tray:** The adhesive can be removed from impression trays using acetone.

Notes
- The oxygen inhibition layer of composite materials, e.g., in fillings or stump preparations, may impair the setting of silicone materials, and should therefore be removed completely.
- Keep the (blue) mixing tip on top of the cartridge to serve as a closure until the next use. Removing and replacing the spent Penta or Garant mixing tip may lead to carry-over of paste and ensuing formation of clogs.
- Dimension Impression materials must not be combined with condensation-type silicones as even traces of these materials impair setting.
- Disposable (blue) gloves impair the setting of impression materials. Hence, vinyl gloves are to be used.
- The impressions should not be exposed to silicone-containing liquids, as this may result in swelling and imprecise modeling.

Storage and Stability
Store the product at 5–25°C/59–77°F.
Do not use after the expiration date.
Store Impressions below 30°C/86°F.

Customer Information
No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

Warranty
3M Deutschland GmbH warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M Deutschland GmbH MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M Deutschland GmbH's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M Deutschland GmbH product.

Limitation of Liability
Except where prohibited by law, 3M Deutschland GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

Information valid as of April 2015

(de) DEUTSCH

Produktbeschreibung
Dimension Penta H Quick ist ein additionsvernetzendes Silikon schwerfließender Konsistenz für das Pentamix™ Mischgerät. Das Mischverhältnis beträgt nach Volumen 5 Basispaste : 1 Katalysator.
Jeder Schlauchbeutel ist mit einer **PentaMatic**™-Verschlusskappe versehen, diese **PentaMatic**™-Verschlusskappe darf nur zusammen mit Penta™ Mischkanülen 963 verwendet werden.
Dimension Garant L Quick ist ein additionsvernetzendes, hydrophiles Silikon Pentamix automatisch, statisch durch den Kolben geringen Druck aufgebaut wurde.
Dimension Garant L Quick ist ein additionsvernetzendes, hydrophiles Silikon leichtfließender Konsistenz in der Garant Kartusche.
Das Mischverhältnis beträgt nach Volumen 1 Basispaste : 1 Katalysator.
Details zu den nachfolgend erwähnten Produkten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Gebrauchsinformation.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.

☞ Die Gebrauchsinformation ist während der Dauer der Verwendung aufzubewahren.

Anwendungsgebiete
- Abformung von Kronen-, Brücken- Inlay- und Onlay-Präparationen
- Kieferorthopädische Abformungen

Vorsichtsmaßnahmen
3M Sicherheitsdatenblätter können über www.mmm.com bestellt werden, oder wenden Sie sich an Ihre örtliche Niederlassung.

Vorbereitung
Abformlöffel:
Besonders geeignet sind verwindungssteife unperforierte Metall-Löffel oder individuelle Löffel aus Kunststoff. Perforierte Löffel können ebenfalls verwendet werden. Die distale Abformrandsperre (Abstopp) mit einem Silikon oder Abformsilikonen Material bewirkt ein kontrolliertes Fließverhalten, das vorteilhaft besonders im distalen Molarenbereich wirkt.
- Für eine ausreichenden Haftung VPS Tray Adhesive auf den Löffel auftragen und vollständig trocknen lassen, 5–45 Minuten Trockenzeit (blau) lösal.

Penta Kartusche/Schlauchbeutel:
- Dimension Penta H Quick nur in die dafür vorgesehene hellgrüne Kartusche füllen.
- Schlauchbeutel mit **PentaMatic**-Verschlusskappe dürfen nur zusammen mit Penta™ Mischkanülen 963 verwendet werden.
- Nach Befüllen Kartuschen mit neuer Abformung durch Verwerfen von ca. 3 cm Stranglänge einsatzbereit machen. Die Paste muss in gleichbleibender Farbe gefördert werden.
- Bei der Verwendung von frischen Mischer manuell, muss bei Mischbeginn geprüft werden, ob die Antriebswelle in den Mischer greift.

Garant Dispenser/Kartusche:
- Dimension Garant L Quick in Dispenser bereitgen und kurz vor der Applikation prüfen, ob beide Kartuschen Öffnungen frei von Verstopfungen sind.
- Bei erstmals benutzten Kartuschen eine kleine Pastenmenge ausdrücken bis Basis- und Katalysatorpaste gleichmäßig austreten.
- Anschließend eine neue Garant™ Mischkanüle Gelb aufsetzen.
- Bei Bedarf die Austrittsöffnung der Garant™ Applikationskanüle Gelb durch Kürzen mit einem Skalpell vergrößern.
- Falls gewünscht, eine separate Dispenser-Spritze direkt aus der Mischkanüle ohne Applikationskanüle befüllen.
- In der Mischkanüle abgetundenes Material nicht mit Gewalt auspressen, da Defekte an Kartusche und Mischkanüle und damit Undichtigkeiten die Folge wären.

Retraktion
Geeignete Retraktionsmittel sind z.B. Lösungen auf Basis von Aluminiumhydroxidchlorid oder Aluminiumsulfat.
- Die abzuformenden Bereiche trocken halten.
- Bei subgingivalen Präparationen ggf. Fäden oder Ringe verwenden.
- Vor der Abformung die Reste des Retraktionsmittels durch Spülen und Trocknen gründlich entfernen.

Dosierung und Mischen
- Dimension Penta H Quick wird im Pentamix automatisch dosiert und gemischt.
- Dimension Garant L Quick wird im Garant™ Dispenser dosiert und statisch gemischt.

Zeiten

	Verarbeitbar ab Mischbeginn*	Abbindung ab Mischbeginn*	Verweildauer im Mund
	min:sec	min:sec	min:sec
Symbol auf dem Produkt	1:30	4:00	2:30
Dimension Penta H Quick	1:30	4:00	2:30
Dimension Garant L Quick	1:30	4:00	2:30

Die Verarbeitungszeiten gelten bei 23°C/74°F, Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die Gesamtverarbeitungszeit.
* Mischbeginn = Pasteneintritt in die Mischkanüle

Abformung
Korrekturabformung
- Den mit Adhäsiv vorbereiteten Abformlöffel mit Dimension Penta H Quick füllen und die Voraborformung nehmen.
- Die Voraborformung gründlich reinigen und trocknen, Unterschnitte durch Beschneiden ausschneiden und großzügig Abzugskanäle anbringen.
- Dimension Garant L Quick in den entsprechenden Stellen in die Voraborformung einbringen, gegebenenfalls die Präparationen umspritzen.
- Die Voraborformung wieder im Mund platzieren.

Doppelmischtechnik
- Die Dimension Penta H Quick Kartusche in das Pentamix Mischgerät einlegen und einen neuen Mischer montieren. Mit dem Handrad die Kolben ganz herunterdrehen.
- Den mit Adhäsiv vorbereiteten Abformlöffel mit Dimension Penta H Quick füllen.

Achtung
Bei Dimension Penta H Quick bei Mischbeginn unbedingt den Pasteneintritt in die Mischkanüle beobachten und sicherstellen, dass hellgrüne Basispaste und dunkelgrüne Katalysatorpaste in den Mischer einströmen.
- Während des Löffelfüllens durch die Assistenz kann der Behandler mit dem Präparieren der Präparation beginnen. **Je nach Anzahl der Kavitäten den Beginn des Umspritzens so wählen, dass Löffelfüllen und Umspritzen gleichzeitig beendet sind.**
  - Durch zu frühes Eintringen der Spitzenmaterials in die höhere Mundtemperatur bindet es schneller für als das Löffelmaterial, Verbunden kann es zu Verformungen im Abdruck kommen.
  - Bei der Applikation soll die Spitze der Applikationskanüle immer in die Masse eingetaucht bleiben, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
- Den gefüllten Löffel langsam und parallel zu den Zähnachsen der präparierten Zähne in Mund positionieren und die Situation drucklos abformen.
- Nach Ablauf der Abbindezeit den Abdruck aus dem Mund entfernen.

Nach der Abformung
- Den Sulkus der präparierten Zähne und die umliegenden Bereiche sorgfältig abformtechnisch prüfen, verunglückte Areale, abgebrochene Abformmaterial aus dem Mund entfernen.

Hygiene
- Die Abformung in eine Standard-Desinfektionslösung eintauchen. Die Dauer richtet sich nach den Angaben des Herstellers. Eine zu lange Desinfektion kann zur Schädigung der Abformung führen.
- Nach der Desinfektion die Abformung ca. 15 sec unter fließendem Wasser spülen.

Modellherstellung
- Die Abformung frühestens nach 30 min mit einem handelsüblichen Spezialhartgips ausgießen, Weitere zeitliche Begrenzung besteht nicht.
- Um ein Einbringen von Modellluft zu erhalten, den Abdruck kurz von den Ausgießen mit Wasser spülen und trocknen oder ein Silikon-Trennmittel verwenden.
- Die Abformungen können versalbt oder vergoldet werden.

Reinigung
- **Garant Dispenser:** Nicht abgebundene Paste mit einem in Alkohol getränkten Lappen entfernen. Der Dispenserhandgriff ist bis zu Kolbenhübe können bis maximal 135°C/275°F autoklavierbar werden, hierfür den Dispenser demontieren. Zur Desinfektion können Glutaraldehyd-Basis verwendet werden.
- **Abformlöffel:** Das Adhäsiv lässt sich mit Aceton von Abformlöffeln entfernen.

Hinweise
- Die Sauerstoffinhibitionsschicht von Compositematerialien, z.B. bei Füllungen oder Stumpfaufbauten, kann die Abbindung von Silikonen beeinträchtigen und sollte deshalb vollständig entfernt werden.
- Die gefüllte Mischkanüle bis zum nächsten Gebrauch als Verschluss auf der Kartusche belassen. Bei häufigem Abnehmen und Wiederaufsetzen einer gebrauchten Penta oder Garant Mischkanüle kann zu Pastenaustritt&Aging und damit zur Pfropfenbildung führen.
- Dimension Abformmassen dürfen nicht mit kondensationsvernetzenden Silikonen kombiniert werden. Schon geringe Spuren beeinträchtigen den Abbindevorgang.
- Latex- und puderhaltige Handschuhe behindern die Abbindung von Silikon-Abformmaterialien, Besser geeignet sind Vinyl-Handschuhe.
- Die Abformungen sollen keinesfalls mit Desinfektionsmitteln Eigenschaften in Berührung kommen, Ein Quellen und ungenaues Modelle könnten die Folge sein.

Lagerung und Haltbarkeit
Das Produkt bei 5–25°C/59–77°F lagern.
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Die Abformungen unter 30°C/86°F aufbewahren.

Kundeninformation
Niemand ist befugt, Informationen bekannt zu geben, die von den Angaben in diesen Anweisungen abweichen.

Garantie
3M Deutschland GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. 3M Deutschland GmbH ÜBERNIMMT KEINE WEITERE HAFTUNG, AUCH KEINE IMPLIZITE GARANTIE DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Der Anwender ist dazu verpflichtet, die Eignung des Produkts für seine Anwendung zu bestimmen. Sollte dieses Produkt innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt aufweisen, besteht Ihr einziger Anspruch und der einzige Verpflichtung von 3M Deutschland GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des 3M Deutschland GmbH Produkts.

Haftungsbeschränkung
Soweit nicht zwingendes Recht etwas anderes bestimmt, haftet 3M Deutschland GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Folge- oder Folgeschäden handelt, und zwar unter Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Verstoß, handelt.

Stand der Information April 2015

(fr) FRANÇAIS

Description de produit
Dimension Penta H Quick est un silicone haute densité réticulé par addition, de consistance dense, utilisé dans l'appareil de dosage et de mélange automatique Pentamix. Rapport de mélange : 5 parties de base : 1 partie catalyseur.
Chaque boudin est obturé par un capuchon obturateur **PentaMatic**™.
Ce capuchon **PentaMatic** ouvre automatiquement le boudin dans le Pentamix et ne peut être utilisé qu'avec les embouts mélangeurs Penta™ 963.
Dimension Garant L Quick est un silicone hydrophile réticulé par addition, de consistance fluide, présenté en cartouche Garant, Rapport du mélange 5 : 1 pâte base, pâte catalyseur.
Si vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur tous les produits mentionnés ci-après, voir leur notice d'utilisation respective.
Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

☞ Conserver la notice d'un produit pendant toute la durée de son utilisation.

Domaines d'application
- Empreintes pour la préparations des couronnes, bridges, inlays et onlays.
- Empreintes orthodontiques

Précautions d'emploi
Vous pouvez vous procurer les fiches de sécurité 3M (MSDSs) sur le site internet : www.mmm.com ou auprès de votre filiale locale.

Préparation
Porte-empreintes :
Il convient d'utiliser les porte-empreintes métalliques rigides non perforés, ou les porte-empreintes individuels en matière synthétique. Les porte-empreintes perforés peuvent également s'employer. L'isolement distal du porte-empreinte avec un silicone ou un matériau thermoplastique permet d'obtenir un comportement positif à l'écoulement. Cela est très efficace surtout pour la prise d'empreintes des dents postérieures molaires.
- Pour obtenir une adhésion suffisamment performante, appliquer l'adhésif pour porte-empreintes VPS sur le porte-empreinte et laisser le sécher complètement; le temps de séchage idéal est de 5 à 15 minutes.

Cartouche/boudin Penta :
- Remplir Dimension Penta H Quick uniquement dans la cartouche vert clair à cet effet.
- N'utiliser les boudins souples, pourvus d'un capuchon **PentaMatic**, qu'avec des canules de mélangeage rouges Penta™.
- Préparer les cartouches nouvellement remplies avant la première prise d'empreinte en jetant environ les 3 premiers centimètres de pâte. La couleur de la pâte refoulée doit être constante.
- Si une nouvelle canule était déjà montée avant d'insérer la cartouche dans l'appareil, vérifier en début de mélange si l'arbre de transmission entraîne bien la canule.

Doseur/Cartouche Garant :
- Préparer Dimension Garant L Quick dans le doseur. Juste avant l'application, vérifier que les deux ouvertures des cartouches ne sont pas obstruées.
- S'il s'agit de nouvelles cartouches, extraire une petite quantité de pâte jusqu'à ce que la pâte base et la pâte catalyseur s'écoulent régulièrement. Ensuite, mettre en place une nouvelle canule de mélangeage jaune Garant™, pour agrandir son orifice.
- Si on le souhaite, remplir une seringue à dispenser directement à partir de la canule de mélange sans embout d'application Garant.
- Extraire précautionneusement le matériau polymérisé dans la canule de mélange pour ne pas endommager la cartouche et la canule de mélange, ce qui causerait des défauts d'étanchéité.

Rétraction
Des solutions à base d'hydroxyde de chlorure d'aluminium ou de sulfate d'aluminium peuvent par exemple être utilisées de façon appropriée.
- Maintenir sèches les zones à enregistrer.
- Dans le cas de préparations sous-gingivales, utiliser éventuellement des fils ou des anneaux empreintes de substance rétractable.
- Avant de procéder à la prise d'empreintes, éliminer soigneusement, par rinçage puis séchage, les résidus de solutions de rétraction.

Dosage et mélange
- Dimension Penta H Quick est dosé et mélangé statiquement dans le dispenser Garant™.
- Dimension Garant L Quick est dosé et mélangé statiquement dans le doseur Garant™.

Temps de manipulation

	Temps de travail depuis début mélange*	Prise depuis début mélange*	Durée de séjour en bouche
	min:sec	min:sec	min:sec
Symboles sur le produit	1:30	4:00	2:30
Dimension Penta H Quick	1:30	4:00	2:30
Dimension Garant L Quick	1:30	4:00	2:30

Les temps de manipulation valent pour une température ambiante de 23°C/74°F. Des températures supérieures réduisent, les températures inférieures prolongent le temps de manipulation et de prise.
* Début de mélge = Pénétration de la pâte dans la canule de mélange

Prise d'empreinte
Prise d'empreinte corrective
- Remplir de Dimension Penta H Quick le porte-empreinte préparé avec l'adhésif puis prendre la prise d'empreinte.
- Nettoyer et sécher soigneusement la pré-empreinte. Découper les parties en retrait et préparer de façon précise (écoulement).
- Appliquer Dimension Garant L Quick aux endroits voulus dans la préempreinte, et si nécessaire appliquer à la seringue autour des préparations, remplacer la pré-empreinte en bouche.

Technique de double mélange
- Insérer la cartouche Dimension Penta H Quick dans l'appareil Pentamix et monter une nouvelle canule de mélange. Tourner la manette jusqu'à la butée pour faire descendre les pistons.
- Remplir de Dimension Penta H Quick le porte-empreinte préparé avec l'adhésif.

Attention
En début de mélange, surveiller impérativement si la pâte Dimension Penta H Quick pénètre dans la canule et s'assurer que la pâte base vert clair et la pâte catalyseur vert foncé affluent dans la canule de mélange.
- Pendant que l'assistante dentaire remplit le porte-empreinte, le praticien commence à asperger de matériau autour de la préparation. **Suivant le nombre de cavités, choisir le moment pour commencer l'application à la seringue de telle sorte que le remplissage du porte-empreintes et l'application à la seringue se terminent en même temps.**
  - Si le matériau présent dans la seringue pénètre trop tôt dans la bouche, il prend plus vite, en raison de la température plus élevée de la bouche, que le matériau du porte-empreintes. Il y a alors risque de déformation de l'empreinte.
  - Lors de l'application, il faudrait que l'extrémité de l'embout d'application soit toujours plongée dans la pâte pour éviter toute infiltration de bulles d'air.
- En bouche, positionner le porte-empreinte rempl. lentement et parallèlement aux axes des dents préparées, puis prendre l'empreinte sans appuyer.
- Une fois le temps de prise écoulé, retirer l'empreinte de la bouche.

Après avoir pris l'empreinte
- Examiner avec attention le sulcus de la préparation et des dents voisines, éliminer soigneusement tous les résidus de matériau d'empreinte.

Hygiène
- Plonger l'empreinte dans une solution désinfectante standard. La durée d'immersion doit se conformer aux indications du fabricant. Une durée de désinfection trop longue peut endommager l'empreinte.
- Après la désinfection, rincer l'empreinte pendant 15 sec. env. sous l'eau du robinet.

Fabrication du modèle
- Couler l'empreinte au minimum 30 minutes plus tard avec un plâtre dur spécial en vente habituelle dans le commerce. Aucune limite temporelle ne s'impose.
- Pour obtenir un modèle exempt de bulles d'air, rincer l'empreinte sous l'eau et sécher à peu avant la coulée, ou utiliser un produit tensio-actif au silicone.
- Les empreintes peuvent être métallisées à l'argent ou au cuivre.

Nettoyage
- **Pistolet distributeur Garant:** Eliminer la pâte non prise avec une lingette imprégnée d'alcool, le pistolet peut être démonté et la cartouche sont autoclavables jusqu'à une température maximale de 135°C/275°F; pour ce faire, démonter préalablement le pistolet distributeur. Pour la désinfection, vous pouvez utiliser des solutions à base de glutaraldéhyde.
- **Porte-empreinte:** Vous pouvez utiliser de l'acétone pour débarrasser le porte-empreinte de son adhésif.

Remarques
- La couche d'inhibition causée par l'oxygène des matériaux en composite, par exemple lors des obturations ou des reconstructions de moignons, peut entraver la prise des silicones, raison pour laquelle il faut l'éliminer complètement.
- La canule de mélange remplie doit rester en place sur la cartouche jusqu'à la prochaine utilisation. Le simple fait de retirer et de remettre une canule de mélange Penta ou Garant utilisée peut provoquer un déplacement de la pâte qui va alors durcir et boucher l'orifice.
- Les matériaux pour empreintes Dimension ne doivent pas être combinés avec des silicones réticulés par condensation. Déjà des traces minimes entravent la prise.
- Les gants jetables en caoutchouc peuvent gêner la polymérisation des matériaux pour empreintes à base de silicone. Mieux vaut porter des gants en vinyle.
- Les empreintes ne doivent en aucun cas entrer en contact avec des liquides contenant des silicones, il y a risque de gonflement et que les modèles perdent de leur précision.

Stockage et durée de conservation
Stocker le produit entre 5–25°C/59–77°F.
Ne plus utiliser après la date de péremption.
Stocker les empreintes à 30°C/86°F.

Information clients
Toute personne donnant des renseignements communiquer des informations strictement conformes à celles données dans ce document.

Garantie
3M Deutschland GmbH garantit que ce produit est dépourvu de défauts matériels et de fabrication. 3M Deutschland GmbH NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, NI IMPLICITE D'APTITUDE À UTILISER UN PRODUIT DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN EMPLOI PARTICULIER. L'utilisateur est responsable de la détermination de l'adéquation du produit à son utilisation. Si ce produit présente un défaut durant sa période de garantie, votre seul recours et l'unique obligation de 3M Deutschland GmbH se limite à la réparation ou le remplacement du produit 3M Deutschland GmbH.

Limitation de responsabilité
A l'exception des lieux où la loi l'interdit, 3M Deutschland GmbH ne sera tenu responsable d'aucune perte ou dommage découlant de ce produit, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs, quels que soient les arguments avancés, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité.

Mise à jour avril 2015

(it) ITALIANO

Descrizione del prodotto
Dimension Penta H Quick è un materiale siliconico reticolante per addizione consistenza ad alta viscosità, previsto per la miscelazione nel miscelatore Pentamix™. L'rapporto di miscelazione in volume è pari a 5 parti di pasta base per 1 parte di catalizzatore.
Ogni cartuccia tubolare è chiusa mediante il cappuccio **PentaMatic**™. Questo cappuccio **PentaMatic** apre automaticamente il sacchetto tubolare nel Pentamix e può essere utilizzato solo con gli ugelli miscelatori Penta™ 963.
Dimension Garant L Quick è un materiale siliconico idrofilo reticolante per addizione di consistenza a bassa viscosità in cartuccia Garant, il rapporto di miscelazione in volume è pari a 1 parte di pasta base per 1 parte di catalizzatore. Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti menzionati qui di seguito consultare le rispettive informazioni per l'uso.
Tutti i prodotti non sono disponibili in tutti i paesi.

☞ Le informazioni per l'uso del prodotto devono essere conservate per l'intera durata di utilizzo del prodotto stesso.

Campi di applicazione
- Riduzione di impronte per preparazione di inlay, onlay, corone e ponti
- Impronte ortodontiche

Avvertenze
Le schede dati di sicurezza 3M si possono ordinare all'indirizzo www.mmm.com oppure rivolgersi al rispettivo consulente locale.

Preparazione
Porta-impronte:
Sono particolarmente indicati porta-impronte indeformabili e non perforati in metallo o porta-impronte individuali in materiale plastico. Possono comunque essere utilizzati anche porta-impronte perforati. Lo sbarramento distale del porta-impronte con un materiale siliconico o termoplastico genera una scorrimento controllato. Ciò è particolarmente positivo per la rilevazione di impronte di denti situati nella regione dei molari posteriori.
- Per ottenere una sufficiente adesione applicare VPS Tray Adhesive sul portaimpronte e lasciare essiccare completamente, quindi per circa 5–45 minuti.

Penta cartuccia/sacchetto tubolare:
- Riempire con Dimension Penta H Quick solo l'apposita cartuccia verde chiaro.
- Sacchetti tubolari con un cappuccio **PentaMatic** possono essere usati solo insieme con punte di miscelazione Penta™ rosse.
- Preparare le cartucce nuove, prima di utilizzarle per la rilevazione delle prime impronte, gettando via circa 3 cm di pasta. Far fuoriuscire la pasta sino a che essa non abbia ripreso uniformemente il proprio colore.
- Nel caso che venga montato un nuovo miscelatore prima di inserire la cartuccia, onde fare in modo che la miscelazione che l'albero di azionamento ingrani correttamente con la cannula.

Cartuccia/dispenser Garant:
- Collocare nel dispenser Dimension Garant L Quick e verificare, subito prima dell'applicazione, che entrambe le aperture della cartuccia siano libere da residui.
- Al primo utilizzo delle cartucce spremere una piccola quantità di pasta sino a che la base e il catalizzatore la pasta base e la pasta catalizzatore fuoriescano in modo uniforme. Poi avvitare una nuova cannula miscelatrice Garant™ gialla.
- Se desiderato, riempire una siringa per dispensori separata direttamente dal cannula di miscelazione senza impiego di cannula per applicazione.
- Non premere con la forza il materiale indurito nel puntale di miscelazione, per evitare danni alla cartuccia e al puntale e una conseguente mancanza di tenuta.

Retrazione
Reagenti adatti sono, ad esempio, soluzioni a base di idrossicloruro di alluminio o solfato di alluminio.
- Le aree di rilievo dell'impronta devono essere tenute asciutte.
- Per preparazioni subgengivali si possono impiegare fili o anelli.
- Prima di eseguire l'impronta rimuovere ogni residuo di sostanza di retrazione tramite lavaggio ed asciugatura.

Dosaggio e miscelazione
- Dimension Penta H Quick verrà dosato e miscelato automaticamente nel miscelatore Pentamix.
- Dimension Garant L Quick verrà dosato nel dispenser Garant™ e miscelato staticamente.

Tempi di lavorazione

	Lavorazione dall'inizio della miscelazione*	Presa dall'inizio della miscelazione*	Permanenza in bocca
	min:sec	min:sec	min:sec
Simboli sul prodotto	1:30	4:00	2:30
Dimension Penta H Quick	1:30	4:00	2:30
Dimension Garant L Quick	1:30	4:00	2:30

I tempi di lavorazione si riferiscono alla temperatura di 23°C/74°F. Temperature superiori abbreviano, e temperature inferiori prolungano, il tempo di lavorazione totale.
* Inizio della miscelazione = entrata della pasta nell'ugello di miscelazione

Rilevazione dell'impronta
Impronta correttiva
- Riempire il porta-impronta preparato con l'adesivo con Dimension Penta H Quick e rilevare la prima impronta.
- Pulire e asciugare accuratamente l'impronta rilevata. Tagliare i sottosquadri e creare ampi canali di scarico.
- Applicare Dimension Garant L Quick nelle posizioni corrispondenti della prima impronta, a seconda dei casi inserendo il preparato.
- Riposizionare in bocca la prima impronta.

Tecnica della doppia miscelazione
- Inserire la cartuccia Dimension Penta H Quick nel miscelatore Pentamix e montare un nuovo miscelatore. Portare lo stantuffo a fine corsa abbassandolo con il volantino.
- Riempire il porta-impronte preparato con Dimension Penta H Quick.

Attenzione
All'inizio della miscelazione di Dimension Penta H Quick controllare assolutamente l'ingresso della paste nel puntale di miscelazione e assicurarsi che la pasta base verde chiaro e la pasta catalizzatore verde scuro scorrano entro il miscelatore.
- Mentre l'assistente riempie il porte-impronte, il dentista può iniziare l'iniezione del preparato. **Il momento ottimale dell'applicazione con la siringa dovrà essere scelto in base al numero delle cavità in modo che siano terminate contemporaneamente le operazioni di applicazione in bocca e riempimento del porta-impronte.**
  - A causa della temperatura più elevata in bocca il materiale applicato con la siringa indurisce prima del materiale nel porta-impronte, l'applicazione prematura del materiale con la siringa può provocare distorsioni dell'impronta.
  - Durante l'applicazione mantenere la punta dell'ugello di applicazione costantemente immersa per evitare la formazione di bolle d'aria.
- Posizionare lentamente il porta-impronte riempito nella bocca, in posizione parallela ai base dentale dei denti preparati, e rilevare l'impronta senza esercitare pressione.
- Trascorso il tempo di presa estrarre l'impronta dalla bocca.

Dopo aver rilevato l'impronta
- Esaminare attentamente e rifinire con la sonda il solco dei denti preparati e i denti adiacenti. Rimuovere dalla bocca ogni residuo di materiale da impronta indurito.

Disinfezione
- Immergere l'impronta in una soluzione disinfettante standard. Per il tempo di disinfezione seguire le istruzioni del produttore. Tempi di disinfezione troppo lunghi possono danneggiare l'impronta.
- Dopo la disinfezione sciacquare l'impronta con acqua corrente per circa 15 secondi.

Realizzazione del modello
- Colare il modello nell'impronta non prima di 30 minuti utilizzando lo speciale gesso duro commerciale. Trascorsi i 30 minuti non sussistono ulteriori limitazioni nel tempo.
- Per ottenere un modello privo di bolle, prima della colatura sciacquare brevemente e asciugare l'impronta o utilizzare un riduttore di tensione a base siliconica.
- Le impronte possono essere sottoposte a galvanoplastica in argento o in rame.

Pulizia
- **Garant Dispenser:** eliminare

- ▶ Folieverpakkingen met **PentaMatic**-afsluitkap mogen uitsluitend worden gebruikt met Penta™ mengcanules rood.
- ▶ Pasgevulde cartridges voor het maken van de eerste afdruk gebruiksklaar maken door er ca. 3 cm lange strengen uit te drukken. De pasta moet er homogeen van kleur uitzien.
- ▶ Wanneer voor het inleggen van de cartridge reeds een nieuwe mengcanule is gemonteerd, moet voordat met mengen wordt begonnen, worden gecontroleerd of de aandrijfas in de mengcanule grijpt.

Garant dispenser/cartridge:
- ▶ Dimension Garant L Quick klaarleggen in de dispenser en vlak voor het gebruik controleren of beide cartridge-openingen niet verstopt zijn.
- ▶ Uit cartridges die voor het eerst worden gebruikt een kleine hoeveelheid pasta drukken tot de basis- en katalysatorpasta er gelijkmatig uitvloeien. Daarna een nieuwe Garant™ mengcanule geel plaatsen.
- ▶ Indien nodig de opening van de Garant™ applicatietip geel vergroten door er een stukje van af te snijden met een mes.
- ▶ Desgewenst een afzonderlijke elastomeerspuit vullen met materiaal rechtstreeks uit de mengcanule zonder applicatietip.
- ▶ In de mengcanule achtergebleven uitgehard materiaal er niet met geweld uit drukken, omdat dit kan leiden tot beschadiging van de cartridge en de mengcanule, die hierdoor lek kunnen raken.

Retractie
Geschikte retractiemiddelen zijn bijv. oplossingen op basis van aluminium-hydroxidechloride of aluminiumsulfaat.
- ▶ De af te drukken gebieden droog houden.
- ▶ Bij subgingivale preparaties evt. draden of ringen gebruiken.
- ▶ De resten van het retractiemiddel voor het afdrukken door spoelen en drogen grondig verwijderen.

Dosering en mengen
- ▶ Dimension Penta H Quick wordt in de Pentamix automatisch gedoseerd en gemengd.
- ▶ Dimension Garant L Quick wordt in de Garant™ dispenser gedoseerd en statisch gemengd.

Tijden

	Verwerken v.a. mengbegin* min.:sec.	Uitharden v.a. mengbegin* min.:sec.	Verblijfsduur in de mond min.:sec.
Symbolen op het product			
Dimension Penta H Quick	1:30	4:00	2:30
Dimension Garant L Quick	1:30	4:00	2:30

De verwerkingstijden gelden bij 23°C/74°F. Bij hogere temperaturen een kortere en bij lagere temperaturen een langere totale verwerkingstijd aanhouden.
* Mengbegin = wanneer de pasta in de mengcanule komt

Afdrukken
Correctie-afdruk
- ▶ De van adhesief voorziene afdruklepel vullen met Dimension Penta H Quick en de eerste afdruk maken.
- ▶ De eerste afdruk grondig reinigen en drogen. Ondersnijdingen uitsnijden en royaal afvoerkanalen in de afdruk aanbrengen.
- ▶ Dimension Garant L Quick aanbrengen op de betreffende plaatsen in de eerste afdruk, eventueel de preparaties omspuiten.
- ▶ De eerste afdruk weer in de mond plaatsen.

Dubbele mengtechniek
- ▶ De Dimension Penta H Quick cartridge in het Pentamix-mengapparaat plaatsen en een nieuwe mengcanule monteren. Met het handwiel de zuiger volledig naar beneden draaien.
- ▶ De van adhesief voorziene afdruklepel vullen met Dimension Penta H Quick.

Attentie
Bij Dimension Penta H Quick bij het mengbegin absoluut goed opletten of de pasta in de mengcanule vloeit, tot u zeker weet dat de lichtgroene basispasta en de donkergroene katalysatorpasta in de mengcanule lopen.

- ▶ Terwijl de assistent de lepel vult, kan de tandarts beginnen met het omspuiten van de preparatie. **Afhankelijk van het aantal caviteiten het begin van het omspuiten zo kiezen dat het vullen van de lepel en het omspuiten gelijktijdig eindigen.**
  - – Wanneer het materiaal uit de spuit te vroeg aan de hogere temperatuur in de mond wordt blootgesteld, hardt dit sneller uit dan het materiaal op de lepel. Dit kan tot vervormingen in de afdruk leiden.
  - – Tijdens de applicatie moet de punt van de applicatietip steeds in het materiaal gedoopt blijven om te voorkomen dat lucht wordt ingesloten.
- ▶ De gevulde lepel langzaam en parallel aan de assen van de geprepareerde elementen in de mond plaatsen en hier zonder druk uit te oefenen een afdruk van maken.
- ▶ Na uitharding de afdruk uit de mond nemen.

Na het nemen van de afdruk
- ▶ Nauwe beoordeling en onderzoek van de sulkus van het geprepareerde tand en omliggende tanden. Verwijder het overgebleven afdrukmateriaal uit de mond.

Hygiëne
- ▶ De afdruk in een standaard desinfectans leggen. De duur is afhankelijk van het advies van de fabrikant. Een te lange desinfectie kan de kwaliteit van de afdruk nadelig beïnvloeden.
- ▶ Na het desinfecteren de afdruk nog ca. 15 sec. onder stromend water afspoelen.

Vervaardiging van het model
- ▶ De afdruk op zijn vroegst na 30 min. met een in de handel verkrijgbaar speciaal hard gips uitgieten, er geldt geen verdere begrenzing qua tijd.
- ▶ Om een model zonder luchtbellen te krijgen, de afdruk kort voor het uitgieten met water afspoelen en drogen of een oppervlaktespanningverlagend middel voor siliconen gebruiken.
- ▶ De afdrukken kunnen worden verzilverd of verkoperd.

Reiniging
- ▶ **Garant dispenser:** niet uitgeharde pasta met een in alcohol gedrenkte doek verwijderen. De dispenser handgreep en plunger kunnen tot maximaal 135°C/275°F in de autoclaaf worden verhit, hiervoor de dispenser demonteren. Voor de desinfectie kunnen oplossingen op basis van glutaraldehyde worden gebruikt.
- ▶ **Afdruklepel:** het adhesief kan met aceton van afdruklepels worden verwijderd.

Aanwijzingen
- De zuurstofinhibitielaag bij composieten, bijv. bij vullingen of stompopbouwen, kan de uitharding van siliconen negatief beïnvloeden en moet daarom volledig worden verwijderd.
- De gevulde mengcanule tot het volgende gebruik als afsluiting op de cartridge laten zitten. Alleen al het afnemen en opzetten van een gebruikte Penta of Garant mengcanule kan ertoe leiden dat er resten pasta in het nieuwe mengsel terechtkomen, waardoor klontjes kunnen ontstaan.
- Dimension afdrukmateriaal mag niet worden gebruikt in combinatie met condensatiesiliconen. Zelfs kleine sporen kunnen het uithardingsproces al negatief beïnvloeden.
- Wegwerphandschoenen van latex belemmeren de uitharding van siliconen-afdrukmateriaal. Handschoenen van vinyl zijn hiervoor beter geschikt.
- De afdrukken mogen in geen geval in contact komen met oplosmiddel-houdende vloeistoffen. De afdruk kan gaan zwellen, waardoor een onnauwkeurig model ontstaat.

Bewaren en houdbaarheid
Het product bewaren bij temperaturen tussen 15–25°C/59–77°F.
Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum mag het product niet meer worden gebruikt.
De afdrukken bij temperaturen onder 30°C/86°F bewaren.

Consumenteninformatie
Geen enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van hetgeen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Garantie
3M Deutschland GmbH garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M Deutschland GmbH BIEDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZWIJGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het door de gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M Deutschland GmbH reparatie of vervanging van het product van 3M Deutschland GmbH.

Beperkte aansprakelijkheid
Tenzij dit is verboden door de wet, is 3M Deutschland GmbH niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of dit nu direct of indirect, speciaal, incidenteel of resulterend is, ongeacht de verklaarde theorie, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

Stand van de informatie april 2015

el ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή του προϊόντος
Το Dimension Penta H Quick είναι σιλικόνη προσθήκης παχύρρευστης και για τη συσκευή ανάμιξης Pentamix™.
Ισχύει η ακόλουθη αναλογία μίξης κατ' όγκον: 5 μέρη πάστα βάσης : 1 μέρος καταλύτη.
Κάθε αεροστεγής συσκευασία είναι φραγμένη με μία στεγανοποιητική καλύπτρα **PentaMatic**™. Η στεγανοποιητική αυτή καλύπτρα **PentaMatic** ανοίγει την αεροστεγή συσκευασία αυτόματα στην Pentamix, μόλις έχει δημιουργηθεί επαρκής πίεση με τη βοήθεια του εμβόλου.
Το Dimension Garant L Quick είναι υδρόφιλη σιλικόνη προσθήκης λεπτόρρευστης σύστασης στη φύσιγγα Garant. Ισχύει η ακόλουθη αναλογία μίξης κατ' όγκον: 1 μέρος πάστας βάσης : 1 μέρος καταλύτη.
Για λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα αναφερόμενα προϊόντα παρακαλείσθε να ανατρέξετε στις σχετικές πληροφορίες χρήσεως.
Δεν είναι όλα τα προϊόντα διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.
☞ Οι πληροφορίες χρήσεως ενός προϊόντος θα πρέπει να φυλάσσονται κατά το διάστημα της χρήσης του.

Τομείς εφαρμογής
- Αποτυπώματα παρασκευών θηκών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων
- Ορθοδοντικές αποτυπώσεις

Προστατευτικά μέτρα
Τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας της 3M μπορείτε να τα βρείτε μέσω του δικτυακού τόπου www.mmm.com ή απευθυνόμενοι στο τοπικό υποκατάστημα της 3M.

Προετοιμασία
Αποτυπωτικά δισκάρια:
Ιδιαίτερα κατάλληλα είναι τα σταθερά στην περιστροφή, αδιάτρητα μεταλλικά δισκάρια ή τα ατομικά δισκάρια από ακρυλικό. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται διάτρητα δισκάρια. Η προσθήκη σιλικόνης ή θερμοπλαστικού υλικού στο περιφερικό άκρο του δισκαρίου εξασφαλίζει την ελεγχόμενη ροή του υλικού. Κάτι τέτοιο έχει θετικό αποτέλεσμα κυρίως στα αποτυπώματα δοντιών στην περιοχή των τελευταίων πίσω γομφίων.
- ▶ Για επαρκή συγκόλληση, επαλείψτε στο δισκάριο αποτύπωσης Συγκολλητικό Υγρό Δισκαρίων VPS και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς, ο ιδανικός χρόνος στεγνώματος είναι 5–15 λεπτά.

Φύσιγγα Penta/αεροστεγής συσκευασία:
- ▶ Να γεμίζετε το Dimension Penta H Quick μόνο στην ειδικά προβλεπόμενη φύσιγγα χρώματος ανοιχτού πράσινου.
- ▶ Οι αεροστεγείς συσκευασίες με την στεγανοποιητική καλύπτρα **PentaMatic** επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο με κόκκινη ρύγχη ανάμιξης Penta™.
- ▶ Οι εκ νέου πληρούμενες φύσιγγες να προετοιμάζονται πριν το πρώτο αποτύπωμα, απορρίπτοντας περίπου 3 cm από το μήκος της δέσμης. Η πάστα θα πρέπει να εξάγεται, διατηρώντας ομοιόμορφο το χρώμα της.
- ▶ Εάν ήδη κατά την εφαρμογή της φύσιγγας έχει μονταριστεί ένας καινούργιος αναμίκτης, θα πρέπει με την έναρξη της ανάμιξης να ελέγχεται, εάν πραγματοποιείται η εμπλοκή του άξονα μετάδοσης κίνησης στον αναμίκτη.

Garant Dispenser (διανομέας)/φύσιγγα:
- ▶ Να προετοιμάζετε το Dimension Garant L Quick στο Dispenser (διανομέα) και λίγο πριν την εφαρμογή να ελέγχετε εάν τα δύο ανοίγματα της φύσιγγας είναι ελεύθερα.
- ▶ Στις φύσιγγες που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά να εξωθείτε μία μικρή ποσότητα πάστας, μέχρι να εκρέουν ομοιόμορφα η πάστα βάσης και η πάστα καταλύτη. Στη συνέχεια να εφαρμόζετε ένα καινούργιο κίτρινο ρύγχος ανάμιξης Garant™.
- ▶ Εάν παρίσταται η ανάγκη να ανοίγετε, κονταίνοντάς το με ένα νυστέρι, το άνοιγμα εκροής του κίτρινου ειδικού ρύγχους εφαρμογής Garant™.
- ▶ Εάν το επιθυμείτε, να πληρείτε μία ξεχωριστή σύριγγα ελαστομερών άμεσα από το ρύγχος ανάμιξης δίχως ειδικό ρύγχος εφαρμογής.
- ▶ Να μην εξωθείτε βίαια υλικό που έχει πήξει στο εσωτερικό του ρύγχους ανάμιξης, γιατί θα προκληθούν βλάβες στη φύσιγγα και στο ρύγχος ανάμιξης με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον στεγανά.

Απώθηση των ούλων
Οατάλληλα μέσα απώθησης των ούλων είναι π.χ. διαλύματα με βάση χλωρίδιο του υδροξειδίου του αλουμινίου ή θειικό αλουμίνιο.
- ▶ Διατηρείτε στεγνές τις περιοχές αποτύπωσης.
- ▶ Οατά την υποουλική παρασκευή των κολοβωμάτων χρησιμοποιείτε νήματα ή δακτυλίους απώθησης.
- ▶ Πριν από το αποτύπωμα αφαιρείτε συστηματικά τα κατάλοιπα του μέσου απώθησης των ούλων με ξέπλυμα με άφθονο νερό και στέγνωμα.

Δοσολογία και ανάμιξη
- ▶ Η δοσολογία και η ανάμιξη των Dimension Penta H Quick λαμβάνει χώρα αυτόματα στη συσκευή Pentamix.
- ▶ Η δοσολογία και η στατική ανάμιξη του Dimension Garant L Quick λαμβάνει χώρα στο Garant™ Dispenser (διανομέα).

Χρόνοι

	Χρόνος εργασίας από την έναρξη της ανάμιξης* min:sec	Πήξη από την έναρξη της ανάμιξης* min:sec	Διάρκεια παραμονής στο στόμα min:sec
Σύμβολα στο προϊόν			
Dimension Penta H Quick	1:30	4:00	2:30
Dimension Garant L Quick	1:30	4:00	2:30

Οι χρόνοι εργασίας ισχύουν στους 23°C/74°F. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν το συνολικό χρόνο εργασίας, οι χαμηλότερες, αντίθετα, τον αυξάνουν.
* Έναρξη της ανάμιξης = είσοδος της πάστας στο ρύγχος ανάμιξης

Αποτύπωμα
Διορθωτικό αποτύπωμα
- ▶ Να γεμίζετε το με συγκολλητικό παράγοντα προετοιμασμένο δισκάριο αποτύπωσης με Dimension Penta H Quick και να παίρνετε το αρχικό αποτύπωμα.
- ▶ Να κόβετε τις υποσκάφεις περιοχές και να δημιουργείτε μεγάλες αύλακες διαφυγής.
- ▶ Να τοποθετείτε το Dimension Garant L Quick στις αντίστοιχες θέσεις στο αρχικό αποτύπωμα και ενδεχομένως να εγχύετε υλικό στις παρασκευές.
- ▶ Να τοποθετείτε και πάλι το αρχικό αποτύπωμα στο στόμα.

Τεχνική της ταυτόχρονης διπλής μίξης
- ▶ Να τοποθετείτε τη φύσιγγα Dimension Penta H Quick στη συσκευή ανάμιξης Pentamix και να μοντάρετε έναν καινούργιο αναμίκτη. Να στρέφετε τα έμβολα τελείως προς τα κάτω με τη βοήθεια του χειροκίνητου διακόπτη.
- ▶ Να γεμίζετε το με συγκολλητικό παράγοντα προετοιμασμένο δισκάριο αποτύπωσης Dimension Penta H Quick.

Προσοχή
Στο Dimension Penta H Quick να παρακολουθείτε οπωσδήποτε κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάμιξης την είσοδο της πάστας στο ρύγχος ανάμιξης και να βεβαιώνεστε ότι εισέρχονται πάστα βάσης χρώματος ανοιχτού πράσινου καθώς και πάστα καταλύτη χρώματος βαθύ πράσινου στον αναμίκτη.

- ▶ Κατά τη διάρκεια πλήρωσης του δισκαρίου από μέρους του βοηθού μπορεί ο θεράπων να ξεκινάει με την έγχυση του υλικού στην παρασκευή. **Ανάλογα με τον αριθμό των παρασκευών να επιλέγετε τη στιγμή έναρξης της έγχυσης έτσι, ώστε η πλήρωση του δισκαρίου και η έγχυση να ολοκληρώνονται ταυτόχρονα.**
  - – Σε περίπτωση πρόωρης εισαγωγής του υλικού έγχυσης στο υψηλότερης θερμοκρασίας στόμα πήζει ταχύτερα από το υλικό του δισκαρίου. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε παραμορφώσεις του αποτυπώματος.
  - – Κατά την εφαρμογή θα πρέπει η κορυφή του ρύγχους εφαρμογής να παραμένει πάντοτε βυθισμένη στο υλικό, για να αποτρέπεται ο εγκλωβισμός αέρα.
- ▶ Να τοποθετείτε το πλήρες δισκάριο προσεκτικά στο στόμα και σε θέση παράλληλη προς τους άξονες των παρασκευασμένων δοντιών και να πέρνετε αποτύπωμα χωρίς να ασκείτε πίεση.
- ▶ Μετά το πέρας του χρόνου πήξης να απομακρύνετε το αποτύπωμα από το στόμα.

Μετά από τη λήψη αποτυπωμάτων
- ▶ Επιμελής εξέταση και έρευνα της αύλακος του προπαρασκευασμένου δοντιού και της περιβαλλόμενης οδοντοφυΐας. Απομάκρυνση της περίσσειας από τη λήψη του αποτυπώματος από το στόμα.

Υγιεινή
- ▶ Να εμβυθίζετε το αποτύπωμα σε ένα συγκεκριμένο απολυμαντικό διάλυμα. Η διάρκεια εμβύθισης πρέπει να ανταποκρίνεται στις οδηγίες του κατασκευαστή. Η υπερβολικά μεγάλη διάρκεια απολύμανσης μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση βλάβης στο αποτύπωμα.
- ▶ Μετά την απολύμανση να ξεπλένετε το αποτύπωμα για διάστημα περίπου 15 δευτερολέπτων σε τρεχούμενο νερό.

Παρασκευή εκμαγείων
- ▶ Να ρίχνετε το αποτύπωμα το νωρίτερο μετά από 30 λεπτά με έναν υπέρσκληρο γύψο του εμπορίου, δεν υφίσταται περαιτέρω χρονικός περιορισμός.
- ▶ Για να προκύπτει ένα εκμαγείο άνευ φυσσαλίδων πρέπει να εκπλύνετε με νερό και να στεγνώνετε το αποτύπωμα λίγο πριν την έκχυση ή να χρησιμοποιείτε ένα μέσο απελευθέρωσης των τάσεων από σιλικόνη.
- ▶ Τα αποτυπώματα μπορούν να επαργυρώνονται ή να επιχαλκώνονται.

Καθαρισμός
- ▶ **Διανομέας Garant:** αφαιρείστε τη ρευστή πάστα με ένα πανί εμποτισμένο με οινόπνευμα. Η χειρολαβή του διανομέα και το βάκτρο εμβόλου έμβολο μπορούν να κλιβανιστούν σε αυτόκαυστο σε μέγιστη θερμοκρασία 135°C/275°F. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η αποσυναρμολόγηση του διανομέα, πριν από το κλιβανισμό. Για την απολύμανση μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαλύματα με βάση τη γλουταραλδεΰδη.
- ▶ **Δισκάριο αποτυπωμάτων:** η συγκολλητική ουσία αφαιρείται από το δισκάριο αποτυπωμάτων με ακετόνη.

Επισημάνσεις
- Το στρώμα αναστολής του πολυμερισμού από οξυγόνο των υλικών σύνθετης ρητίνης, όπως π.χ. σε εμφράξεις ή ανασυστάσεις, μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην πήξη σιλικονών και θα έπρεπε γι' αυτόν το λόγο να απομακρύνεται πλήρως.
- Να αφήνετε το γεμάτο ρύγχος ανάμιξης μέχρι την επόμενη χρήση ως πώμα στη φύσιγγα. Η απλή απομάκρυνση και η επανατοποθέτηση ενός μεταχειρισμένου Penta ή Garant ρύγχους ανάμιξης μπορεί να οδηγήσει στη μεταφορά πάστας και έτσι στη δημιουργία σφαιριδίων.
- Αποτυπωτικά υλικά Dimension δεν επιτρέπεται να συνδυάζονται με σιλικόνες συμπύκνωσης. Ήδη ελάχιστα ίχνη επηρεάζουν τη διαδικασία πήξης.
- Γάντια μίας χρήσεως από latex επιδρούν αρνητικά στην πήξη αποτυπωτικών υλικών από σιλικόνη. Πιο κατάλληλα είναι τα γάντια από βινύλιο.
- Τα αποτυπώματα δε πρέπει σε καμία περίπτωση να έρχονται σε επαφή με υγρά που περιέχουν διαλυτικά μέσα. Συνέπεια αυτού θα μπορούσε να είναι η διαστολή και η ανακρίβεια της μορφής των εκμαγείων.

Αποθήκευση και λήξη
Το προϊόν να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 15–25°C/59–77°F.
Να μη χρησιμοποιείται μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης.
Τα αποτυπώματα να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία κάτω των 30°C/86°F.

Πληροφόρηση πελατών
Κανένας δεν έχει άδεια να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρεκκλίνουν από τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο οδηγιών.

Εγγύηση
Η 3M Deutschland GmbH εγγυάται ότι το παρόν προϊόν δεν έχει ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Η 3M Deutschland GmbH ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της καταλληλότητας του προϊόντος και για την εφαρμογή του. Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν αυτό είναι ελαττωματικό εντός της περιόδου της εγγύησης, η αποκλειστική σας αποκατάσταση και μοναδική υποχρέωση της 3M Deutschland GmbH θα είναι η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος 3M Deutschland GmbH.

Περιορισμός ευθύνης
Εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από το νόμο, η 3M Deutschland GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκύπτει από το παρόν προϊόν, είτε αυτή είναι άμεση, έμμεση, ειδική, τυχαία ή συνεπαγόμενη, ανεξάρτητα από τη διεκδικούμενη υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, του συμβολαίου, της αμέλειας ή αντικειμενικής ευθύνης.

Κατάσταση πληροφοριών Απρίλιος 2015

sv SVENSKA

Produktbeskrivning
Dimension Penta H Quick är ett additionsvärbindande silikonmaterial av trögflytande konsistens för blandaren Pentamix™. Blandningsförhållandet uppgår i volymhänseende till 5 delar baspasta : 1 del katalysator.
Varje slangpåse är försluten med en **PentaMatic**™-skyddshätta. Denna öppnar slangpåsen automatiskt i Pentamix, så snart kolven har alstrat tillräckligt med tryck.
Dimension Garant L Quick är ett additionsvärbindande, hydrofilt silikonmaterial av lättflytande konsistens i Garant-materialbehållaren. Blandningsförhållandet uppgår i volymhänseende till 1 del baspasta : 1 del katalysator.
Var god se respektive bruksanvisning för detaljer om alla nämnda produkter.
Inte alla produkter kan levereras i alla länder.
☞ Bruksanvisningen skall sparas så länge produkten används.

Användningsområden
- Avtryckning av kron-, bro-, inlay- och onlaypreparationer
- Ortodontiska avtryck

Försiktighetsåtgärder
Det går att hämta säkerhetsdatablad från 3M på www.mmm.com eller genom att kontakta din lokala filial.

Förberedelser
Avtrycksked:
Torsionsstyva operforerade metallskedar eller individuella plastskedar är särskilt lämpliga. Även perforerade skedar kan användas. Distala avdämningar med silikon eller termoplastiskt material leder till ett kontrollerat flöde. Detta resulterar i bättre resultat särskilt vid avtryck inom det bakre molar-området.
- ▶ Applicera VPS skedadhesiv på avtrycksskeden och låt det torka helt, 5–15 minuters torktid är idealisk, för att få till stånd en tillräcklig vidhäftning.

Penta patron/slangpåse:
- ▶ Dimension Penta H Quick får endast fyllas i den härför avsedda ljusgröna patronen.
- ▶ Slangpåsar med **PentaMatic**-skyddshätta får endast användas tillsammans med röda Penta™-blandningskanyler.
- ▶ Se till att nypåfyllda materialbehållare är klara för användning genom att trycka ut och kasta bort en ca 3 cm lång sträng före första avtrycket. Den utryckta pastans färg måste vara homogen.
- ▶ Har en ny blandare redan monterats när materialbehållaren läggs i, måste det vid blandningsstart kontrolleras att drivaxeln griper tag i blandaren.

Garant-dispenser/materialbehållare:
- ▶ Lägg Dimension Garant L Quick tillrätta i dispensern och kontrollera strax före appliceringen att de båda behållaröppningarna inte är tilltäppta.
- ▶ Vid behållare som används för första gången, skall en mindre mängd pasta tryckas ut tills bas- och katalysatorpasta kommer ut likformigt. Därefter skall en ny gul Garant™-blandningskanyl sättas på.
- ▶ Om nödvändigt, förstora utloppsöppningen på den gula Garant™-applikatorn genom att korta det med en skalpell.
- ▶ Om så önskas, kan en separat Elastomerspruta fyllas på direkt ur blandningsspetsen utan appliceringsmunstycke.
- ▶ Pressa inte ut kvarvarande materialrester i blandningsspetsen med våld, eftersom detta kan leda till skador på materialbehållaren och blandningsspetsen med otäthet som följd.

Retraktion
Lämpliga retraktionsmedel är t. ex. lösningar baserade på aluminiumhydroxidklorid eller aluminiumsulfat.
- ▶ De partier fran vilka avtryck skall tagas hålls torra.
- ▶ Vid subgingivala preparationer används vid behov trådar eller ringar.
- ▶ Före avtryckstagningen avlägsnas resterna av retraktionsmedlet noggrant genom spolning och torkning.

Dosering och blandning
- ▶ Dimension Penta H Quick doseras och blandas automatiskt i Pentamix.
- ▶ Dimension Garant L Quick doseras samt blandas statiskt i Garant™-dispensern.

Tider

	Bearbetningstid från blandningsstart* min:sek	Stelningstid från blandningsstart* min:sek	In situ-tid i munnen min:sek
Symboler på produkten			
Dimension Penta H Quick	1:30	4:00	2:30
Dimension Garant L Quick	1:30	4:00	2:30

Bearbetningstiderna gäller vid 23 °C/74 °F. Högre temperaturer avkortar, lägre temperatur förlänger den totala bearbetningstiden.
* Blandningsstart = Pastan tränger in i blandningsspetsen

Avtryckstagning
Korrekturavtryckstagning
- ▶ Fyll den med adhesiv förberedda avtryckskeden med Dimension Penta H Quick och ta det primära avtrycket.
- ▶ Rengör det primära avtrycket noggrant samt torka av det. Skär bort områden med underskär samt gör väl tilltagna utloppskanaler.
- ▶ Tillför Dimension Garant L Quick på de motsvarande ställena i det primära avtrycket, spruta runt preparationerna vid behov.
- ▶ Placera det primära avtrycket i munnen på nytt.

Dubbelblandningsteknik
- ▶ Lägg in Dimension Penta H Quick-materialbehållaren i Pentamix-apparaten och montera en ny blandare. Vrid ned kolvarna helt med hjälp av handhjulet.
- ▶ Fyll den med adhesiv förberedda avtryckskeden med Dimension Penta H Quick.

Obs!
När Dimension Penta H Quick skall börja blandas skall under alla omständigheter iakttas hur pastan tränger in i blandningsspetsen samt säkerställas att ljusgrön baspasta och mörkgrön katalysator-pasta strömmar in i blandaren.

- ▶ Medan assistenten fyller på skeden, kan tandläkaren börja med att spruta runt preparationerna. **Beroende på antalet kaviteter skall detta påbörjas så att kringsprutningen och fyllandet av skeden avslutas samtidigt.**
  - – Vid för tidig kontakt med den högre munttemperaturen stelnar sprutmaterialet snabbare än skedmaterialet. Härigenom kan spänningar uppstå i avtrycket.
  - – Vid appliceringen bör appliceringsmunstyckets spruta alltid vara nedtryckt i massan för att undvika att luft tränger in.
- ▶ Positionera den fyllda skeden sakta och utan tryck parallellt med de preparerade tändernas tandaxlar i munnen.
- ▶ Efter stelningstidens slut avlägsnas avtrycket ur munnen.

Efter avtryckstagningen
- ▶ Kontrollera området noggrant runt den preparerade tanden. Avlägsna överblivet härdat avtrycksmaterial ur munnen.

Hygien
- ▶ Avtrycket läggs i en standard-desinfektionslösning. Tiden för desinfektion enl. tillverkarens anvisningar. En alltför lång desinfektion kan medföra skador på avtrycket.
- ▶ Efter desinfektionen spolas avtrycket i ca 15 sek under rinnande vatten.

Modellframställning
- ▶ Först efter 30 min slås avtrycket ut med ett vanligt förekommande special-hårdgips. Ytterligare tidbegränsningar föreligger inte.
- ▶ För att få en blåsfri modell, skölj av avtrycket med vatten och torka av det strax före gjutningen eller använd ett silikon-ytspänningsnedsättande medel.
- ▶ Avtrycken kan försilvras eller förkoppras.

Rengöring
- ▶ **Garant-dispenser:** Avlägsna avtrycksmaterial som ej stelnat med en alkoholindränkt lapp. Avtryckspistolens handtag och kolvstång kan efter demontering autoklaveras vid upp till 135 °C/275 °F. För desinfektion kan användas glutaraldehydbaserade lösningar.
- ▶ **Avtrycksked:** Adhesivet kan avlägsnas från avtrycksskedarna med aceton.

Anvisningar
- Syreinhibitionsskiktet i kompositmaterial, t.ex. vid fyllningar eller pelarpåbyggnader, kan ha negativ inverkan på silikonets stelning och bör därför avlägsnas helt.
- Låt den fyllda blandningsspetsen sitta kvar som kapsyl på patronen till nästa användning. Enbart att ta av och därefter sätta på en förbrukad Penta- eller Garant-blandningsspets kan göra pastan trög och proppar kan bildas.
- Dimension-avtrycksmassor får inte kombineras med kondensations-tvärbindande silikonmaterial. Redan mindre spår påverkar stelningsprocessen negativt.
- Latex-engångshandskar hindrar silikon-avtryckningsmaterial från att stelna. Vinylhandskar är lämpligare.
- Avtrycket skall under inga omständigheter komma i kontakt med lösnings-medelhaltiga vätskor. Följden kan bli att avtrycken sväller, varvid modellerna blir oprecisa.

Lagerhållning och hållbarhet
Produkten skall lagras vid temperatur från 15–25 °C/59–77 °F.
Produkten skall inte användas efter sista förbrukningsdagen.
Förvara avtryck mörkt vid temperatur under 30 °C/86 °F.

Kundinformation
Ingen har tillåtelse att lämna ut någon information som avviker från den information som ges i detta instruktionsblad.

Garanti
3M Deutschland GmbH garanterar att denna produkt är fri från material och tillverkningsdefekter. 3M Deutschland GmbH UTFÄSTER INGA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE. Användaren är ansvarig för att avgöra produktens lämplighet i en specifik applikation. Om denna produkt visas vara defekt inom garantitiden är kundens enda krav och 3M Deutschland GmbHs enda åtagande att reparera eller byta ut produkten.

Ansvarsbegränsning
I annat fall än då lag så föreskriver är 3M Deutschland GmbH inte ansvarig för förlust eller skada som orsakas av denna produkt, oavsett direkt, indirekt, speciell, oavsiktlig eller som konsekvens, oavsett av bedyrad teori, inklusive garanti, kontrakt, försumlighet eller direkt ansvar.

Informationen gäller från april 2015

fi SUOMI

Tuoteseloste
Dimension Penta H Quick on raskasjuoksuinen konsistenssinen additiohaarautuva silikoni Pentamix™-sekoitinta varten. Seossuhde on tilavuuden mukaan: 5 peruspasta : 1 katalysaattori.
Jokainen foliopakkaus on suljettu **PentaMatic**™-tulpalla. Tämä **PentaMatic**-tulppa avaa foliopakkauksen Pentamixissä automaattisesti heti, kun mäntä on muodostanut tarpeeksi painetta.
Dimension Garant L Quick on additiohaarautuva, konsistenssiltaan helppojuoksuinen hydrofiilinen silikoni Garant-patruunassa. Seossuhde on tilavuuden mukaan: 1 peruspasta : 1 katalysaattori.
Katso kaikkien mainittujen tuotteiden yksityiskohdat vastaavista käyttöohjeista.
Kaikkia tuotteita ei ole saatavilla joka maassa.
☞ Tuotteen käyttöohjetta tulee säilyttää koko käytön ajan.

Käyttöalueet
- Kruunu-, silta-, inlay- ja onlay-preparaatioiden jäljennökset
- Ortodonttiset jäljennökset

Varotoimenpiteet
3M käyttöturvatiedotteet (KTT) saa osoitteesta www.mmm.com tai Suomen tytäryrityksestä.

Esivalmistelut
Jäljennöslusikka
Erittäin sopivia ovat taipumattomat, rei'ittämättömät metallilusikat tai muoviset yksilölliset lusikat. Rei'itettyjäkin lusikoita voidaan käyttää. Jäljennöslusikan distaalinen suojaus silikonilla tai termoplastisella materiaalilla saa aikaan aineen kontrolloidun virtauksen. Tämä vaikuttaa myönteisesti hampaiden jäljennöksessä, erityisesti takimmaisten molaarien alueella.
- ▶ Riittävää kiinnitystä varten levitä VPS-lusikkaliimaa lusikkaan tasaisesti ohut kerros ja anna sen kuivua täydellisesti. Ihanteellinen kuivumisaika on 5–15 minuuttia.

Penta patruuna/foliopakkaus:
- ▶ Täytä Dimension Penta H Quick ainoastaan sille tarkoitettuun vaaleanvihreään patruunaan.
- ▶ Foliopakkauksia **PentaMatic**-tulpalla saa käyttää ainoastaan yhdessä punaisten Penta™-sekoituskanyylien kanssa.
- ▶ Tee uudelleentäytetyt patruunat käyttövalmiiksi poistamalla ennen ensimmäistä jäljennöstä pastaa n. 3 cm verran. Pastan on syötettävä tasavärisenä.
- ▶ Mikäli patruunaa paikoilleensijoittaessa uusi sekoitin on jo asennettu, tulee ennen sekoittamisen aloittamista tarkistaa, että käyttöakseli on hammaskosketuksessa sekoittimeen.

Garant-annostelija/patruuna:
- ▶ Pane Dimension Garant L Quick valmiiksi annostelijaan. Tarkista vähän ennen applikaatiota, että molemmat patruunaaukot ovat vapaat tukkeumilta.
- ▶ Ensimmäistä kertaa käytettävissä patruunoissa on painettava pieni määrä pastaa ulos kunnes perus- ja katalysaattoripastat virtaavat tasaisesti. Aseta lopuksi paikoilleen uusi Garant™ sekoituskanyyli, keltainen.
- ▶ Laajenna tarvittaessa Garant™ applikaatiosuuttimen, keltainen, poistoaukkoa lyhentämällä sitä leikkausveitsen avulla.
- ▶ Mikäli toivottua, täytä erillinen Elastomeeri-ruisku suoraan sekoituskanyylistä ilman applikaatiosuutinta.
- ▶ Älä purista ulos sekoituskanyyliissä sitoutunutta ainetta väkisin, sillä seurauksena voisi olla patruunan ja sekoituskanyylin vioittuminen ja siitä johtuvat epätiiviydet.

Retraktio
Ientaskun laajentamiseen soveltuvia aineita ovat alumiinihydroksidikloridi-, tai alumiinisulfaattipohjaiset liuokset.
- ▶ Jäljennettävät alueet pidetään kuivina.
- ▶ Subgingivaalipreparaatioissa käytetään tarvittaessa ientaskulankoja tai -renkaita.
- ▶ Ienretraktioaineen jäänteet huuhdellaan ja alue kuivataan huolellisesti ennen jäljentämistä.

Annostus ja sekoitus
- ▶ Dimension Penta H Quick annostellaan ja sekoitetaan Pentamix:ssä automaattisesti.
- ▶ Dimension Garant L Quick annostellaan ja sekoitetaan staattisesti Garant™-annostelijassa.

Ajat

	Työstö sekoituksen alusta lähtien* min:sek	Sitominen sekoituksen alusta lähtien* min:sek	Viipymäaika suussa min:sek
Tuotteen päällä olevat symbolit			
Dimension Penta H Quick	1:30	4:00	2:30
Dimension Garant L Quick	1:30	4:00	2:30

Työstöajat koskevat 23 °C/74 °F:n lämpötilaa. Korkeammat lämpötilat lyhentävät, alhaisemmat pidentävät kokonaistyöstöaikaa.
* Sekoituksen alku = pastan tulo sekoituskanyyliihin

Jäljennös
Korrehtuurijäljennös
- ▶ Täytä liima-aineella esivalmisteltu jäljennöslusikka Dimension Penta H Quickillä ja ota esijäljennös. Puhdista ja kuivaa esijäljennös huolellisesti. Leikkaa pois allemenot ja tee suuripiirteisiä poistokanavia.
- ▶ Pane Dimension Garant L Quickiä esijäljennöksen vastaaviin kohtiin, tarvittaessa ruiskuta preparaatiot.
- ▶ Aseta esijäljennös jälleen suuhun.

Kaksoissekoitustekniikka
- ▶ Aseta Pentamix-laitteeseen Dimension Penta H Quick-patruuna ja asenna uusi sekoitin. Väännä männät aivan alas käsipyörän avulla.
- ▶ Täytä liima-aineella esivalmisteltu jäljennöslusikka Dimension Penta H Quickillä.

Huomio!
Valvo ehdottomasti Dimension Penta H Quick:ssä sekoituksen alussa pastantuloa sekoituskanyyliihin ja varmista, että vaaleanvihreä peruspasta ja tummanvihreä katalysaattoripasta virtaavat sekoittimeen.

- ▶ Sillä aikaa, kun assistentti täyttää lusikkaa, voi hammaslääkäri jo aloittaa preparaation ruiskuttamisen. **Ruiskutuksen alkaminen on valittava aina kaviteettien lukumäärän mukaan siten, että lusikantäyttö ja ruiskuttaminen päättyy samanaikaisesti.**
  - – Ruiskutusmateriaalin liian varhainen tuominen korkeampaan suunlämpötilaan saa aikaan nopeamman sitomisen, kuin lusikkamateriaalilla. Tästä voi olla seurauksena jäljennöksen vääntymät.
  - – Applikaatiossa tulee applikaatiosuuttimen pään olla aina massan sisällä, ilmakuplien välttämiseksi.
- ▶ Aseta täytetty lusikka suuhun hitaasti preparoitujen hampaiden hammasakseleiden kanssa samansuuntaisesti ja jäljennä tilanne painamatta.
- ▶ Ota jäljennös suusta sitomisajan päätyttyä.

Jäljennöksen oton jälkeen
- ▶ Tarkista huolellisesti hampaiden preparointirajat ja niiden viereiset hampaat. Poista kaikki kovettunut jäljennösmateriaali suusta.

Hygienia
- ▶ Aseta jäljennös standardi-desinfiointiliuokseen. Kestoaika riippuu valmistajan antamista ohjeista. Liian pitkä desinfiointiaika voi johtaa jäljennöksen vioittumiseen.
- ▶ Huuhdo jäljennöstä desinfioinnin jälkeen n. 15 sek ajan juoksevan veden alla.

Mallinvalmistus
- ▶ Valaa jäljennös aikaisintaan 30 min kuluttua jollakin yleisesti saatavalla erikoiskovakipsillä, muita aikarajoituksia ei ole.
- ▶ Huuhdo jäljennös vähän ennen valua vedellä ja kuivaa se kuplattoman mallin saamiseksi, tai käytä silikoni-jännitysteipoistoainetta.
- ▶ Jäljennökset voidaan hopeoida tai kuparoida.

Puhdistus
- ▶ **Garant -annostelija:** Poista kovettumaton pasta alkoholiin kostutetulla pyyhkeellä. Pura annostelija ja autoklavoi annostelijan kahva ja mäntä 135°C/275°F lämpötilassa. Desinfioinnin voidaan käyttää glutaraldehydi-pohjaisia liuotimia.
- ▶ **Jäljennöslusikka:** Liima voidaan poistaa jäljennöslusikasta asetonilla.

Ohjeet
- Yhdistelmämuovimateriaalien happi-inhibitiokerros, esim. paikoissa tai juurenpään suojauksissa voi rajoittaa silikonien sitomista ja pitäisi siksi poistaa täydellisesti.
- Jätä täytetty seoskanyyli seuraavaan käyttöön saakka patruunantulpaksi. Jo pelkkä käytetyn Penta- tai Garant-seoskanyylin poistaminen ja jälleen paikalleenasettaminen voi johtaa pastan kulkeutumiseen ja siten tukkeuman muodostumiseen.
- Dimension-jäljennösmassaa ei saa yhdistää kondensaatiohaarautuvien silikonien kanssa. Jo pienet hiukkaset haittaavat sitomistapahtumaa.
- Latex-kertakäyttökäsineet estävät silikoni-jäljennösmateriaalien sitoutumiskykyä. Paremmin soveltuvat vinyylikäsineet.
- Jäljennökset eivät saa missään tapauksessa päästä kosketukseen liuotinpitoisten nesteiden kanssa. Turpoaminen ja epätarkat mallit voivat olla seurauksena.

Varastointi ja säilyvyys
Tuote säilytetään 15–25 °C/59–77 °F lämpötilassa.
Älä käytä tuotetta enää säilyvyyspäivämäärän erääntyttyä.
Jäljennöksiä on säilytettävä alle 30 °C/86 °F lämpötilassa.

Asiakastietoa
Kenelläkään ei ole oikeutta muuttaa näissä ohjeissa annettuja tietoja.

Takuu
3M Deutschland GmbH sitoutuu vaihtamaan viallisiksi osoitetut tuotteensa uusiin. 3M Deutschland GmbH EI VASTAA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI SEURAAVAT TÄSSÄ MAINITUN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ. Käyttäjän tulee arvioida ennen tuotteen käyttöönottoa sen soveltuvuus käyttötarkoitukseensa, ja hän on itse vastuussa kaikista tuotteen käyttöön liittyvistä riskeistä. Jos tuotteessa ilmenee vikaa takuuaikana, 3M Deutschland GmbH sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan vialliseksi osoitetut tuotteensa uusiin.

Vastuunrajoitus
3M Deutschland GmbH ei vastaa menetyksistä tai vahingoista, jotka suoraan tai välillisesti seuraavat tässä mainitun tuotteen käytöstä tai väärinkäytöstä. Käyttäjän tulee arvioida ennen tuotteen käyttöönottoa sen soveltuvuus käyttötarkoitukseensa, ja hän on itse vastuussa kaikista tuotteen käyttöön liittyvistä riskeistä.

Tietojen antoaika huhtikuu 2015

da DANSK

Produktbeskrivelse
Dimension Penta H Quick er en A-silikone af tyktflydende konsistens til blandeapparat Pentamix™. Blandingsforholdet udtrykt i volumenenheder er 5 dele basispasta : 1 del katalysator.
Hver rørfoliepose er lukket med en **PentaMatic**™-prop. Denne **PentaMatic**-prop åbner automatisk rørfolieposen i Pentamix, så snart der med stemplet er opbygget et tilstrækkeligt stort tryk.
Dimension Garant L Quick er en A-hydrofil silikone af letflydende konsistens i Garant patron. Blandingsforholdet udtrykt i volumenenheder er 1 del basispasta : 1 del katalysator.
Detaljer vedrørende alle efterfølgende produkter, fremgår af den pågældende brugsanvisning.
Ikke alle produkter kan fås i alle lande.
☞ Brugsanvisningen til et produkt skal gemmes, så længe produktet anvendes.

Anvendelsesområder
- Aftryk af krone-, bro-, inlay-, og onlaypræparationer
- Kæbeortopædiske aftryk

Forholdsregler
3M leverandørbrugsanvisninger kan rekvireres over www.mmm.com eller ved henvendelse til den lokale afdeling.

Forberedelse
Aftryksskeer:
Der kan benyttes vridningsstive ikke-perforerede metalskeer eller individuelle skeer af kunststof. Perforerede skeer kan ligeledes benyttes. En distal inddæmning af aftryksskeen med en silikone eller et termoplastisk materiale medfører en kontrolleret strømningsadfærd. Dette er især fordelagtigt, når der tages aftryk af tænder i det bageste molarområde.
- ▶ For at opnå en tilstrækkelig binding, påføres A-silikone skeadhæsiv på skeen. Det skal tørre fuldstændigt, ideel tørretid er 5–15 min.

Penta patron/rørfoliepose:
- ▶ Dimension Penta H Quick må kun fyldes i den dertil beregnede lysegrønne patron.
- ▶ Rørfolieposer med **PentaMatic**-prop må kun anvendes sammen med Penta™ blandekanyler, rød.
- ▶ Patroner med ny påfyldning skal gøres klar til brug ved at kassere de første ca. 3 cm pastastreng, før det første aftryk tages. Pastaen skal doseres i en ensartet farve.
- ▶ Hvis der ved indsætning af patronen allerede er monteret en ny blander, skal det ved blandeprocessens start kontrolleres, at drivakslen når ind i blanderen.

Garant dispenser/patron:
- ▶ Forbered Dimension Garant L Quick i dispenseren, og kontrollér kort før applikation, at begge patronåbninger er fri for tilstopning.
- ▶ Hvis patronen benyttes for første gang, skal der trykkes en smule pasta ud, indtil der flyder ensartet basis- og katalysatorpasta ud. Påsæt derefter en ny Garant™ blandekanyle Gul.
- ▶ Udløbsåbningen på Garant™ applikationsdysen Gul kan efter behov gøres større ved at forkorte den med en skalpel.
- ▶ Hvis det ønskes, kan en separat Elastomer-sprøjte fyldes direkte fra blandekanylen uden applikationsdyse.
- ▶ Afbundet materiale i blandekanylen må ikke presses ud med vold, da dette ville medføre beskadigelse af patron og blandekanyle.

Retraktion
Egnede retraktionsmidler er fx opløsninger på basis af aluminiumhydroxidchlorid eller aluminiumsulfat.
- ▶ De områder, der skal tages aftryk af, skal holdes tørre.
- ▶ Benyt evt. tråde eller ringe ved subgingivale præparationer.
- ▶ Fjern omhyggeligt rester af retraktionsmidlet ved at skylle og tørre, før der tages aftryk.

Dosering og blanding
- ▶ Dimension Penta H Quick doseres og blandes automatisk i Pentamix.
- ▶ Dimension Garant L Quick doseres og blandes statisk i Garant™ dispenseren.

Tider

	Forarbejdning fra blandestart* min:sek	Afbinding fra blandestart* min:sek	Opholdstid i munden min:sek
Symboler på produktet			
Dimension Penta H Quick	1:30	4:00	2:30
Dimension Garant L Quick	1:30	4:00	2:30

Forarbejdningstiderne gælder ved 23 °C/74 °F. Ved højere temperaturer forkortes og ved lavere temperaturer forlænges den samlede arbejdstid.
* Blandestart = pastaens indførelse i cla-dekanylen

Aftryk
Korrekturaftryk
- ▶ Aftryksskeen, som er forberedt med adhæsiv, fyldes med Dimension Penta H Quick, og der tages foraftryk.
- ▶ Foraftrykket rengøres grundigt og tørres. Skær underskårne områder ud, og anbring rigeligt med aftrækskanaler.
- ▶ Før Dimension Garant L Quick ind i foraftrykket på de pågældende steder, og injicér evt. materialet omkring præparationerne.
- ▶ Placér foraftrykket i munden igen.

Dobbeltblandeteknik
- ▶ Indsæt Dimension Penta H Quick patronen i Pentamix-blandeapparatet, og montér en ny blander. Drej stemplerne helt ned ved hjælp af håndsvinget.
- ▶ Aftryksskeen, som er forberedt med adhæsiv, fyldes med Dimension Penta H Quick.

Bemærk
Ved Dimension Penta H Quick skal man ved blandeprocessens start altid holde øje med den pasta, der kommer ind i blandekanylen, og kontrollere, at der strømmer lysegrøn basispasta og mørkegrøn katalysatorpasta ind i blanderen.

- ▶ Mens en assistent fylder skeen, kan behandleren begynde at besprøjte præparationerne. **Alt efter antallet af kaviteter skal tidspunktet for appliceringens begyndelse vælges således, at applicering og fyldning af ske afsluttes samtidig.**
  - – Hvis sprøjtemateriale for tidligt føres ind i den højere mundtemperatur, vil det afbinde hurtigere end skematerialet. Herved kan der opstå distorsion af aftrykket.
  - – Under applikationen bør applikationsdysens spids altid være neddyppet i materialet for at undgå indkorporering af luft.
- ▶ Den fyldte ske positioneres langsomt og parallelt med de præparerede tænders tandakser, og der tages trykløst aftryk af situationen.
- ▶ Når afbindingstiden er udløbet, tages aftrykket ud af munden.

Efter aftrykstagning
- ▶ Undersøg omhyggeligt pochen på den præparerede tand og nabotænderne. Fjern eventuelle rester af aftryksmateriale fra munden.

Hygiejne
- ▶ Læg aftrykket i en standarddesinfektionsopløsning. Tiden vælges ud fra producentens oplysninger. En for lang desinfektion kan medføre, at aftrykket beskadiges.
- ▶ Efter desinfektionen skylles aftrykket under rindende vand i ca. 15 sek.

Modelfremstilling
- ▶ Tidligst efter 30 min – den eneste tidsmæssige begrænsning – udstøbes aftrykket med en gængs specialhårdgips.
- ▶ For at opnå en blærefri model skylles aftrykket kort for udstøbning med vand og tørres, eller der benyttes et silikoneafspændingsmiddel.
- ▶ Aftrykkene kan forsølves eller forkobres.

Rengøring
- ▶ **Garant aftrykspistol:** Materiale, der ikke er størknet, fjernes med en klud dyppet i alkohol. Håndtaget og stemplet kan autoklaveres ved højst 135 °C/275 °F. Pistolen skal skilles ad inden autoklavering. Der kan anvendes opløsninger på glutaraldehydbasis til desinficering.
- ▶ **Aftryksskeer:** Adhæsivet kan fjernes fra aftryksskeerne med acetone.

Bemærkninger
- Et kompositmateriales iltinhibitionslag, f. eks. ved fyldninger eller opbygninger, kan have en negativ indflydelse på silikonens afbinding, og laget skal derfor fjernes helt.
- Lad den fyldte blandekanyle blive siddende som lukkemekanisme på patronen, indtil den igen skal bruges. Hvis en brugt Penta eller Garant blandekanyle tages af og sættes på igen, kan der forekomme pastaoverførsel og deraf forårsaget propdannelse.
- Dimension aftryksmaterialer må ikke kombineres med K-silikoner. Selv meget små mængder virker hæmmende på afbindingen.
- Engangshandsker af latex hæmmer afbinding af silikoneaftryksmaterialer. Vinylhandsker er mere velegnede.
- Aftrykkene må aldrig komme i kontakt med væsker, der indeholder opløsningsmiddel. Dette kan medføre kvældning og upræcise modeller.

Opbevaring og holdbarhed
Produktet skal opbevares ved 15–25 °C/59–77 °F.
Når holdbarhedsdatoen er overskredet, må produktet ikke længere anvendes.
Aftrykkene skal opbevares mørkt ved temperatur under 30 °C/86 °F.

Kundeinformation
Ingen personer er autoriseret til at give information som afviger fra den angivne information i denne brugsvejledning.

Garanti
3M Deutschland GmbH garanterer, at dette produkt er uden defekter i materiale og fremstilling. 3M Deutschland GmbH GIVER INGEN ANDRE GARANTIER, HERUNDER EVENTUELT UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER GARANTI OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Det er brugerens ansvar at fastslå produktets egnethed til brugerens anvendelse. Hvis dette produkt er fejlbehæftet inden for garantiperioden, skal Deres eneste retsmiddel og 3M Deutschland GmbH's eneste forpligtelse være reparation eller udskiftning af 3M Deutschland GmbH produktet.

Begrænsning af ansvar
Undtagen hvor det er forbudt ved lov, skal 3M Deutschland GmbH ikke være ansvarlig for noget tab eller nogen skade opstået som følge af dette produkt, uanset om dette tab eller denne skade er direkte, indirekte, speciel, tilfældig eller konsekvensmæssig, uanset hvilken teori der påberåbes, herunder garanti, kontrakt, forsømmelse eller objektivt ansvar.

Informationen ajourført april 2015

no NORSK

Produktbeskrivelse
Dimension Penta H Quick er et addisjonspolymeriserende silikon av tyktflytende konsistens for blandeapparatet Pentamix™. Blandingsforholdet etter mengde er 5 : 1 basispasta : katalysator.
Hver foliepose er lukket med en **PentaMatic**™-hette. Når folieposen er lagt inn i Pentamix-apparatet, åpnes den automatisk av **PentaMatic**-hetten så snart stemplet har bygget opp tilstrekkelig trykk.
Dimension Garant L Quick er et addisjonspolymeriserende, hydrofilt silikon av tyntflytende konsistens i Garant-kartusjen. Blandingsforholdet etter mengde er 1 : 1 basispasta : katalysator.
For detaljer vedrørende alle nedenfor nevnte produkter, se de enkelte bruks-anvisningene.
Ikke alle produkter fås i alle land.
☞ Bruksanvisningen for produktet skal oppbevares så lenge det er i bruk.

Indikasjonsområder
- Avtrykk av krone-, bro, inlay- og onlaypreparringer.
- Kjeveortopediske avtrykk

Forholdsregler
3M HMS datablad kan fås under www.mmm.com eller ved å kontakte din lokale forhandler.

Forberedelser
Avtrykksskjeer:
Spesielt velegnet er stabile, uperforerte metallskjeer eller individuelle plastskjeer. Perforerte skjeer kan også benyttes. En distal oppdemming av avtrykksskjeen med et silikon eller et termoplastisk materiale gir kontrollert flyt. Dette er særlig gunstig ved avtrykk distalt i molarområdet.
- ▶ For tilstrekkelig adhesjon appliseres VPS Tray Adhesive på skjeen og man lar det tørke helt. Ideell tørketid er 5–15 minutter.

Penta dispenser/foliepose:
- ▶ Fyll Dimension Penta H Quick utelukkende i den lysegrønne dispenseren som er beregnet for dette.
- ▶ Folieposer med **PentaMatic** hette må bare brukes sammen med Penta™ blandespisser, røde.
- ▶ Nyfylte dispensere klargjøres før første avtrykk ved å kassere ca. 3 cm av pastaen. Pastaen skal hele tiden ha samme farge.
- ▶ Dersom en blandespiss er montert allerede før dispenseren ilegges, må det før blandestart kontrolleres at drivakselen er korrekt koblet til blandespissen.

Garant blandepistol/dispenser:
- ▶ Plasser Dimension Garant L Quick i blandepistolen, og kontroller like før appliseringen at de to dispenseråpningene ikke har propper.
- ▶ Ved dispensere som brukes for første gang, trykkes det ut litt pasta til basis- og katalysatorpasta flyter jevnt ut. Sett deretter på en ny gulmerket Garant™ blandespiss.
- ▶ Om nødvendig kan spissåpningen på den gulmerkete Garant™ appliserings-spissen utvides ved å skjære av spissen med en skalpell.
- ▶ Om det er ønskelig, kan en separat Elastomer-sprøyte fylles direkte fra blandespissen uten appliseringsspiss.
- ▶ Materiale som har herdet i blandespissen, må ikke presses ut med makt, da dette vil kunne skade dispenseren og blandespissen og dermed føre til lekkasjer.

Retraksjon
Egnete retraksjonsmidler er f. eks. løsninger med aluminiumhydroksidklorid eller aluminiumsulfat som basis.
- ▶ Hold områdene det skal tas avtrykk av, tørre.
- ▶ Benytt tråder eller ringer ved subgingivale prepareringer.
- ▶ Fjern rester av retraksjonsmiddelet nøye ved skylling og tørking før avtrykket tas.

Dosering og blanding
- ▶ Dimension Penta H Quick doseres og blandes automatisk i Pentamix.
- ▶ Dimension Garant L Quick doseres og blandes statisk i Garant™-blandepistolen.

Tider

	Arbeidstid fra blandestart* min:sek	Herdetid fra blandestart* min:sek	Tid i munnen min:sek
Symboler på produktet			
Dimension Penta H Quick	1:30	4:00	2:30
Dimension Garant L Quick	1:30	4:00	2:30

Arbeidstider gjelder ved 23°C/74°F. Høyere temperatur forkorter samlet arbeidstid, lavere temperatur forlenger tidene.
* Blandestart = pastaen kommer inn i blandespissen

Avtrykkstaking
Korreksjonsavtrykk
- ▶ Fyll avtrykksskjeen, som er klargjort med adhesiv, med Dimension Penta H Quick, og tag primæravtrykk.
- ▶ Rengjør og tørk primæravtrykket grundig. Skjær vekk eventuelle undersnitt, og lag rikelig med avløpskanaler.
- ▶ Appliser Dimension Garant L Quick på aktuelle punkter i primæravtrykket, og appliser eventuelt med sprøyte rundt prepareringene.
- ▶ Plasser primæravtrykket i munnen igjen.

Dobbeltmiksteknikk
- ▶ Legg Dimension Penta H Quick-dispenseren i Pentamix-blandeapparatet, og monter en ny blandespiss. Drei stemplene helt ned med håndhjulet.
- ▶ Fyll avtrykksskjeen, som er klargjort med adhesiv med Dimension Penta H Quick.

Advarsel
Ved blandestart med Dimension Penta H Quick må det kontrolleres at pastaen går inn i blandespissen, og det må påses at lysegrønn basispasta og mørkegrønn katalysatorpasta strømmer inn i blande-spiralen.

- ▶ Mens assistenten fyller skjeen, kan tannlegen begynne å applisere materialet med sprøyte rundt prepareringen. **Avhengig av antall kaviteter, avpasses tidspunktet for appliseringen med sprøyte og fyllingen av skjeen slik at begge deler avsluttes samtidig.**
  - – Hvis sprøytematerialet føres for tidlig inn i munnen, der temperaturen er høyere, herder dette hurtigere enn skjematerialet. Dette kan føre til forskyvninger i avtrykket.
  - – Under appliseringen skal tuppen på appliseringsspissen hele tiden holdes nedsenket i materialet, slik at luftblærer unngås.
- ▶ Før den fylte skjeen langsomt på plass i munnen, parallelt med aksene for de preparerte tennene. Ta avtrykket uten å øve press mot skjeen.
- ▶ Ta avtrykket ut av munnen etter at materialet er herdet.

Etter avtrykkstakning
- ▶ Eksaminer og utforsk sulcus av den preparerte tann og omliggende områder. Fjern eventuelle rester av avtrykksmateriale fra munnen.

Hygiene
- ▶ Legg avtrykket i en standard desinfeksjonsløsning. Desinfeksjonstiden skal være i henhold til produsentens anvisninger. For lang desinfeksjonstid kan skade avtrykket.
- ▶ Skyll avtrykket under rennende vann i ca. 15 sek etter desinfeksjonen.

Modellfremstilling
- ▶ Slå opp avtrykket tidligst etter 30 min og senest etter 14 dager med vanlig stengips.
- ▶ For å få en modell uten luftblærer, skal det like før spyles med vann og deretter tørke for man heller i eller det kan benyttes et silikonmiddel som nedsetter overflatespenningen.
- ▶ Avtrykkene kan forsølves eller forkopres.

Rengjøring
- ▶ **Garant-dispenser:** Fjern uherdet materiale med en klut vætet med alkohol. Dispenserhåndtaket og stempelstangen kan autoklaveres ved maks. 135°C/275°F. Demonter dispenseren før autoklavering. Det kan brukes løsninger på glutaraldehydbasis til desinfeksjon.
- ▶ **Avtrykksskjeer:** Adhesivet kan fjernes fra avtrykksskjeen med aceton.

Merknader
- Oksygeninhibisjonslaget i komposittmaterialer, f. eks. ved fylling eller oppbygging, kan hemme herdingen av silikonmaterialet og bør derfor fjernes helt.
- La den fylte blandespissen bli sittende på dispenseren som tettepropp til neste gangs bruk. Dersom en brukt Penta eller Garant blandespiss bare tas av og settes på igjen, kan pasta dras med og dermed føre til proppdannelse.
- Dimension avtrykksmaterialer må ikke kombineres med kondensasjons-polymeriserende silikonmaterialer. Selv smårester hemmer herdeprosessen.
- Engangshansker av lateks hemmer herdingen av silikonavtrykksmaterialer. Bruk heller hansker av vinyl.
- Avtrykkene må ikke komme i berøring med løsemiddelholdige væsker. Dette kan føre til svelling og unøyaktige modeller.

Lagring og holdbarhet
Produktet skal lagres ved 15–25°C/59–77°F.
Produktet må ikke brukes etter utgått holdbarhetsdato.
Oppbevar avtrykkene under 30°C/86°F.

Kundeinformasjon
Ingen person har myndighet til å gi informasjon som varierer i innhold fra informasjonen i denne veiledningen.

Garanti
3M Deutschland GmbH garanterer at dette produktet er fri for defekter i materiale og fremstilling. 3M Deutschland GmbH GIR INGEN ANNEN GARANTI, INKLUDERT UNDERFORSTÅTT GARANTI ELLER GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL. Brukeren er selv ansvarlig for å fastslå produktets egnethet til et spesielt formål. Dersom produktet vises å være defekt i løpet av garantiperioden, er reparasjon eller utskifting av 3M Deutschland GmbH produktet din eneste rettighet og 3M Deutschland GmbHs eneste forpliktelse.

Ansvarsbegrensning
Bortsett fra når dette forbys av lovgivning, aksepterer 3M Deutschland GmbH ikke ansvar for tap eller skade i forbindelse med bruk av dette produktet, det være seg direkte, indirekte, spesiell, tilfeldig eller konsekvensmessig, uansett hevdet grunn, inkludert garanti, kontrakt, uaktsomhet eller ansvar.

Informasjonsstatus april 2015