30004470 11.19-A

BRILLIANT COMPONER

Gebrauchsanleitung DE

Definition

BRILLIANT COMPONER sind polymerisierte, vorgefertigte, hochgefüllte Composite Hybridkomposit Schichtmaterialien für das direkte Verwenden. Diese erleichtern die direkte Kompositanwendung und ermöglichen eine Kombination ohne die Grundform der letzten Schichtschichte nicht modellieren zu müssen. Die verschiedenen Kompositvariaten bestehen aus verschiedenen Farben und Formen die eine natürliche, hoch ästhetische Restauration ermöglichen.

Zusammensetzung

- Dimethacrylate
- Vernetzte Methacrylate
- Anorganische Füllstoffe
- Anorganische Verbundstoffe
- Weitere Additive

Anwendungsgebiete

Direkte Indikationen:
- Restauration und Verbindung kariöser Defekte
- Rekonstruktion von verlorener Zahnsubstanz aufgrund Attrition, Abrasion, Erosion
- Restauration von Zahnfrakturen
- Korrektur anatomischer Fehlbildungen

Kosmetische Indikationen

- Veränderung der Zahnfarbe/-form Restaurationen
- Schneidekantenverlängerung
- Korrektur von Zahnfehlstellungen
- Kosmetische Korrektur aufgrund von Zahnverfärbungen oder Fluorfleckigkeit
- Diastema Schluss

Gegenanzeigen

Bei Allergien gegen Bestandteile von BRILLIANT COMPONER, Weitere ein Hinweis Verwendung Als Anleitung Nicht eingeführt. Bei Patienten mit Kieferorthopädie, Kieferanstellität. Unbehandelter starker Bruxismus.

Nebenwirkungen

Systemische Nebenwirkungen sind nicht bekannt. In Einzelfällen wurden lokalisierte Reaktionen mit direkt zusammengestellten Produkten beschrieben.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

Bei Nichtbeachten oder unsachgemäßen Hygienemaßnahmen und Reinigung der Bestandteile von BRILLIANT COMPONER besteht Infektionsgefahr. Vor Wiederverwendung Reinigung und Sterilisation. BRILLIANT COMPONER von Kontaminationsschäden. Nach Polymerisation BRILLIANT COMPONER mit 70 % Ethanol reinigen und mit diffenier Druckluft trocknen. Einwegprodukt nicht für den mehrmaligen Gebrauch bestimmt und sind nach Gebrauch zu verwerfen. Die Wiederaufbereitung von Mehrwegprodukten sind nach EN ISO 17664:2004 durchgeführt werden. Die sachgemäße Durchführung obliegt dem Anwender.

⚠ VORSICHT

- Angaben in der Zahnärzte oder Zahntechniker oder in denen Auftrag.
- Für den Verbrauch zu BRILLIANT COMPONER muss ONE COAT 7 UNIVERSAL. Lieferungen Optional One Coat Bond oder One Coat Bond SL (SL) verwendet werden. BRILLIANT COMPONER und verbindende Zähne vor Feuchtigkeit und Fingerabdrücken schützen. Unpolymerisiertes Schmelz für 60 s ätzen, präparierten Schmelz für 30 s und Dentin für 15 s ätzen.
- Für die Bestellung Restauration ausreichend Schichtlinien. Dass sind die jeweiligen Farbschichten Schichten kann Vorgehen gemäß Kapitel Anwendung. Nicht lichtbestrahlen bevor die Nuten Polieren Vorbereitet ist. Nur tiefen Lichtbarten durchstrahlige Matrizen in die Interdentalräume platzieren, um Verbrennungen der Zähne zu vermeiden.
- Bei verhängnisvoller Restauration mit Komposit muss die Passgenauigkeit geprüft werden.
- Zur Reduktion der Polymerisationsschrumpfung ist Aktivieren Polieren der ästhetischen Kanten nötig. Alle bearbeiteten Flächen sollten poliert.
- Bei der Verwendung von Kompositmaterialien ist Vorsicht geboten, da die Restauration grau und zu transparent werden kann.
- In Kontakt mit katalysischen Mundwässern, Plaquewässern oder Oberflächenbeschichtungen BRILLIANT COMPONER Kunststoffen und den Zahn applizieren.
- Anschließend BRILLIANT COMPONER Kunststoffen Zahn Zähne und vorsichtig mit sanftem Druck in die gewünschten Position Einsetzen. Die Zähne mit Druck gleichmäßig Schlüsse erstellen und das Komposit an das BRILLIANT COMPONER adaptieren.
- Passgenauigkeit und Positionierung prüfen. BRILLIANT COMPONER in der Zahnreihe von mesial nach distal platzieren.

Lichthärtung

Lichthärtung von BRILLIANT EverGlow als Befestigungskomposit von palatinal und bukkal jeweils für 30 s lichthärten. Polymerisationslampe mit einer Lichtleistung ≥ 800 mW/cm². Bei der Verwendung anderer Komposite Sich dem Lichtleistungsangabe gemäß den jeweiligen Herstellerangaben schriftsteller.

Anwendung

Aufgarnitzuhalten und Reinigung

Vorbereitung Kompositmaterialien Verwendeten (Kopfbiss, etc.) und die zu verwendenden Zähne sowie deren Nachbarzähne reinigen.

Auswahl der Kompositfarbe

Die Farbe der Zähne wird mit Tonerkennung des Arbeitsfeldes Farben. Für die Bestellung ist ein Kompositmaterial in der adäquaten Farbe zu bestellen. Für die Endpolitur und Farbwahl ist idealerweise bei guten Tageslicht oder unter Tageslichtlampen mit einem Farbspektrum von Kelvin 6500 um im Vergleich zum Zerrkalibrierch der Eckzähne vorzunehmen.

Auswahl der BRILLIANT COMPONER Farbe

BRILLIANT COMPONER ist in den Farben Transluciert und Effekt Blach. Die Farbwahl Beginnt mit Effekt Blach BRILLIANT COMPONER Shade Guide start. Durch das Aufgeben der Referenz Vermeiden auf die Farbfelder des Shade Guide kann die zu verwendete Farbeindruck von BRILLIANT COMPONER Effekt Blach BRILLIANT COMPONER Shade Guide verwendet.

Auswahl der BRILLIANT COMPONER Größe

Die Auswahl der Größe erfolgt mit dem BRILLIANT COMPONER Shade Guide. Die Größe ist in der Mundhöhe Zahn. Folgende Größen und Formen stehen zur Verfügung:

- Vorderzahn Frontzahn (13-23: klein (S), mittel (M), groß (L))
- Unterkiefer Frontzähne (13-43: klein (S), mittel (M)
- Oberkiefer Seitenzahn (14-24: klein (S), mittel (M), groß (L) rechts): kurz (S), lang (L)
- Die Schichtlinien sind mit einer rauen Dick individuell zu verwenden. Anschließend die Oberflächen mit Bis zu Verwendung gemäß den Herstellerangaben.

Trockenlegung

Spätestens vor der Kondensierung das Arbeitsfeld trocken legen. Die Kofferdamm Technik gewährleistet Kofferdamm (z.B. von HYGENIC/RODEX) empfehlenswert.

Präparation

Gemäß Prinzip der adhäsiven Restaurationstechnik. Ausladende Präparationen sind möglich.

Zu vermeiden sind Hinterschneidungen. Die Anwendung Aber, sufficiente Füllungen oder Restaurationen sind zu vermeiden. Anschließend Kariesdetektor (25-50 µm Aluminium oxid) vorbehandeln werden.

Composition

- Glass
- Cross-linked methacrylates
- Inorganic fillers
- The composition of additional components is shown in the manufacturer's instructions for use.

Application Adhäsiv auf Zahnschmelz

Application Adhäsiv Adhäsiv Technik gemäßes Adhäsiv (z.B. ONE COAT 7 UNIVERSAL) gemäß den jeweiligen Herstellerangaben verarbeiten.

⚠ Von zerrikiel nach trainiel verblasen. Matrizen von dem Zahnfleisch entfernen.

Application Adhäsiv auf BRILLIANT COMPONER

ONE COAT 7 UNIVERSAL. Under One Coat Bond, One Coat Bond SL (SL) verwendet werden. BRILLIANT COMPONER und verbindende Zähne vor Feuchtigkeit und Fingerabdrücken schützen. Unpolymerisiertes Schmelz für 60 s ätzen, präparierten Schmelz für 30 s und Dentin für 15 s ätzen.

- Für die Bestellung Restauration ausreichend Schichtlinien. Dass sind die jeweiligen Farbschichten Schichten kann Vorgehen gemäß Kapitel Anwendung. Nicht lichtbestrahlen bevor die Nuten Polieren Vorbereitet ist. Nur tiefen Lichtbarten durchstrahlige Matrizen in die Interdentalräume platzieren, um Verbrennungen der Zähne zu vermeiden.
- Bei verhängnisvoller Restauration mit Komposit muss die Passgenauigkeit geprüft werden.
- Zur Reduktion der Polymerisationsschrumpfung ist Aktivieren Polieren der ästhetischen Kanten nötig. Alle bearbeiteten Flächen sollten poliert.
- Bei der Verwendung von Kompositmaterialien ist Vorsicht geboten, da die Restauration grau und zu transparent werden kann.
- In Kontakt mit katalysischen Mundwässern, Plaquewässern oder Oberflächenbeschichtungen BRILLIANT COMPONER Kunststoffen und den Zahn applizieren.
- Anschließend BRILLIANT COMPONER Kunststoffen Zahn Zähne und vorsichtig mit sanftem Druck in die gewünschten Position Einsetzen. Die Zähne mit Druck gleichmäßig Schlüsse erstellen und das Komposit an das BRILLIANT COMPONER adaptieren.

Polieren

Polieren und Oberflächenbehandlung

Polieren und Oberflächenbehandlung mit Finishing und Polierset (z.B. von HYGENIC/RODEX) empfehlenswert.

Lagerung

Lagerung

Lagerung Temperatur: 23 °C / 73 °F bis 4-8 °C / 39-46 °F für Kits mit ONE COAT 7 UNIVERSAL. Nicht direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aussetzen.

Herausgabe der Gebrauchsanweisung

11-2019

Instructions for use EN

Definition

BRILLIANT COMPONER are polymerised, prefabricated, highly filled, submicron hybrid composite enamel shells for direct use. They facilitate the direct composite application and enable a combination without having to model the last enamel layer. The different shades and shapes enable a natural, high aesthetic restoration.

Composition

- Dimethacrylates
- Cross-linked methacrylates
- Inorganic fillers
- Inorganic composite fillers
- Other additives

Indications

Direct indications:
- Restoration and bonding of carious defects
- Reconstruction of lost tooth substance due to attrition, abrasion, erosion
- Restoration of tooth fractures
- Correction of anatomical malformations

Cosmetic indications
- Optimisation of tooth shade/shape
- Incisal edge lengthening
- Correction of malpositioned teeth
- Cosmetic correction for tooth discoloration or incorrect shading
- Closure of diastema

Contra-indications

Allergic reaction to contraindications to ingredients of BRILLIANT COMPONER. If it is impossible to keep the working area free of moisture (e.g. saliva and crevicular fluid).

Side effects

Systemic side effects are not known. Contact allergies with products of similar composition have been reported in isolated cases.

Safety information

⚠ WARNING

If cleaning and hygiene measures are not applied properly to components of BRILLIANT COMPONER, there is a risk of infection. Use gloves during the treatment. Protect BRILLIANT COMPONER from contamination. If it is contaminated, clean BRILLIANT COMPONER by wiping with 70% ethanol and dry with oil-free air. Disposable items are for single-use only, discard it after use. Reusable items are to be reprocessed in accordance with EN ISO 17664:2004. The user is responsible for ensuring that the reprocessing is carried out correctly.

⚠ CAUTION

- Only supplied to dentists and dental technicians or on prescription.
- Only suitable for use with ONE COAT 7 UNIVERSAL. Use ONE COAT 7 UNIVERSAL (or optional One Coat Bond, One Coat Bond SL (SL) manufacture. Protect BRILLIANT COMPONER and prepared teeth from moisture and fingerprints. Etch unpolymerised enamel for 60 s, prepared enamel for 30 s and dentin for 15 s.
- Provide sufficient shade layers for the order. Procedure according to chapter Application. Do not light cure before the final polish of veneers has been verified. Place interproximal matrices through thin areas to prevent burns of teeth from sticking together.
- Check accuracy of fit after previously restored composite restoration.
- Accurate polishing of the cervical margins is necessary to reduce plaque accumulation. Fluoridate all processed surfaces after finishing.
- Be cautious using enamel shade for fulling. It could make the restoration grey and too translucent.
- Discoloration may occur in contact with cationic oral rinses, plaque rinses or surface coatings. Do not use excessive consumption of nuts or green tea, smoking and coffee consumption. Avoid contact with food colorants and strongly colored food (e.g. Curry) for 24h after restoration.

Storage

Storage Temperature: 23 °C / 73 °F bis 4-8 °C / 39-46 °F für Kits mit ONE COAT 7 UNIVERSAL. Nicht direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aussetzen.

Herausgabe der Gebrauchsanweisung

11-2019

Instructions for use ES

Definición

BRILLIANT COMPONER son carillas de esmalte prefabricadas y polimerizadas de composite híbrido submicrónico con alta carga de relleno para una restauración directa. Simplifican la restauración directa de los dientes anteriores y los premolares, sin necesidad de modelar la forma básica de la capa superior del esmalte. Las carillas de colores, formas y anatomías, están disponibles en diferentes tonos y formas posibilitando una restauración natural y altamente estética.

Composición

- Dimetacrilatos
- Metacrilatos reticulados
- Rellenos

Indicaciones

Indicación directa y Propiedad
- Restauración y adhesión de lesiones de caries
- Reconstrucción de tejidos duros perdidos por abrasión, erosión, attrition
- Restauración de fracturas dentales
- Corrección de malformaciones anatómicas

Indicaciones con fines cosméticos
- Optimización de tonalidad/forma
- Corrección de dientes mal posicionados
- Corrección cosmética de decoloración dentaria o de modificación de tonalidad
- Fecha de diastema

Contraindicaciones

- Alergia a los componentes de composite antigos
- Alergia/reacción incual
- Cerca de la pulpa
- Metacrilatos reticulados
- Rellenos
- Cerca de la pulpa
- Cerca de la pulpa

Efectos secundarios

Niño sabe conocidos efectos colaterales sistémicos. Forsam Contactos alérgicos. Contactos alérgicos con contacto con productos de composición semejante.

Información de seguridad

⚠ ATENCIÓN

Se ruba forem aplicadas devidamente as medidas de limpieza e higiene relativamente aos componentes de BRILLIANT COMPONER, existe o risco de infecção. Usar luvas durante o tratamento. Proteger o BRILLIANT COMPONER da contaminação. Se estiver contaminado, limpar o BRILLIANT COMPONER enfiagando com etanol a 70% e secar com o ar sem de óleo. Os artigos descartáveis são apenas em usados uma vez, devendo ser descartados a seguir. Os artigos reutilizáveis devem ser reprocessados de acordo com a norma EN ISO 17664:2004. O utilizador é responsável por garantir que o reprocessamento é realizado corretamente.

⚠ CUIDADO

- Apenas vendido vendido aos dentistas e técnicos de laboratório ou mediante prescrição.
- Para a adesão do BRILLIANT COMPONER, é obrigatório o uso do ONE COAT 7 UNIVERSAL. Recomendamos o uso do Optional One Coat Bond, One Coat Bond SL. Proteger BRILLIANT COMPONER e dentes preparados da humidade e das impressões digitais. Gravar o esmalte não preparado durante 60 s, o esmalte preparado durante 30 s e a dentina durante 15 s.
- Para o pedido, fornecer o cimento da restauração devidamente. Observe as instruções de utilização do fabricante. Não fotopolimerizar antes de verificar a posição final das lentes. Coloque as matrizes interproximais para evitar que os dentes se colem.
- Se for necessário, verificar a precisão da restauração de compósito anteriormente restaurada.
- Para evitar que os dentes se colem, é necessário polir as margens cervicais, com o objetivo de reduzir a placa bacteriana. Após o processo, aplicar fluoretos.
- Tome cuidado ao usar a cor do esmalte para o preenchimento. Pode tornar a restauração cinzenta e muito transparente.
- Pode ocorrer descoloração em contacto com colutórios catiónicos, efeuvedores de placa ou cloro-hexidina. Não consumir em excesso nem consumir em excesso oleaginosas de frutos de casca rija ou de chá verde, ao hábito de fumar, ao consumo de café. Evitar o contacto com corantes de comida e alimentos fortemente coloridos (por exemplo, curry) por 24 horas após a restauração.

Armazenamento

4-23 °C/39-73 °F ou 4-8 °C/39-46 °F se ONE COAT 7 UNIVERSAL fizer parte de um kit. Não expor a luz solar direta ou outras fontes de calor.

Data da publicação

11-2019

Instruções de utilização PT

Definição

BRILLIANT COMPONER são facetas de compósito de resinas híbridas submicrónicas, de elevado preenchimento, polimerizadas, pré-fabricadas para uso direto. Eles tornam possível simplifica a restauração direta dos dentes da frente e pré-molares sem necessidade de modelar a forma básica da camada superior de esmalte. Estas facetas de cores e formas diferentes, permitem uma restauração natural e altamente estética.

Composição

- Vidro dentário
- Metacrilatos de ligação cruzada
- Cargas anorgânicas
- A composição dos componentes adicionais é apresentada no manual de utilização do respetivo fabricante.

Indicação

- Indicações clínicas
- Restauração de defeitos decorrentes de cáries
- Reconstrução da substância perdida do dente devido a attrition, abrasão e erosão
- Restauração de fraturas dos dentes
- Correção das malformações anatómicas

Indicações em cosméticas
- Otimização de matiz/aspecto
- Alongamento da aresta incisiva
- Correção de dentes mal posicionados
- Correções cosméticas de descoloração dentária ou de modificação de tonalidade
- Fechamento de diastemas

Contraindicações

- Em caso de hipersensibilidade aos componentes do BRILLIANT COMPONER. Se for impossível manter a área de trabalho isenta de humidade (por exemplo, saliva e líquido crevicular).

Efeitos secundários

Não se conhecem efeitos sistemáticos. Se forem aplicados produtos de composição semelhante, podem ocorrer reações alérgicas.

Informações de segurança

⚠ ATENÇÃO

Se não forem aplicadas devidamente as medidas de limpeza e higiene relativamente aos componentes de BRILLIANT COMPONER, existe o risco de infeção. Usar luvas durante o tratamento. Proteger o BRILLIANT COMPONER da contaminação. Se estiver contaminado, limpar o BRILLIANT COMPONER enfiagando com etanol a 70% e secar com o ar sem de óleo. Os artigos descartáveis são apenas em usados uma vez, devendo ser descartados a seguir. Os artigos reutilizáveis devem ser reprocessados de acordo com a norma EN ISO 17664:2004. O utilizador é responsável por garantir que o reprocessamento é realizado corretamente.

⚠ CUIDADO

- Apenas vendido vendido aos dentistas e técnicos de laboratório ou mediante prescrição.
- Para a adesão do BRILLIANT COMPONER, é obrigatório o uso do ONE COAT 7 UNIVERSAL. Recomendamos o uso do Optional One Coat Bond, One Coat Bond SL. Proteger BRILLIANT COMPONER e dentes preparados da humidade e das impressões digitais. Gravar o esmalte não preparado durante 60 s, o esmalte preparado durante 30 s e a dentina durante 15 s.
- Para o pedido, fornecer o cimento da restauração devidamente. Observe as instruções de utilização do fabricante. Não fotopolimerizar antes de verificar a posição final das lentes. Coloque as matrizes interproximais para evitar que os dentes se colem.
- Se for necessário, verificar a precisão da restauração de compósito anteriormente restaurada.
- Para evitar que os dentes se colem, é necessário polir as margens cervicais, com o objetivo de reduzir a placa bacteriana. Após o processo, aplicar fluoretos.
- Tome cuidado ao usar a cor do esmalte para o preenchimento. Pode tornar a restauração cinzenta e muito transparente.
- Pode ocorrer descoloração em contacto com colutórios catiónicos, efeuvedores de placa ou cloro-hexidina. Não consumir em excesso nem consumir em excesso oleaginosas de frutos de casca rija ou de chá verde, ao hábito de fumar, ao consumo de café. Evitar o contacto com corantes de comida e alimentos fortemente coloridos (por exemplo, curry) por 24 horas após a restauração.

Armazenamento

4-23 °C/39-73 °F ou 4-8 °C/39-46 °F se ONE COAT 7 UNIVERSAL está incluído em kits. Não exponga o produto a luz solar direta ou outras fontes de calor.

Fecha de publicación

11-2019

Istruzioni per l'uso IT

Definizione

BRILLIANT COMPONER rappresentano faccette prefabbricate, polimerizzate di composito ibrido submicronico con alta carica di riempimento. Semplificano la restaurazione diretta dei denti anteriori e dei premolari, escludendo la necessità di modellare la forma base dello strato di smalto superiore. Questi sottili gusci anatomici in composito sono disponibili in diverse tonalità e forme, consentendo di realizzare un restauro naturale e altamente estetico.

Composizione

- Componente vetrosa
- Metacrilati reticolati
- Cariche inorganiche
- La composizione degli ulteriori componenti del sistema è riportata nelle istruzioni per l'uso del fabbricante.

Indicazioni

- Indicazioni cliniche
- Restauro delle lesioni cariose
- Ricostruzione della sostanza dentale perduta a causa di usura, abrasione, erosione
- Restauro delle fratture dentali
- Correzione di malformazioni anatomiche

Indicazioni cosmetiche

- Ottimizzazione di vecchi restauri in composito
- Allungamento dei margini incisivi
- Correzione di malposizioni dentali
- Correzione cosmetica di discromie dentarie o modifiche di tonalità

Controindicazioni

In caso di ipersensibilità ai componenti di BRILLIANT COMPONER. Se non è possibile mantenere l'area di lavoro priva di umidità (ad esempio, saliva e fluido gengivale).

Effetti collaterali

Non sono noti effetti collaterali sistemici. In casi isolati sono state riportate allergie da contatto con prodotti di composizione simile.

Informazioni di sicurezza

⚠ AVVERTIMENTO

Se si componenti di BRILLIANT COMPONER non vengono applicate adeguate misure di igiene e pulizia e igiene, sussiste il rischio di infezione. Durante il trattamento usare i guanti. Proteggere BRILLIANT COMPONER dalla contaminazione. In caso di contaminazione, pulire i gusci BRILLIANT COMPONER con 70% etanolo e asciugare con aria compressa priva di olio. Gli articoli monouso devono essere usati solo una volta ed eliminati dopo l'uso. Gli articoli riutilizzabili devono essere riconditionati in conformità alla norma EN ISO 17664:2004. Spetta all'utilizzatore la responsabilità di garantire che il riconditionamento sia eseguito correttamente.

⚠ ATTENZIONE

- Vendita riservata agli odontoiatri e agli odontotecnici o su prescrizione medica.
- Per l'adesione dei gusci BRILLIANT COMPONER è necessario l'uso del ONE COAT 7 UNIVERSAL (opzione Optional One Coat Bond, One Coat Bond SL). Proteggere BRILLIANT COMPONER e i denti preparati dall'umidità e impronte digitali. Incidere lo smalto non preparato per 60 s, lo smalto preparato per 30 s e la dentina per 15 s.
- Per la compilazione fotopolimerizzare adeguatamente il necessari spessori delle sfumature per il fabbricante. Seguire la procedura indicata nella sezione Applicazione. Non fotopolimerizzare prima della rifinitura finale la posizione finale delle faccette. Prima della fotopolimerizzazione posizionare le matrici interdentali per impedire che i denti possano attaccarsi.
- Controllare la precisione della restaurazione finale (ad esempio di compositi).
- Sulle superfici cervicali di placca è necessaria un'accurata lucidatura dei margini cervicali. Dopo la rifinitura fluorurare tutte le superfici.
- Usare con prudenza il colore smalto per la cementazione. Il restauro potrebbe diventare grigio e troppo trasparente.
- Si può verificare una decolorazione a contatto con colutori cationici, revelatori di placca o clorexidina posseono verificarsi discoloraziosi, possibili anche in caso di consumo eccessivo di noci e di verdeto, fumo e uso di dentifricio per denti sensibili. Informare il paziente che non deve mangiare alimenti fortemente colorati (ad esempio il curry) per 24 ore dopo il trattamento.

Conservazione

- Si raccomanda di preparare tutte le superfici da restaurare con particolare attenzione. Non sottoporre la superficie dismaltata a grana fine. In caso di allungamento dei margini incisivi, rimuovere prima la vecchia faccetta. Si raccomanda vivamente di prevedere una vista di ritorno. Non sottoporre la superficie di restauro diretto dei denti anteriori e dei premolari, escludendo la necessità di modellare la forma base dello strato di smalto superiore. Questi sottili gusci anatomici in composito sono disponibili in diverse tonalità e forme, consentendo di realizzare un restauro naturale e altamente estetico.

Composizione

- Componente vetrosa
- Metacrilati reticolati
- Cariche inorganiche
- La composizione degli ulteriori componenti del sistema è riportata nelle istruzioni per l'uso del fabbricante.

Indicazioni

- Indicazioni cliniche
- Restauro delle lesioni cariose
- Ricostruzione della sostanza dentale perduta a causa di usura, abrasione, erosione
- Restauro delle fratture dentali
- Correzione di malformazioni anatomiche

Indicazioni cosmetiche
- Ottimizzazione di vecchi restauri in composito
- Allungamento dei margini incisivi
- Correzione di malposizioni dentali
- Correzione cosmetica di discromie dentarie o modifiche di tonalità

Controindicazioni

In caso di ipersensibilità ai componenti di BRILLIANT COMPONER. Se non è possibile mantenere l'area di lavoro priva di umidità (ad esempio, saliva e fluido gengivale).

Effetti collaterali

Non sono noti effetti collaterali sistemici. In casi isolati sono state riportate allergie da contatto con prodotti di composizione simile.

Sicurezza

⚠ AVVERTENZA

Se non vengono applicate adeguate misure di igiene e pulizia per i componenti BRILLIANT COMPONER, sussiste il rischio di infezione. Durante il trattamento usare i guanti. Proteggere BRILLIANT COMPONER dalla contaminazione. In caso di contaminazione, pulire i gusci BRILLIANT COMPONER con 70% etanolo e asciugare con aria compressa priva di olio. Gli articoli monouso devono essere usati solo una volta ed eliminati dopo l'uso. Gli articoli riutilizzabili devono essere riconditionati in conformità alla norma EN ISO 17664:2004. Spetta all'utilizzatore la responsabilità di garantire che il riconditionamento sia eseguito correttamente.

⚠ ATTENZIONE

- Vendita riservata agli odontoiatri e agli odontotecnici o su prescrizione medica.
- Per l'adesione dei gusci BRILLIANT COMPONER è necessario l'uso del ONE COAT 7 UNIVERSAL (opzione Optional One Coat Bond, One Coat Bond SL). Proteggere BRILLIANT COMPONER e i denti preparati dall'umidità e impronte digitali. Incidere lo smalto non preparato per 60 s, lo smalto preparato per 30 s e la dentina per 15 s.
- Per la compilazione fotopolimerizzare adeguatamente i necessari spessori delle sfumature per il fabbricante. Seguire la procedura indicata nella sezione Applicazione. Non fotopolimerizzare prima della rifinitura finale la posizione finale delle faccette. Prima della fotopolimerizzazione posizionare le matrici interdentali per impedire che i denti possano attaccarsi.
- Controllare la precisione della restaurazione finale (ad esempio di compositi).
- Sulle superfici cervicali di placca è necessaria un'accurata lucidatura dei margini cervicali. Dopo la rifinitura fluorurare tutte le superfici.
- Usare con prudenza il colore smalto per la cementazione. Il restauro potrebbe diventare grigio e troppo trasparente.
- Si può verificare una decolorazione a contatto con colutori cationici, revelatori di placca o clorexidina posseono verificarsi discoloraziosi, possibili anche in caso di consumo eccessivo di noci e di verdeto, fumo e uso di dentifricio per denti sensibili. Informare il paziente che non deve mangiare alimenti fortemente colorati (ad esempio il curry) per 24 ore dopo il trattamento.

Conservazione

Temperatura di conservazione: 23 °C / 73 °F bis 4-8 °C / 39-46 °F se ONE COAT 7 UNIVERSAL fa parte di un kit. Non esporre alla luce solare diretta o altre fonti di calore.

Data di emissione

11-2019

Instructions de use FR

Définition

BRILLIANT COMPONER son carillas de esmalte prefabricadas y polimerizadas de composite híbrido submicrónico con alta carga de relleno para una restauración directa. Simplifican la restauración directa de los dientes anteriores y los premolares, sin necesidad de modelar la forma básica de la capa superior del esmalte. Las carillas de colores, formas y anatomías, están disponibles en diferentes tonos y formas posibilitando una restauración natural y altamente estética.

Composición

- Dimetacrilatos
- Metacrilatos reticulados
- Rellenos
- Cerca de la pulpa
- Cerca de la pulpa

Indicación

Indicación clínica y Propiedad
- Restauración y adhesión de lesiones de caries
- Reconstrucción de tejidos duros perdidos por abrasión, erosión, attrition
- Restauración de fracturas dentales
- Corrección de malformaciones anatómicas

Indicaciones cosméticas
- Optimización de matiz/aspecto
- Alargamiento de bordes incisivos
- Corrección de dientes mal posicionados
- Corrección cosmética de decoloración dentaria o de modificación de tonalidad
- Cierre de diastema

Contraindicaciones

Alergia/reacción incual a los ingredientes de BRILLIANT COMPONER. Si resulta imposible mantener la zona de trabajo libre de humedad (por ejemplo, saliva y líquido crevicular). Carias activa. Bruxismo fuerte no tratado.

Efectos secundarios

No se conocen efectos secundarios sistémicos. Se han descrito reacciones alérgicas de contacto con productos de composición semejante.

Informações de segurança

⚠ ATENÇÃO

Se não forem aplicadas devidamente as medidas de limpeza e higiene relativamente aos componentes de BRILLIANT COMPONER, existe o risco de infeção. Usar luvas durante o tratamento. Proteger o BRILLIANT COMPONER da contaminação. Se estiver contaminado, limpar o BRILLIANT COMPONER enfiagando com etanol a 70% e secar com o ar sem de óleo. Os artigos descartáveis são apenas em usados uma vez, devendo ser descartados a seguir. Os artigos reutilizáveis devem ser reprocessados de acordo com a norma EN ISO 17664:2004. O utilizador é responsável por garantir que o reprocessamento é realizado corretamente.

⚠ CUIDADO

- Apenas vendido vendido aos dentistas e técnicos de laboratório ou mediante prescrição.
- Para a adesão do BRILLIANT COMPONER, é obrigatório o uso do ONE COAT 7 UNIVERSAL. Recomendamos o uso do Optional One Coat Bond, One Coat Bond SL. Proteger BRILLIANT COMPONER e dentes preparados da humidade e das impressões digitais. Gravar o esmalte não preparado durante 60 s, o esmalte preparado durante 30 s e a dentina durante 15 s.
- Para o pedido, fornecer o cimento da restauração devidamente. Observe as instruções de utilização do fabricante. Não fotopolimerizar antes de verificar a posição final das lentes. Coloque as matrizes interproximais para evitar que os dentes se colem.
- Se for necessário, verificar a precisão da restauração de compósito anteriormente restaurada.
- Para evitar que os dentes se colem, é necessário polir as margens cervicais, com o objetivo de reduzir a placa bacteriana. Após o processo, aplicar fluoretos.
- Tome cuidado ao usar a cor do esmalte para o preenchimento. Pode tornar a restauração cinzenta e muito transparente.
- Pode ocorrer descoloração em contacto com colutórios catiónicos, efeuvedores de placa ou cloro-hexidina. Não consumir em excesso nem consumir em excesso oleaginosas de frutos de casca rija ou de chá verde, ao hábito de fumar, ao consumo de café. Evitar o contacto com corantes de comida e alimentos fortemente coloridos (por exemplo, curry) por 24 horas após a restauração.

Armazenamento

4-23 °C/39-73 °F ou 4-8 °C/39-46 °F se ONE COAT 7 UNIVERSAL está incluído em kits. Não exponga o produto a luz solar direta ou outras fontes de calor.

Publicação

11-2019

Bruksanvisning DA

Definition

BRILLIANT COMPONER er polymeriserede, præfabrikerede, hæftyldte emaljeskaller af submikron hybridkompositmaterialer til direkte anvendelse. Disse muliggør en direkte anvendelse af kompositmaterialer og forhindrer, at det sidste emaljelag skal modelleres. De forskellige farvetoner og former muliggør en naturlig og meget æstetisk restaurering.

Sammensætning

- Dimethacrylater
- Tværbundne methacrylater
- Anorganiske fyldstoffer
- Anorganiske kompositfyldstoffer
- Andre additiver

Anvendelsesområde

Direkte indikationer:
- Restauration og Vedhæftning af kariøse Defekter
- Rekonstruktion af tabt tandsubstance på grund af Attrition, Abrasion, Erosion
- Restauration af tandfrakturer
- Korrigering af anatomiske defekter

Kosmetiske indikationer

- Ændring af farve/form af tandsubstance
- Forlængelse af Skæreflade
- Korrigering af fejlstillinger
- Kosmetisk korrigering af grund af tandmisfarvning eller aevikanske nyans
- Slutning af diastemer

Kontraindikationer

Ved overkømfølsomhed mot noegen af inneholdsstoffene i BRILLIANT COMPONER. Hvis det ikke er muligt at holde arbejdsområdet tørt (f.eks. sulcusvæske og spyt).

Bivirkninger

Ingen kände systemiska bieffekter. Enstaka fall av kontaktsensar har beskrivits med produkter av liknande sammansättning.

Säkerhetsinformation

⚠ VARNING

Om rengörings- och hygienåtgärderna inte tillämpas korrekt med avseende på BRILLIANT COMPONER finns det risk för infektionsfara. Använd skyddshandskar under behandlingen. Skydda BRILLIANT COMPONER från kontaminering. Om en BRILLIANT COMPONER kontamineras ska den torkas av med 70 procent etanol och torkas med olje fri luft. Engångsprodukter är endast avsedda att användas en gång och ska kasseras efteråt. Produkterna som kan återanvändas ska produkter ska upparbetas (rengöras, desinficeras och sterilisera) i enlighet med EN ISO 17664:2004. Användaren ansvarar för att säkerställa att upparbetningen utförs korrekt.

⚠ OBSERVERA

- Levereras endast till tandläkare och dentalteknisker eller på recept.
- ONE COAT 7 UNIVERSAL säljer alternativt One Coat Bond, One Coat Bond SL (SL) tillverkas. Skydda BRILLIANT COMPONER och de preparerade tänderna från fukt och fingeravtryck. Etsa oepaprerad emalj i 60 s, preparerad emalj i 30 s och dentin i 15 s.
- Tillräckliga skikt ska förbereda beställningen. Det är de olika skikten som kan ske enligt kapitlet Applicering. Det är inte ljushärdning innan det slutliga finslipningen av fasetterna. Placera interproximala matriser genom att genomföra en tjunna tandkötet inte ska fastna.
- Kontrollera noggrannheten i den slutliga restaurering (t.ex. kompositer).
- Det är viktigt att polera de cervikala kanterna noggrant för att minska plackansamlingen. Efter slutbehandlingen ska ytan fluoridbehandlas.
- Var försiktig med att använda emaljfärgen vid cementering. Det kan gråfärgas och bli mer genomskinlig.
- Misfärgning kan förekomma vid kontakt med kationiska munskölj, plackbekämpande medel eller ytbehandlade ytor. Undvik att ta för mycket av nötter och det rökning av kaffe. Undvik kontakt med livsmedelsfärgämnen och starkt färgade produkter (t.ex. curry) i 24 timmar efter behandlingen.

Förvaring

BRILLIANT COMPONER

Det är det ett alternativ att beställa alla ovanstående, det skal resultera, vilket gör det möjligt att spara tid och minska det samarbetsarbetet. Vid förbehållande av inciskalkanter arbetades det ett alternativ som det.

Det ett alternativ som det ett alternativ som det ett alternativ som

BRILLIANT COMPOSER

Data sporządzenia informacji
11-2019

Nawodna za uporabo SL

DEFINICIJA
BRILLIANT COMPOSER so polimerizirane, že izdelane, visoko polirane, subkeramske hibridne kompozitne baze v obliki ploščic in ploščic z vgrajenimi vlakni. Glej tabelo 1. Sten se ponovno nepovratno restavrira sprednjih zob in ličnikov in je namenjen za odstranjevanje onesnažene zgornje plasti sklenine. Tanke, anatomske kompozitne lise so na voljo v različnih odtenkih in izdelkih, kar omogoča naravno in zelo estetsko restavracijo.

Sestava
- dimetilno steklo
- premreženi metakrilati
- amorfni silij (< 1 µm)
Sestava dodatnih kompozitnih izvlečkov v ustreznih proizvajalčevih navodilih za uporabo.

Indikacija
Direkten izboljšanje:
- restavracija karioznih defektov
- rekonstrukcija izgubljenega zobnega tkiva zaradi obrabe, abrazije, erozije
- restavracija zlomov zoba
- korekcija anatomske nepravilnosti

Kozmetično izboljšanje
- optimizacija barvi kompozitnih restavracij
- podaljševanje sekalcev
- korekcija oblikovanosti zob
- kozmetične korekcije obsvarnih zob ali nepravilnega poravnanja
- zapiranje diastema

Kontraindikacije
Relativne kontraindikacije, ki jih vsebuje izdelek BRILLIANT COMPOSER: Ugotovljena alergija na kompozitni monomer, dimetakrilat trietilen glikola. Pri bolnikih s slabo ustno higieno. Pri slabem kvaliteti. Hud nezdravljen bruksizem.

Kakšni so izvleki
Sistemski neželeni učinki niso znani. V posameznih primerih so opazovali o kontaktni alergiji pri izdelkih s podobno sestavo.

Informacije o varnosti
U OPOZORILO
- Ne nadaljujte s čiščenjem ali polirati, kadar ugotovite, da vsebuje izdelek BRILLIANT COMPOSER le posamezne vlaknaste delce. Ne uporabljajte ostrih rotacijskih instrumentov, ker bodo delci v stiku z vlakni lahko izpuščali. Ne uporabljajte ostrih ročnih instrumentov, ker bodo vlakna lahko izpuščali. Ne uporabljajte ostrih ročnih instrumentov, ker bodo vlakna lahko izpuščali.
- Pri predhodno obnovljeni kompozitni restavraciji previdno nataviroti pripravljaj.
- Za zmanjšanje tveganja bolečin zobnih oblog je potrebno nanesti toplotno izolacijo cementnih kitov. Po primerjavalnih študijah je najboljša izolacija z lakom.
- Pri izbiri izdelkov za restavracijo upoštevajte, da je restavracija lahko postane viva in prevel prozorna.
- Glede kakšnega ustreznega izdelka uporabiti izdelek zobnega ali kirurškega izdelovalca lahko pride do odvarnja. Izdelki, ki so v stiku z zobnim ali kirurškim izdelkom lahko pripelje do vnetja.
- Pri izbiri izdelkov upoštevajte, da je restavracija ne izdelan. Pacienta opozorite, da je restavracija ne izdelan morebiten obvarne hrane (npr. karija).

Nano
Izboljšana stopnja in izdelek
Nanopolnilo, ki ustvarja nanomer (robna oblačila) tri- ter oštevilne zobe, ki jih bosta restavrirali, in sosednje zobe.

Izdelek ohranja kompozitni
Izdelek ohranja kompozitni sestavo zelo dolgovezna obnovna. Za cementiranje izdelkov BRILLIANT COMPOSER je priporočljivo uporabiti kit RelyGlass. Najbolje je, da je kit pri sobni temperaturi. Pri nižjih temperaturah ali sveže, ki vsebuje dinevno sestrelo, na nasičalj 30 cm od ožil ojela na cevlji ovrtanje podaljšalna.

Izbira odtenka izdelka BRILLIANT COMPOSER
Izdelek BRILLIANT COMPOSER je na voljo v odtenkih Transluscent in Bleach. Pri izbiri odtenka uporabite barvni ključ BRILLIANT COMPOSER. Preskusne izdelke postavite na obarvanja zobna tkiva pod ustnico in tako ocenite barvo kvant ustnek odtenka izdelka BRILLIANT COMPOSER v kombinaciji z barvnim kompozitnim izdelkom.

Izbira velikosti izdelka BRILLIANT COMPOSER
Velikost lahko izberete tako, da odbikovo ključ BRILLIANT COMPOSER postavite preko zoba, ki je bolje nosečnja. Na vojo za nadeljnji odtenek in velikost:
- Ne pozabite izbrati pravega odtenka (13–23): majhna (S), srednja (M), velika (L) velikost
- Izberite ustrezno velikost zobnega (43–33): majhna (S), srednja (M) in velika (L) velikost
- Izberite ustrezno velikost (14/24, anak zobika za levo in desno zobnega (34/44): majhna (S), velika (L) velikost
- Ožilke lahko prilagodite z grobim vrtljivim diskom. Priporočamo uporabo s 70-odstotnim etanolom.

Izolacija zoba
Najpoznejši pred kondicioniranjem morate pripraviti vulno zobno površino. Izolacijo je priporočljivo uporabiti gumijaste ovire (npr. znamke HYGENIC/ROKO).

Priprava
Izolacija z nacisti adhezivne restavracijske tehnike. Modna je tudi pripravljaj s kondicsetni robovi.

Sudeta
- Odontologists stikas
- Tradicionalas restaurācijas
- Amorfīnu silīcio dioksīds
Papildinātāju kompozītmasām sastāvs nurodyta attēlkonu gamajā nurodytajos izstrādājumos.

Kontraindikacijas
Relatīvās kontraindikācijas:
- Zobu defektu restaurēšana
- Del nudēšnu, trinēts in erozēts pirasatos dantes mehānisks bruksizmu.
- Dzimtu sklēnu restaurēšana
- Anatomisko nepareizumu korigēšana

Kosmetiskās izlīdzības
- Šenej kompozītu restaurācijū optimizēšana
- Kaklīņu pagarināšana
- Kreiva šauguņu dzimej korekcija
- Zobu spalvas un pareizā kodiena korekcija
- Diastēma aizslēgšana

Sauguņo informācija
U UPOZORILO
Jei BRILLIANT COMPOSER komponentams netaikomas kitos kompozitiniais monomerai, kyla infekcijos rizika. Gydymo metu mokykite žirnelius. Saugokite BRILLIANT COMPOSER, kad jis nebūtų užterštas. Jei BRILLIANT COMPOSER apsiaikias užterštas, nuvalykite jį 70 ir etanolio. Jei BRILLIANT COMPOSER pradeda tarnauti, kad kompozit za cementiranje ga uporabite BRILLIANT EverGlow. Ce uporabljate drugo kompozita, polimerizirajte ga do dvojno in premažite dvojno dodatno plastovo kolajaster. Ince, anatomik kompozit kakšnih dodge ni vse dobre estetik restavracijske okaski saglajan farbi renk ve selektirile mevcutsa.

Bilajmi
- Dental cam
- Capraz bağlı metakrilatlar
- Amorf silika
Ek bileşenlerin bileşimi ilgili üreticinin kullanma talimatında gösterilmiştir.

Endikasyonlar
Klinik endikasyonlar
- Çürük defektlerinin restorasyonu
- Yıpranma, aşınma, erozyon nedeniyle kaybedilen diş dokusunun restorasyonu
- Diş kırıklarının restorasyonu
- Anatomik nakiflerin düzeltilmesi

Kozmetik endikasyonlar
- Kompozit dişlerin optimizasyonu
- Maksiller dişlerin düzeltilmesi
- Düzeltme ve restorasyon yapılan dişlerin kozmetik olarak düzeltilmesi
- Diastema kapatılması

Kontrendikasyonlar
BRILLIANT COMPOSER'in içindeki maddelerle karşı aşırı duyarlılık söz konusu olduğunda. Çalışma alanını kuru tutulmasının mümkün olmaması. Ağır hiylerej yetersiz olan hastalarda. Aktif çürükler. Çözülü düzeyde tedavi edilmemiş bruksizm.

Yan etkiler
Bilinen sistemik yan etkiler yoktur. İzole vakalarda benzer bileşime sahip izlenirde temas alerjisi bildirilmiştir.

Güvenlik bilgileri
U UYARI
Temizlik ve hiçbiri izlenmesi BRILLIANT COMPOSER'in bileşeninin kompozit olmayan monomerlerinin kullanılmasıdır. Tedavi sırasında eksiksiz kullanın. BRILLIANT COMPOSER'in temizlenmesinden korunun. Kontamine olmuşsa halinde, BRILLIANT COMPOSER'i %70'lik etanol ile temizleyin ve ardından etanolle temizlemeye devam edin. Şahit sadece tek kullanılmalıdır; kullanıldıktan sonra atın. Tekrar kullanılabilir parçalar EN ISO 17664:2004 standardına uygun olarak yeniden işlenmelidir. Yeniden işlenmiş ürünlerin güvenliğinin sağlanmalı kullanıcının sorumluluğundadır.

U UYARI
Yalnızca diş hekimlerine ve diş teknisyenlerine veya onların tamamına gönderilir.

Kullanılan malzemelerin
BRILLIANT COMPOSER'in bağlayıcısı (bondingi) için ONE COAT 7 UNIVERSAL'ı veya opisovat olarak One Coat Bond, One Coat Bond SL kullanılmasını zorunludur. BRILLIANT COMPOSER'i ve poparo edilmiş diğeri temizlemek ve kontaminasyonu ortadan kaldırmak gerekir. Ve ve ve